

# A Grundlegende Anforderungen an die Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen

## 1 Geltungsbereich

Diese Richtlinie ~~regelt~~ legt grundsätzliche Anforderungen an das Qualitätsmanagement und die Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen in der Heilkunde fest. Dabei gelten die ~~in diesem~~ im Teil A der Richtlinie beschriebenen grundlegenden Anforderungen an die Struktur- und Prozessqualität für alle laboratoriumsmedizinischen Untersuchungen und spezifische die spezifischen Anforderungen, soweit für letztere ein spezieller Teil an die Ergebnisqualität in den Teilen B formuliert ist.

## 2 Ziel

~~Das in~~ Ziel dieser Richtlinie ~~beschriebene System hat das Ziel~~ ist, die Qualität laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen zu sichern:

Es, kontinuierlich zu verbessern und Risiken für Patienten und Anwender so gering wie möglich zu halten. Sie soll insbesondere gewährleisten:

- ~~Die die~~ Minimierung von Einflussgrößen und Störfaktoren in der Präanalytik,
- die fachgerechte Durchführung der laboratoriumsmedizinischen Untersuchungen einschließlich der Erkennung und Minimierung von ~~Störeinflüssen~~ Einflussgrößen und Störfaktoren auf die Untersuchungen und
- die korrekte Zuordnung und Dokumentation der Untersuchungsergebnisse, einschließlich der Erstellung eines Berichts unter Beachtung von Informationssicherheit und Datenschutz.

## 3 Begriffsbestimmungen

Die folgenden Begriffsbestimmungen erläutern wichtige Begriffe, wie sie in dieser Richtlinie Anwendung finden.

Die Begriffsbestimmungen berücksichtigen nationale und internationale Normen sowie die Terminologie der Metrologie. Sie zielen allerdings auf den Sinnzusammenhang in dieser Richtlinie ab, weshalb Abweichungen von vorgenannten Terminologien möglich sind.

**Analyt** ~~Die bei der Analyse zu bestimmende Komponente.~~ (siehe „Messgröße“)

### Audit

Systematischer, dokumentierter Prozess, um zu ermitteln, inwieweit festgelegte Auditkriterien erfüllt sind.

## **Anleitung**

Anleitungen sind definierte Anweisungen zur Durchführung bestimmter Tätigkeiten. Anleitungen beinhalten z. B. Standardarbeitsanweisungen, Dokumente, Videos, Apps. Diese Anleitungen müssen für die Mitarbeiter des medizinischen Laboratoriums verständlich sein.

## **Ausrüstung**

Ausrüstung umfasst u. a. Geräte, Reagenzien, Kontrollproben, Referenzmaterialien, Verbrauchsgüter und Analysensysteme.

## **Befund**

Befunde sind ärztlich bewertete Untersuchungsergebnisse.

## **Bericht**

~~Zusammenfassende Darstellung~~ Berichte sind zusammenfassende Darstellungen von Untersuchungsergebnissen.

## **Dokument**

### **Dokumentation, dokumentierte Information**

Gelenkte Information und ihr Trägermedium (digital oder analog). Dies sind z. B. Aufzeichnungen, ~~Anweisungen~~ Anleitungen einschließlich ~~der~~ Qualitätsregelungen, Flussdiagramme, Verfahrensbeschreibungen, Spezifikationen, Kalibriertabellen, Referenzbereiche, Zeichnungen, Berichte, Befunde, rechtliche Bestimmungen oder Normen.

Die Dokumentation kann auch mittels prozessorientierter Qualitätsmanagementprogramme erfolgen.

## **Einflussgrößen**

Einflussgrößen ~~beziehen sich~~ wirken auf ~~den~~ die zu untersuchenden Patienten. ~~Es handelt sich dabei um Änderungen der Zusammensetzung von Körperflüssigkeiten~~ Sie beeinflussen die Zusammensetzungen im Untersuchungsmaterial durch Krankheiten oder Defekte (~~diagnostisch relevant~~) oder andere biologische Phänomene (~~diagnostisch nicht relevant~~). Sie reflektieren die Verhältnisse im Patienten.

## **Fehlergrenzen**

Beträge der durch diese Richtlinie vorgegebenen Grenzwerte für Messabweichungen. Werden diese Beträge überschritten, sind die Abweichungen Fehler und erfordern Korrekturmaßnahmen.

## **Fremdlaboratorium**

Ein einem anderen Rechtsträger und/oder Betreiber unterstehendes medizinisches Laboratorium, dem Untersuchungs- oder Probenmaterial zur Untersuchung überwiesen wird.

## Gerät

Technischer Gegenstand oder technische Vorrichtung, mit dessen oder deren Hilfe etwas bearbeitet, bewirkt oder hergestellt wird.

## Kontrollstamm

Referenzkultur bzw. -stamm von Mikroorganismen, Viren und Zellen, die bzw. der direkt aus einer anerkannten Stammsammlung oder von einem nationalen Referenzlabor bezogen wird oder **gegebenenfalls** ggf. durch geeignete Methoden hinreichend charakterisiert ist (z. B. Charakterisierung als Ringversuchsisolat, durch Sequenzierung, durch Massenspektrometrie). Bei Anwendung normativer Verfahren (z. B. Empfindlichkeitsprüfung) sind die entsprechenden normativen Kontrollstämme zu verwenden.

## Laboratorium, medizinisches

Ein medizinisches Laboratorium im Sinn dieser Richtlinie bedeutet abhängig vom Zusammenhang

- räumliche Definition: einen Raum, einen Anteil daran oder mehrere Räume, in dem/denen laboratoriumsmedizinische Untersuchungen durchgeführt werden (~~räumliche Definition~~), oder
- personale Definition: eine Person, in deren Verantwortung laboratoriumsmedizinische Untersuchungen durchgeführt werden (~~personale Definition~~) oder
- organisatorische Definition: eine Funktions- oder Organisationseinheit (~~organisatorische Definition~~), in der laboratoriumsmedizinische Untersuchungen durchgeführt werden.

## Leistungsfähigkeit eines Messverfahrens

Die Leistungsfähigkeit eines Messverfahrens wird durch die Kriterien analytische Empfindlichkeit, analytische Spezifität, Messgenauigkeit, Richtigkeit ausgedrückt als systematische Messabweichung, Vergleichspräzision ausgedrückt als zufällige Messabweichung, Wiederholpräzision, Messbereich, theoretische und praktische Nachweisgrenze sowie Linearität beschrieben.

## Messabweichung

Die Differenz eines Messergebnisses zum wahren Wert der Messgröße. Zur Schätzung der Messabweichung wird im Rahmen der Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen die Differenz eines Messergebnisses einer Kontrollprobe zum Zielwert dieser Kontrollprobe verwendet.

Die relative Messabweichung ergibt sich durch Division der Messabweichung durch den Zielwert.

### Messabweichung, quadratischer Mittelwert der

Der quadratische Mittelwert der Messabweichung ist ein Maß für die Streuung der Messwerte um den (konventionellen) wahren Wert der Messgröße (hier: Zielwert der Kontrollprobe). Er berechnet sich aus

$$\Delta = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - x_0)^2}$$

wobei

$\Delta$  quadratischer Mittelwert der Messabweichung

$x_0$  wahrer Wert der Messgröße, hier: Zielwert der  
Kontrollprobe

$x_i$  Wert der Einzelmessung

$n$  Anzahl der zur Berechnung herangezogenen  
Einzelergebnisse

Zwischen dem quadratischen Mittelwert der Messabweichung, der systematischen Messabweichung und der empirischen Standardabweichung einer Stichprobe besteht rechnerisch folgender Zusammenhang

$$\Delta = \sqrt{\frac{n-1}{n} s^2 + \delta^2}$$

wobei

$s$  empirische Standardabweichung der Stichprobe

$\delta$  systematische Messabweichung

Der relative quadratische Mittelwert der Messabweichung ergibt sich durch Division von  $\Delta$  durch den Zielwert  $x_0$ .

### Messabweichung, systematische (Unrichtigkeit)

Mittelwert, der sich aus einer unbegrenzten Anzahl von Wiederholungsmessungen derselben Messgröße ergeben würde, minus einem wahren Wert, der Messgröße. Die systematische Messabweichung  $\delta$  eines Messverfahrens wird geschätzt durch Bildung der Differenz des arithmetischen Mittelwertes  $\bar{x}$  aus einer angemessenen Anzahl von Wiederholungsmessungen zum Zielwert  $x_0$ , d. h.

$$\delta = \bar{x} - x_0$$

Die relative systematische Messabweichung ergibt sich durch Division von  $\delta$  durch den Zielwert  $x_0$ .

### Messabweichung, zufällige (Unpräzision | Impräzision)

Die Differenz eines Messergebnisses zum Mittelwert, der sich aus einer unbegrenzten Anzahl von Wiederholungsmessungen derselben Messgröße ergeben würde. Die zufällige

Messabweichung wird geschätzt durch Bildung der Differenz des Wertes der Einzelmessung zum arithmetischen Mittelwert der Messwerte.

### **Messgenauigkeit**

Ausmaß der Übereinstimmung zwischen dem Messergebnis und einem wahren Wert der Messgröße.

Die Messgenauigkeit kann in Bezug auf eine Messgröße nicht als numerischer Wert angegeben werden, sondern nur in der Form von Beschreibungen wie z. B. „ausreichend“ oder „nicht ausreichend“.

### **Messgröße**

**Spezielle** Definierte Größe, die Gegenstand einer Messung ist.

### **Messmethode**

Allgemeine Beschreibung der logischen Abfolge von Handlungen zur Durchführung von Messungen.

### **Messung**

Gesamtheit der Tätigkeiten zur Ermittlung eines Größenwertes.

### **Messverfahren**

Gesamtheit der genau beschriebenen Tätigkeiten, wie sie bei der Ausführung spezieller Messungen entsprechend einer vorgegebenen Messmethode angewandt werden.

### **Mittelwert, robuster**

Schätzwert für den Mittelwert einer Grundgesamtheit unter Anwendung eines robusten Schätzverfahrens. Ein robustes Schätzverfahren reagiert unsensibel auf Ausreißer.

### **NAT**

Nukleinsäureamplifikationstechnik, z. B. Polymerase Kettenreaktion (PCR), einschließlich Systeme mit isothermaler Amplifikation sowie mit alleiniger Signalamplifikation, z. B. branched DNA (bDNA).

### **NAT-Systeme, geschlossene (z. B. Nachweis erregerspezifischer Nukleinsäure)**

Systeme (z. B. Unit-use Testkartuschen), die bereits alle erforderlichen Reagenzien enthalten, einschließlich gebrauchsfertiger Einzelabpackungen für die Probenvorbereitung, und bei denen nach Zugabe der Untersuchungsprobe keinerlei weitere Reagenzien von außen eingebracht werden bzw. in die Systeme eindringen können. Zudem erfolgt während der Prozesskette keine Öffnung des Systems mehr, so dass eine Kontamination und/oder Freisetzung von Amplifikaten weitestgehend ausgeschlossen wird.

## Organisationseinheit

Eine Organisationseinheit ist jeder abgegrenzte Bereich einer medizinischen Einrichtung (z. B. das Zentrallabor oder eine andere Teileinheit eines Krankenhauses), in dem laboratoriumsmedizinische Untersuchungen durchgeführt werden. Sie ist gekennzeichnet durch:

- einen festgelegten Bereich von Anwendern (Ärzte, Pflegepersonal),
- einen nur diesem Bereich zugeordneten Pool von Messplätzen und/oder Messgeräten und
- das Betreiben der Messplätze nur durch den festgelegten Anwenderkreis.

## Peer Review

Kritische (Selbst-)Reflexion des ärztlichen Handelns im Dialog mit Fachkollegen – unter Verwendung eines strukturierten Verfahrens mit dem Ziel einer kontinuierlichen Verbesserung der Qualität und Sicherheit der Patientenversorgung.

## Präanalytik

Unter Präanalytik werden alle Arbeitsschritte verstanden, die bis zur eigentlichen Messung durchlaufen werden, insbesondere

- Gewinnung des Untersuchungsmaterials
- Transport und Verwahrung des Untersuchungs- oder Probenmaterials
- Beurteilung des Untersuchungs- oder Probenmaterials und
- Probenvorbereitung (z. B. Abtrennung korpuskulärer Bestandteile durch Zentrifugation).

## Präzision

Im Zusammenhang dieser Richtlinie handelt es sich um die Vergleichspräzision. Es ist dann die Bezeichnung für das Ausmaß der gegenseitigen Annäherung von Messergebnissen aufeinanderfolgender Messungen derselben Messgröße, gewonnen unter veränderten Messbedingungen (z. B. untersuchende Person, Zeit, Reagenzalterung). Das Ausmaß der Präzision wird üblicherweise durch die statistischen Maße der ~~Unpräzision~~ Impräzision von Messungen „Standardabweichung“ und „relative Standardabweichung (Variationskoeffizient)“ quantifiziert, die in umgekehrter Beziehung zur Präzision stehen.

## Probenmaterial

Das bei der laboratoriumsmedizinischen Untersuchung mit oder ohne vorhergehende Probenvorbereitung verwendete Untersuchungsmaterial.

## Probenvorbereitung

Probenvorbereitung ist jegliche durch denjenigen, der das Untersuchungsmaterial entnimmt, oder den Untersucher herbeigeführte Veränderung des Untersuchungsmaterials, die vor Einbringen in das Messgerät oder den Analysengang erfolgt. Eine Pipettierung/Volumendosierung ist keine Probenvorbereitung im Sinne dieser Richtlinie.

Ebenso ist es keine Probenvorbereitung, wenn das Entnahmesystem vom Hersteller eingebrachte Zusätze enthält.

### **Qualitätspolitik**

Umfassende Absichten und Zielsetzungen eines medizinischen Laboratoriums zur Qualität, wie sie durch die Leitung formell ausgedrückt werden.

### **Qualitätssicherung, risikobasiert**

Konzept zur Qualitätssicherung, mit dem das Laboratorium für eine Messgröße/Untersuchung eine ausreichende Frequenz mitzuführender Kontrollproben sicherstellt. Dabei werden für die Messgröße/Untersuchung z. B. die Aussagerelevanz, die Untersuchungsfrequenz, die jeweilige Positiv- bzw. Negativrate sowie ggf. die Durchführung weiterer Untersuchungsverfahren berücksichtigt. Die risikobasierte Qualitätssicherung schließt auch Maßnahmen ein, die geeignet sind, Auffälligkeiten im Testsystem zu detektieren sowie präventive Maßnahmen zur Minimierung negativer Auswirkungen zu ergreifen. Die untersuchungsspezifische Risikobewertung ist zu dokumentieren.

### **Qualitative Untersuchung**

Mit einer qualitativen laboratoriumsmedizinischen Untersuchung wird ein qualitatives Merkmal bestimmt.

Ein Merkmal ist dann qualitativ, wenn dessen Werte einer Skala zugeordnet sind, auf der keine Abstände definiert sind (topologische Skala).

Nominalmerkmale sind qualitative Merkmale, für deren Werte keine Ordnungsbeziehung besteht (Nominalskala): z. B. nachweisbar, nicht nachweisbar.

Ordinalmerkmale sind qualitative Merkmale, für deren Werte eine Ordnungsbeziehung besteht (Ordinalskala): z. B. Titerstufe, + bis +++, Angabe eines Wertebereichs, pH-Wert auf Teststreifen.

Entscheidend für die Zuordnung einer laboratoriumsmedizinischen Untersuchung zum Teil B 1 oder B 2 ist, wie das Ergebnis im Bericht angegeben wird (Skalenniveau).

### **Quantitative Untersuchung**

Mit einer quantitativen laboratoriumsmedizinischen Untersuchung wird ein quantitatives Merkmal bestimmt.

Ein Merkmal ist dann quantitativ, wenn dessen Werte einer Skala zugeordnet sind, auf der Abstände definiert sind (Metrische oder Kardinalskala).

Entscheidend für die Zuordnung einer laboratoriumsmedizinischen Untersuchung zum Teil B 1 oder B 2 ist, wie das Ergebnis im Bericht angegeben wird (Skalenniveau).

### Referenzmessverfahren

Sorgfältig untersuchtes Messverfahren, dessen Ergebnisse eine Messunsicherheit besitzen, die ihrer vorgesehenen Verwendung entspricht, z.-B. der Bewertung der Richtigkeit anderer Messverfahren für dieselbe Messgröße oder der Charakterisierung von Referenzmaterialien.

### Referenzmethodenwert

Mit einem Referenzmessverfahren ermittelter Wert.

### Richtigkeit

Ausmaß der Übereinstimmung zwischen dem in einer Kontrollperiode aus den Messergebnissen erhaltenen Mittelwert und dem Zielwert.

Sie wird üblicherweise numerisch durch die systematische Messabweichung quantifiziert, die in umgekehrter Beziehung zur Richtigkeit steht.

### Risikomanagement

[Risikomanagement dient dem Umgang mit potentiellen Risiken, der Vermeidung und Verhütung von Fehlern und unerwünschten Ereignissen.](#)

### Sofortdiagnostik, **Patientennahe**patientennahe

Bei der patientennahen Sofortdiagnostik handelt es sich um laboratoriumsmedizinische Untersuchungen, die ohne Probenvorbereitung unmittelbar als Einzelprobenmessungen durchgeführt werden.

Ein wesentliches Kriterium der patientennahen Sofortdiagnostik ist die unmittelbare Ableitung [weiterer diagnostischer oder](#) therapeutischer Konsequenzen aus der durchgeführten Laboratoriumsuntersuchung.

### Sollwert

Ohne Anwendung eines Referenzmessverfahrens ermittelter Zielwert.

### Standardabweichung, empirische

Die empirische Standardabweichung einer Stichprobe ist ein Maß für die Streuung der Messwerte um ihren Mittelwert. Sie berechnet sich als der quadratische Mittelwert der (geschätzten) zufälligen Messabweichungen, d. h.

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Der Variationskoeffizient (VK) ergibt sich aus Division von s durch den Mittelwert  $\bar{x}$ .

### Standort

Standort ist der geographische Ort (postalische Adresse) eines Betriebes oder einer Einrichtung, an dem laboratoriumsmedizinische Untersuchungen durchgeführt werden.



### **Stör**einflüsse**faktoren**

**Stör**faktoren**** wirken auf die laboratoriumsmedizinische Untersuchung ein. Sie stören das Untersuchungsverfahren und führen so **zu ~~Veränderungen~~ zur Verfälschung** des Untersuchungsergebnisses. Sie reflektieren nicht die Verhältnisse im Patienten.

### **Unit-use-Reagenzien**

Unit-use-Reagenzien sind solche Reagenzien, die für Einzelbestimmungen portioniert und mit einer Untersuchung verbraucht sind.

### **Untersuchung, laboratoriumsmedizinische**

**In-vitro-diagnostisches Verfahren zur Gewinnung von Untersuchungsergebnissen aus Probenmaterial.**

### **Untersuchungsmaterial**

Für Untersuchungszwecke einem zu Untersuchenden entnommenes oder von ihm ausgeschiedenes Körpermateriale (z.-B. venöses Blut, Liquor cerebrospinalis, Punktatflüssigkeit, Gewebe, Urin, Stuhl) einschließlich eventueller Zusätze in einem geeigneten Behältnis.

### **Validierung eines Messverfahrens**

Objektiver Nachweis, dass **die festgelegte** Anforderungen an **das ~~ein~~** Messverfahren erfüllt werden.

Objektive Nachweise können durch Beobachtung, Messung, Test oder mit anderen Mitteln erbracht werden.

### **Validierung eines Untersuchungsergebnisses**

Sie setzt sich zusammen aus der technischen Validierung (Beurteilung der analytischen Qualität) und medizinischen Validierung (Plausibilität), **gegebenenfalls ggf.** einschließlich der Bewertung der Übereinstimmung mit einer vom Anfordernden mitgeteilten Orientierungsdiagnose (u. a. Konstellationskontrolle).

### **Verantwortung des Zentrallabors**

Verantwortung bedeutet in diesem Zusammenhang Anleitung und Aufsicht. Bezogen auf die patientennahe Sofortdiagnostik bedeutet "in Verantwortung des Zentrallabors", dass das Zentrallabor die richtlinienkonforme Durchführung der internen Qualitätssicherung in den einzelnen Organisationseinheiten der Einrichtung überwacht.

Verantwortung bedeutet nicht, dass die Kontrollprobenmessungen und ihre Bewertung von Mitarbeitern des Zentrallabors durchgeführt werden.

## Zentrallabor

Zentrallabor bedeutet, dass die laboratoriumsmedizinischen Untersuchungen in der Regel von einer einzigen Organisationseinheit "medizinisches Laboratorium" für die gesamte Einrichtung (z. B. Krankenhaus) von entsprechend qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Das Zentrallabor kann auch ein externes Labor sein, das einem anderen Rechtsträger/Betreiber untersteht.

## Zielwert

Der vom Hersteller deklarierte oder von einer Referenzinstitution festgelegte Wert in einer Kontrollprobe.

## 4 Struktur

### 4.1 Identifikation

Einrichtungen, in denen laboratoriumsmedizinische Untersuchungen durchgeführt werden, müssen rechtlich identifizierbar sein.

### 4.2 Organisation

Die Verantwortung und die Zuständigkeit für die Durchführung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen und die Aufgaben müssen eindeutig festgelegt und nachvollziehbar dokumentiert sein.

## 5 Ressourcen

### 5.1 RessourcenLeitung

Das medizinische Laboratorium muss unter fachlich qualifizierter Leitung stehen.

In die Verantwortlichkeit der Leitung gehören fachliche, organisatorische, Verwaltungs-, Schulungs- und Fortbildungsaufgaben sowie die Beratung. [Hierzu gehört auch das Qualitätsmanagement als Führungsaufgabe.](#)

### 5.2 Personal

Laboratoriumsmedizinische Untersuchungen dürfen nur von hierfür nach den gesetzlichen Vorschriften qualifizierten Personen, die von der Leitung hierzu befugt wurden, durchgeführt werden.

~~Zur Erfüllung der Aufgaben müssen Mitarbeiter in erforderlicher Anzahl vorhanden sein.~~

[Es muss die erforderliche Anzahl an qualifiziertem Personal für die Durchführung der laboratoriumsmedizinischen Untersuchungen und das Betreiben des Qualitätsmanagements sowie ggf. für die Vorhalteleistungen im Rahmen der Notfallversorgung vorhanden sein.](#)

Für alle Mitarbeiter ~~muss ein~~müssen regelmäßige Besprechungen, fachbezogene Schulungen und Fortbildungen sichergestellt werden. Erfolgte Schulungen und Fortbildungen sind zu dokumentieren.

~~Es ist zu regeln und zu dokumentieren, durch wen und wie die~~Die Einarbeitung von neuen Mitarbeitern und die Einarbeitung der Mitarbeiter in neue Analysensysteme und laboratoriumsmedizinische Untersuchungsverfahren ~~zu erfolgen hat.~~ist zu regeln und zu dokumentieren.

~~Die Durchführung vorgeschriebener Einweisungen und Schulungen ist zu dokumentieren.~~

## 5.3 Räume und Umgebungsbedingungen

### 5.3.1

Für laboratoriumsmedizinische Untersuchungen müssen Räume vorhanden sein, in denen die vorgesehenen Arbeiten ohne Beeinträchtigung der Qualität der laboratoriumsmedizinischen Untersuchungen, der Gesundheit und der Sicherheit der Mitarbeiter sowie der Patienten durchgeführt werden können.

### 5.3.2—~~Für laboratoriumsmedizinische Untersuchungen müssen diejenigen~~

Die die Qualität der Untersuchungsergebnisse beeinflussenden Umgebungsbedingungen müssen festgelegt, überwacht, geregelt und dokumentiert werden, ~~welche die Qualität der Untersuchungsergebnisse beeinflussen können.~~

### 5.3.3

Der Zugang zu Räumen und Bereichen, deren Zustand sich auf die Qualität der laboratoriumsmedizinischen Untersuchungen auswirken kann, und deren Nutzung müssen festgelegt und kontrolliert werden.

### 5.3.4

Zur Sicherstellung der Unversehrtheit insbesondere von Untersuchungsmaterial, aufbewahrten Mikroorganismen, Zellen, Geräten, Reagenzien, Labormaterialien, Aufzeichnungen, Berichten und anderen Dokumenten muss ausreichend Raum für die Lagerung zur Verfügung stehen und müssen geeignete Raumbedingungen gewährleistet sein. ~~Es sind~~ Maßnahmen zum Schutz vor unbefugtem Zugriff sind zu treffen.

### 5.3.5

Es müssen Regelungen getroffen sein, welche die zeitnahe Verfügbarkeit der Daten sicherstellen. Dabei muss zur Gewährleistung von Informationssicherheit und Datenschutz die Integrität der Daten gewahrt und ~~sie müssen diese~~ vor unbefugtem Zugriff geschützt ~~sein~~werden.

## 5.4 Ausrüstung

### 5.4.1

Das medizinische Laboratorium muss über die Ausrüstung verfügen, die für die Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist. Die Anforderungen dieser Richtlinien gelten auch für Ausrüstungen, die vom medizinischen Laboratorium benutzt werden und nicht seiner Verantwortung unterliegen.

### 5.4.2

Das medizinische Laboratorium muss über ein Verfahren für die regelmäßige Überwachung der Funktion der Geräte, der Reagenzien und der Analysensysteme verfügen und dieses umsetzen. Die Instandhaltung ist nach ~~einem schriftlich festgelegten Plan vorzunehmen~~ definierten Vorgaben durchzuführen und zu dokumentieren.

### 5.4.3

Für jedes Analysensystem und Gerät, das für die Durchführung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen benötigt wird und das Einfluss auf die Qualität der laboratoriumsmedizinischen Untersuchungen haben kann, ~~sind Aufzeichnungen~~ ist eine Dokumentation zu führen. Diese ~~enthalten~~ enthält mindestens:

- (1) die Bezeichnung,
- (2) den Namen des Herstellers, die Typbezeichnung und Seriennummer oder eine sonstige Identifizierung,
- (3) das Datum der Inbetriebnahme,
- (4) die Gebrauchsanweisungen, Betriebsanleitungen und andere Informationen des Herstellers oder eine Begründung, falls ~~sie~~ diese nicht vorliegen,
- (5) die Funktionsprüfung,
- (6) ~~Fristen~~ Vorgaben für die Instandhaltungen sowie das Ergebnis mit Datum, Uhrzeit und Art der durchgeführten Kontrollen ~~und anderen Instandhaltungen~~,
- (7) die Ausfälle, Funktionsstörungen, baulichen Veränderungen und die Reparaturen jeweils mit Datum und Uhrzeit. Diese Aufzeichnungen sind zwei Jahre über die Nutzungsdauer hinaus aufzubewahren und müssen zeitnah zugänglich sein.

### 5.4.4

Die Geräte und Analysensysteme dürfen nur durch hierzu befugte und eingewiesene Mitarbeiter bedient werden. ~~Die~~ Anweisungen über die Bedienung und die Instandhaltung müssen auf dem aktuellen Stand gehalten werden und den Mitarbeitern am Arbeitsplatz zugänglich sein.

## 6 Laboratoriumsmedizinische Untersuchungen

### 6.1 Präanalytik

#### 6.1.1

Dem Einsender von laboratoriumsmedizinischem Untersuchungsmaterial muss ein für seine Belange relevantes Verzeichnis der vom medizinischen Laboratorium angebotenen laboratoriumsmedizinischen Untersuchungen ~~und das Dokument für die Gewinnung des Untersuchungsmaterials~~ zur Verfügung gestellt werden.

#### 6.1.2

Eine fachlich kompetente Beratung ~~hinsichtlich der~~ zur Nutzung des Leistungsangebotes, vor allem hinsichtlich der Auswahl der laboratoriumsmedizinischen Untersuchungen, ~~gegebenenfalls~~ ggf. des zu wählenden Untersuchungsverfahrens, der Art des Untersuchungsmaterials und der Bewertung der Untersuchungsergebnisse, muss gewährleistet sein.

#### 6.1.3

Aus der Untersuchungsanforderung des Einsenders muss insbesondere Folgendes hervorgehen:

- (1) die Identifizierung des Patienten – bei alters- und geschlechtsspezifischen Messgrößen zusätzlich mit Angabe von Geschlecht und Geburtsdatum,
- (2) die Identifizierung des Einsenders und des Empfängers für die Übersendung des Berichts, wenn er sich vom Einsender unterscheidet,
- (3) die Art des Untersuchungsmaterials und – falls erforderlich – der anatomische Entnahmeort am Patienten und der Entnahmezeitpunkt,
- (4) die ~~angeforderten~~ beauftragten Untersuchungen und
- (5) die ~~für die angeforderten laboratoriumsmedizinischen Untersuchungen~~ hierfür relevanten klinischen Angaben.

#### 6.1.4

Es müssen ~~schriftliche Anweisungen~~ Anleitungen für die fachgerechte Entnahme und Behandlung von Untersuchungsmaterial den Personen zur Verfügung gestellt werden, die hierfür ~~verantwortlich sind. Diese Anweisungen müssen in einem Dokument für die Gewinnung des Untersuchungsmaterials zusammengefasst sein~~ zuständig sind.

~~6.1.5 – Das Dokument~~ Die Anleitungen für die Gewinnung des Untersuchungsmaterials ~~muss insbesondere Folgendes~~ müssen mindestens enthalten:

- (1) die Liste der angebotenen laboratoriumsmedizinischen Untersuchungen oder Verweise darauf,

## (2) Anweisungen für

- a) die Vorbereitung des Patienten,
- b) ~~das Ausfüllen des Untersuchungsantrags oder der elektronischen Anforderungsmaske~~ die Beauftragung der Untersuchung,
- c) die erforderlichen Informationen zum Patienten,
- d) die Art und Menge des zu entnehmenden Untersuchungsmaterials,
- ~~f)e)~~ die Entnahme von Untersuchungsmaterial mit Beschreibung der Behältnisse für das Untersuchungsmaterial und aller erforderlichen Zusätze,
- ~~e)f)~~ besondere ~~zeitliche~~ Bedingungen für die Entnahme, die Handhabung, die Lagerung und den Transport des Untersuchungsmaterials, falls ~~dies~~ erforderlich ~~ist~~,
- g) die unverwechselbare Kennzeichnung des Untersuchungsmaterials und,
- h) ~~alle die~~ zu treffenden Maßnahmen zwischen dem Zeitpunkt der Gewinnung und dem Eingang des Untersuchungsmaterials im medizinischen Laboratorium, und

~~i)~~ (3) Kriterien für die Zeitspanne, innerhalb der noch weitere laboratoriumsmedizinische Nachforderung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen angefordert werden können,

~~(3)-(4)~~ an Patienten zu übergebende Informationen und Anweisungen hinsichtlich der Vorbereitung und Gewinnung des Untersuchungsmaterials und ~~gegebenenfalls ggf.~~ Formblätter für die Einverständniserklärung des Patienten zur Gewinnung des Untersuchungsmaterials und für die laboratoriumsmedizinischen Untersuchungen, und

~~(4)-(5)~~ Information ~~des für den~~ Patienten ~~für die zur~~ Selbstgewinnung eigenen Untersuchungsmaterials, sowie für ~~die dessen Handhabung~~, Lagerung und ~~den~~ Transport ~~des selbst-gewonnenen Untersuchungsmaterials~~.

### 6.1.5

Das medizinische Laboratorium muss über eine Anleitung für die Annahme, Kennzeichnung und Bearbeitung von Untersuchungsmaterial für laboratoriumsmedizinische Untersuchungen verfügen.

### 6 — ~~Für~~ 1.6

Kriterien für die Ablehnung von laboratoriumsmedizinischen Untersuchungen sind Kriterien schriftlich festzulegen zu definieren. Erfolgte Ablehnungen sind zu dokumentieren.

### 6.1.7

Das eingesandte Untersuchungsmaterial und Teilmengen davon müssen eindeutig einem Patienten zuzuordnen sein. Ist dies nicht möglich, darf dieses ~~durch das medizinische Laboratorium~~ nicht bearbeitet werden. Der Einsender ist ~~davon darüber~~ zu informieren. ~~Ein solcher~~ Der Vorgang ist zu dokumentieren.

Wenn das Untersuchungsmaterial einem Patienten nicht zweifelsfrei zuzuordnen ist, aber das Untersuchungsmaterial in gleicher Qualität nicht wieder gewonnen werden kann oder bei kritischem Zustand des Patienten gewonnen wurde, wird nach Rücksprache mit dem Einsender ~~im~~vom medizinischen Laboratorium entschieden, ob die angeforderten laboratoriumsmedizinischen Untersuchungen dennoch durchgeführt werden. Das Ergebnis der Absprache ist zu dokumentieren.

### 6.1.8

Das medizinische Laboratorium muss bei Eingang des Untersuchungsmaterials prüfen, ob Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass

(1) die in der Anleitung für die Gewinnung des Untersuchungsmaterials festgelegten Bedingungen nicht eingehalten wurden oder

(2) für die angeforderten laboratoriumsmedizinischen Untersuchungen ~~eine~~keine zeitgerechte Zustellung ~~nicht~~ erfolgt ist oder

~~dass die im Dokument für die Gewinnung des Untersuchungsmaterials festgelegten Bedingungen für die Gewinnung, Behandlung, die Lagerung und den Transport des Untersuchungsmaterials nicht eingehalten wurden.~~

(3) die angeforderte Untersuchung nicht durchgeführt werden kann.

Liegen solche Anhaltspunkte vor, muss das medizinische Laboratorium anhand von festgelegten Kriterien entscheiden, ob die Untersuchung dennoch durchgeführt oder neues Untersuchungsmaterial angefordert wird.

Der Vorgang ist zu dokumentieren.

### 6.1.9

~~Sofern erforderlich, muss das medizinische Laboratorium über ein dokumentiertes Verfahren für die Annahme, Kennzeichnung, Bearbeitung von Untersuchungsmaterial und die Berichtübermittlung von laboratoriumsmedizinischen Untersuchungen, die als zeitkritisch anzusehen sind, verfügen.~~

Für zeitkritische laboratoriumsmedizinische Untersuchungen sind ggf. besondere Prozesse zu definieren.

## 6.2 Verfahren für die Durchführung von laboratoriumsmedizinischen Untersuchungen

### 6.2.1

Das medizinische Laboratorium hat nur Untersuchungsverfahren anzuwenden, die den medizinischen Erfordernissen entsprechen.

## 6.2.2

Das medizinische Laboratorium darf nur validierte Untersuchungsverfahren einsetzen. Es muss das für die Validierung verwendete Verfahren und die erhaltenen Ergebnisse dokumentieren.

## 6.2.3

Alle laboratoriumsmedizinischen Untersuchungsverfahren müssen ~~in~~ **Verfahrensanweisungen** dokumentiert sein. ~~Diese Anweisungen müssen so verfasst sein, dass sie für die Mitarbeiter des medizinischen Laboratoriums verständlich sind. Sie müssen~~ **und** an den Arbeitsplätzen ständig zur Verfügung stehen.

Die Gebrauchsanweisungen des Herstellers und ~~gegebenenfalls~~ ggf. zusätzliche Hinweise sind Teil der ~~Verfahrensanweisungen.~~ **Dokumentation.**

~~Eine Verfahrensanweisung~~ **Die Dokumentation** muss - soweit zutreffend - Folgendes enthalten:

- (1) die Identifizierung des **Dokuments** **Untersuchungsverfahrens**,
- ~~(2)~~ **das Ziel der laboratoriumsmedizinischen Untersuchung (Indikation).**
- ~~(2)~~**(3)** das Prinzip des ~~für die Untersuchung angewandten~~ **Verfahrens** **Untersuchungsverfahrens** (Methode),
- ~~(3)~~**(4)** die Schritte im Arbeitsablauf, ~~(Prozess).~~
- ~~(4)~~**(5)** das Kalibrationsverfahren, ~~sofern möglich oder verfügbar,~~
- ~~(5)~~**(6)** das Verfahren zur Ergebnisberechnung, ~~sofern möglich oder verfügbar,~~
- ~~(6)~~**(7)** das benötigte Untersuchungsmaterial **unter Berücksichtigung der Präanalytik** (einschließlich der Behältnisse und der erforderlichen Zusätze),
- ~~(7)~~**(8)** die benötigten Geräte, Reagenzien, Anzuchtmedien, Untersuchungssysteme.
- ~~(8)~~**(9)** die Spezifikation der Leistungsfähigkeit des Untersuchungsverfahrens,
- ~~(9)~~**(10)** die Informationen über die möglichen **Störfaktoren**, Interferenzen und Kreuzreaktionen,
- ~~(10)~~ **(11)** die Referenzbereiche gesunder Probanden, **therapeutische Bereiche**, **Entscheidungsgrenzen oder andere Hinweise zur Interpretation der Untersuchungsergebnisse**,
- ~~(11)~~ ~~das Ziel der laboratoriumsmedizinischen Untersuchung (Indikation).~~
- ~~(12)~~ **die möglichen Ursachen von Ergebnisabweichungen,**
- ~~(13)~~ **(12)** die Vorgehensweise bei auffälligen Ergebnissen,
- ~~(14)~~ **(13)** die Sicherheitsmaßnahmen und
- ~~(15)~~ **(14)** die Literaturangaben.

## 6.2.4

Wenn das medizinische Laboratorium ein ~~bei sich eingeführtes~~ Untersuchungsverfahren so modifiziert, dass sich die Ergebnisse und damit die Interpretation klinisch signifikant ändern, muss dieses **Verfahren validiert und die Änderungen** den Einsendern rechtzeitig ~~schriftlich~~ mitgeteilt werden.



## 6.3 Postanalytik

### 6.3.1

Die Ergebnisse müssen technisch und unter Berücksichtigung der verfügbaren klinischen Angaben medizinisch validiert werden.

~~Im medizinischen Laboratorium~~ Es müssen ~~Verfahrensanweisungen~~ Anleitungen für die Freigabe von Untersuchungsergebnissen vorhanden sein, einschließlich der Einzelheiten darüber, wer Berichte freigeben darf und an wen und wie diese abgegeben werden dürfen. Die ~~Verfahren~~ Anleitungen müssen auch Vorgaben für die direkte Weitergabe von Berichten an Patienten enthalten.

Es muss dokumentiert werden, welche Personen die technische und medizinische Validierung durchgeführt haben.

### 6.3.2

Die Berichte müssen gut lesbar sein. Sie müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- (1) das Datum und - soweit erforderlich - die Uhrzeit der Berichtsausgabe,
- (2) die Identifizierung des Patienten,
- (3) den Namen oder eine andere Identifizierung des Einsenders und - falls erforderlich - dessen Anschrift; ~~gegebenenfalls~~ ggf. die vom Einsender abweichende Empfängeranschrift für den Bericht,
- (4) die Bezeichnung des medizinischen Laboratoriums,
- (5) das Datum und die Uhrzeit des Eingangs des Untersuchungsmaterials im medizinischen Laboratorium,
- (6) das Datum und die Uhrzeit der Gewinnung des Untersuchungsmaterials, wenn diese Angaben zur Verfügung stehen und für die Interpretation des Untersuchungsergebnisses von Bedeutung sind,
- (7) die Art des Untersuchungsmaterials,
- (8) die Bezeichnung der laboratoriumsmedizinischen Untersuchungen und die angewandten Methoden, wenn letzteres für die Interpretation der Untersuchungsergebnisse von Bedeutung ist,
- (9) die Untersuchungsergebnisse und – falls zutreffend – die dazu gehörenden Einheiten,
- (10) die Referenzbereiche oder andere Hinweise zur Interpretation der Untersuchungsergebnisse und
- (11) die Identifikation des für die Freigabe des Berichts Verantwortlichen.

### 6.3.3

Wenn der Zustand des Untersuchungsmaterials die Untersuchungsergebnisse beeinflussen kann, ist dies im Bericht anzugeben. Es ist ~~gegebenenfalls~~ ggf. darauf hinzuweisen, dass das Ergebnis nur mit Einschränkungen zu verwenden ist.

#### 6.3.4

Das medizinische Laboratorium muss für die nachträgliche Änderung von Berichten über ~~schriftlich festgelegte Regeln~~ Anleitungen verfügen. Die Änderungen müssen mit Datum, Uhrzeit und Namen der für die Veränderung verantwortlichen Person versehen sein. Die ursprünglichen Ergebnisse müssen weiterhin verfügbar bleiben.

#### 6.3.5

Das medizinische Laboratorium muss die Vorgehensweise für die sofortige Benachrichtigung eines Arztes (oder des sonstigen für die Patientenversorgung verantwortlichen klinischen Personals) festlegen, wenn Untersuchungsergebnisse „Alarm-“ oder „kritische“ Grenzen überschreiten. Dies schließt Berichte von Fremdlaboratorien mit ein.

#### 6.3.6

Untersuchungs- und Probenmaterialien müssen unter solchen Bedingungen aufbewahrt werden, die über einen vom medizinischen Laboratorium festgelegten Zeitraum eine Wiederholung oder zusätzliche laboratoriumsmedizinische Untersuchungen ermöglichen.

## ~~7~~ Qualitätsmanagementsystem

### 7 Qualitätsmanagement

Qualitätsmanagement bedeutet, dass Organisation und Arbeitsabläufe festgelegt und zusammen mit den erzielten Ergebnissen regelmäßig überprüft werden.

#### ~~7.1. Qualitätsmanagementhandbuch~~

##### 7.1 Dokumentation des Qualitätsmanagements

~~7.1.1 Das Qualitätsmanagementsystem und die im medizinischen Laboratorium verwendeten Dokumente~~ Die für das Qualitätsmanagement erstellten Dokumentationen müssen ~~in einem Qualitätsmanagementhandbuch zusammen gestellt sein. Das Qualitätsmanagementhandbuch muss~~ alle relevanten Prozesse ~~oder Verweise auf diese enthalten.~~ abbilden. Alle Mitarbeiter müssen ~~in der Benutzung des Qualitätsmanagementhandbuches und aller Dokumente, auf die in ihm verwiesen wird,~~ im Umgang mit den Dokumentationen des Qualitätsmanagements und ~~in den Erfordernissen für ihre~~ ihrer Umsetzung unterwiesen werden. ~~Das Qualitätsmanagementhandbuch muss~~ Diese Dokumentationen sind stets aktuell ~~sein~~ zu halten.

~~Das Qualitätsmanagementhandbuch muss~~ Folgende Inhalte müssen – soweit zutreffend – ~~folgende Inhalte haben~~ enthalten sein:

- (1) ~~Einleitung~~: Beschreibung des medizinischen Laboratoriums, seines Rechtsstatus und seiner Hauptaufgaben.
- (2) Ziele und Strategie: Beschreibung der Qualitätspolitik, des Risikomanagements und der Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Laboratoriums und zur Verbesserung der Qualität.
- (3) Leitung: Beschreibung der Verantwortlichkeiten und Qualifikationen.
- (4) Mitarbeiter:
  - a) Qualifikation, Einweisung, Schulung, ~~und~~ Fortbildung sowie Besprechungen, ~~und~~
  - b) Gesundheitsschutz und Sicherheit.
- (5) Ressourcen ~~und Partnerschaften~~:
  - a) Räume,
  - b) ~~Ausstattung~~ Einrichtung und Ausrüstung,
  - c) Umgebungsbedingungen,
  - ~~d)~~ (6) Partnerschaften (Fremdlaboratorien, externe Dienstleister und Lieferanten), ~~und~~
  - ~~e)~~ (7) Umweltgesichtspunkte
  - ~~(6)~~ (8) Prozesse: Anleitungen für die
    - a) ~~Verfahren entsprechend dem Dokument für die~~ Gewinnung von Untersuchungsmaterials,
    - b) Untersuchungsverfahren, Umgang mit Geräten, Reagenzien und ~~relevanten~~ anderen relevanten Verbrauchsmaterialien, Validierung der Untersuchungsverfahren,
    - c) Sicherstellung der analytischen Qualität der Untersuchungsverfahren durch interne und externe Qualitätssicherung und regelmäßige Diskussion der Ergebnisse der Qualitätssicherung,
    - d) postanalytische Verfahren und Erstellung der Berichte sowie deren Übermittlung,
    - e) technische Validierung und medizinische Validierung der Untersuchungsergebnisse,
    - f) Lenkung der Dokumentenation,
    - g) Führung von Aufzeichnungen, deren Aufbewahrung und Archivierung,
    - h) Klärung von Beschwerden,
    - i) Feststellung von Fehlern und Maßnahmen zu deren Korrektur,
    - j) vorbeugendenn Maßnahmen,
    - k) Kommunikation und ~~andere Wechselbeziehungen insbesondere~~ Kooperation mit Patienten, medizinischem Personal, ~~Fremdlaboratorien~~ und Partnern,
    - l) internenn Audits oder Peer Reviews und
    - m) Informationssicherheit und Datenschutz.

### 7.1.2

Ist das medizinische Laboratorium Teil einer Einrichtung, die insgesamt ein ~~Qualitätsmanagementsystem eingerichtet hat~~ Qualitätsmanagement betreibt, kann auf ~~ein gesondertes Qualitätsmanagementhandbuch für das medizinische Laboratorium dann verzichtet werden, wenn der entsprechende Abschnitt im Qualitätsmanagementhandbuch~~ die entsprechenden Dokumente der Einrichtung ~~mit den Anforderungen dieser Richtlinie vergleichbar ist.~~ verwiesen werden.

Dies gilt sinngemäß auch für die folgenden Abschnitte 7.2 und 7.3.

## 7.2 Dokumentenlenkung

Das medizinische Laboratorium muss ein Verfahren zur Lenkung aller zu seiner Qualitätssicherung gehörenden ~~Schriftstücke und Informationen~~ Dokumentationen (interne und externe) festlegen, dokumentieren und pflegen. ~~Ein Exemplar jeder~~ jede Version ~~dieser einer~~ Dokumentation muss für eine spätere Bezugnahme archiviert werden. Die Leitung muss den Zeitraum der Aufbewahrung unter Beachtung rechtlich vorgeschriebener Regelungen festlegen.

Es muss ~~ein Verfahren eingeführt~~ sicherstellt sein, ~~das sicherstellt~~, dass nur die aktuellen Versionen der Dokumentationen an den jeweiligen Orten zur Benutzung zugänglich sind.

## 7.3 ~~Klärung von Beschwerden~~ Beschwerdemanagement

Das medizinische Laboratorium muss ein Verfahren zur Dokumentation und Klärung von Beschwerden festlegen und umsetzen. Es sind Aufzeichnungen über die Beschwerden und die vom medizinischen Laboratorium durchgeführten Aufklärungs-, Vorbeuge- und Korrekturmaßnahmen zu führen und aufzubewahren.

## 7.4 Untersuchungen in Fremdlaboratorien

### 7.4.1

Das medizinische Laboratorium muss ein Verzeichnis über alle von ihm beauftragten Fremdlaboratorien führen. Alle laboratoriumsmedizinischen Untersuchungen, die an ein Fremdlaboratorium weitergegeben worden sind, müssen dokumentiert werden.

### 7.4.2

Das beauftragende medizinische Laboratorium ist dafür verantwortlich, dass die Untersuchungsergebnisse und die Befunde des Fremdlaboratoriums an den ursprünglichen Einsender mitgeteilt werden.

### 7.4.3

Bei Beauftragung von Fremdlaboratorien außerhalb des Geltungsbereiches dieser Richtlinie muss sich das beauftragende medizinische Laboratorium vergewissern, dass die erforderliche Kompetenz vorhanden ist und ein vergleichbares Qualitätsmanagementsystem eingeführt ist.

## 7.5 Fehlerhafte Untersuchungsergebnisse Fehlermanagement

Das medizinische Laboratorium muss ~~ein~~ Verfahren für ~~die~~ ~~Korrekturmaßnahmen~~ Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen im Falle fehlerhafter ~~Untersuchungsergebnisse~~ Prozesse festlegen und anwenden.

Die Leitung muss insbesondere bei fehlerhaften Untersuchungsergebnissen sicherstellen, dass

- (1) Mitarbeiter als verantwortlich für Problemlösungen benannt sind,
- (2) die medizinische Bedeutung der fehlerhaften Untersuchungen berücksichtigt und ~~gegebenenfalls~~ ggf. dem Einsender mitgeteilt wird,
- (3) erforderlichenfalls Untersuchungen unterbrochen und Berichte zurückgehalten werden,
- (4) sofort Maßnahmen zur Abhilfe ergriffen werden,
- (5) erforderlichenfalls bereits übermittelte fehlerhafte Ergebnisse widerrufen werden oder in geeigneter Weise auf den Fehler hingewiesen wird,
- (6) die Verantwortung für den Widerruf von Untersuchungsergebnissen festgelegt ist,
- (7) die Ursachen und die zu ihrer Beseitigung getroffenen Maßnahmen dokumentiert werden und
- (8) der Erfolg aller durchgeführten Korrekturmaßnahmen geprüft wird, um sicherzustellen, dass die aufgetretenen Fehler ursächlich behoben wurden.

Die Aufzeichnungen über festgestellte Fehler und die zu ihrer Beseitigung getroffenen Maßnahmen sind ~~zwei~~ zwei Jahre aufzubewahren.

## 8 Interne und externe Qualitätssicherung

### 8.1

Die interne Qualitätssicherung im medizinischen Laboratorium erfolgt mit einem Kontrollsystem nach dem Stand von Wissenschaft und Technik ~~und~~ entsprechend den in den B-Teilen dieser Richtlinie vorgeschriebenen Verfahren.

### 8.2

Die externe Qualitätssicherung im medizinischen Laboratorium erfolgt durch regelmäßige Teilnahme an Ringversuchen gemäß den in den B-Teilen dieser Richtlinie vorgeschriebenen Verfahren.

## B Spezielle Teile

### B 1 Quantitative laboratoriumsmedizinische Untersuchungen

#### 1 Grundsätze der Qualitätssicherung

- (1) In Teil B 1 sind Mindestanforderungen an die Sicherung der Qualität der ~~Messergebnisse~~Ergebnisse quantitativer laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen festgelegt. Diese Mindestanforderungen umfassen die interne und die externe Qualitätssicherung.
- (2) Alle vom medizinischen Laboratorium durchgeführten **quantitativen** laboratoriumsmedizinischen Untersuchungen nach Absatz (1) unterliegen der internen Qualitätssicherung. Findet eine Untersuchung an mehreren Geräten oder Arbeitsplätzen statt, so ist die interne Qualitätssicherung an jedem dieser Geräte oder Arbeitsplätze durchzuführen.
- (3) Zusätzlich unterliegen **alle** die in der Tabelle B 1 a bis **ed** dieses Teils aufgeführten Messgrößen der externen Qualitätssicherung, sofern nicht ausgenommen.
- (4) Die Messgrößen in der Tabelle B 1 a bis **ed** sind getrennt nach Art des Untersuchungsmaterials alphabetisch aufgeführt. Kriterien für die Aufnahme einer Messgröße in die Tabelle sind insbesondere die Häufigkeit der Untersuchung und deren medizinische Bedeutung nach dem Stand der Wissenschaft. Die Festlegung der Grenzen für die Messabweichung in der Tabelle richtet sich nach den medizinischen Erfordernissen und dem Stand der Analysetechnik. Die Tabelle wird fortgeschrieben.
- (5) Dieser Richtlinienenteil findet keine Anwendung auf die Kammerzählung von korpuskulären Bestandteilen in Körperflüssigkeiten, die Bestimmung der Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit und die pH-Teststreifenuntersuchung.

#### 2 Durchführung der Qualitätssicherung

##### 2.1 Interne Qualitätssicherung

###### 2.1.1 Durchführung

- (1) Hinsichtlich Art und Häufigkeit der Durchführung der internen Qualitätssicherung sind die Vorgaben des Herstellers zu beachten. Unabhängig davon ist die interne Qualitätssicherung nach den Absätzen (2) bis (4) durchzuführen.
- (2) Mit dem Start des Messverfahrens ist eine Kontrollprobeneinzelmessung durchzuführen.
- (3) An den Tagen, an denen mit einem Messverfahren Patientenproben untersucht werden, ist mindestens 2-mal innerhalb von 24 Stunden und spätestens nach 16 Stunden eine Kontrollprobeneinzelmessung durchzuführen.
- (4) Außerdem ist eine Kontrollprobeneinzelmessung nach jedem Eingriff in das Messsystem durchzuführen.  
Eingriffe ins Messsystem sind:
  - a) Neustart nach vollständiger Abschaltung des Geräts,
  - b) Kalibration durch den Anwender,

- c) Durchführung von Reparatur oder Wartung untersuchungsergebnisrelevanter Geräte und
  - d) Reagenzchargenwechsel.
- (5) Die Kontrollproben müssen den zu untersuchenden Patientenproben so ähnlich wie möglich sein. Im selben Messverfahren dürfen Kontroll- und Kalibriermaterial nicht identisch sein.
- (6) Es sind Kontrollproben mit bekannten Zielwerten zu verwenden, welche in den für ärztliche Entscheidungen relevanten Messbereichen liegen.
- (7) Es sind Kontrollproben mit Zielwerten in mindestens zwei unterschiedlichen Konzentrationsbereichen im Wechsel einzusetzen, soweit verfügbar.

### 2.1.2 Bewertung der Ergebnisse der Kontrollprobeneinzelmessungen

- (1) Die Bewertung der Ergebnisse von Kontrollprobeneinzelmessungen hat unverzüglich nach Vorliegen der Ergebnisse zu erfolgen. Die Bewertung erfolgt ~~an Hand~~ anhand der Fehlergrenzen in Tabelle B 1 a bis ~~ed~~, Spalte 3, ansonsten ~~an Hand~~ anhand laboratoriumsinterner Fehlergrenzen oder an den Bereichen der Hersteller der Kontrollproben. Sind die Fehlergrenzen der Hersteller enger als die zulässige Abweichung der Tabelle B 1a bis d, Spalte 3, gelten die Fehlergrenzen der Hersteller.
- (2) Überschreitet ein Kontrollprobeneinzelmesswert die Fehlergrenze, ist das Messverfahren zunächst für weitere Messungen von Probenmaterial von Patienten gesperrt. Es muss nach der Ursache der Abweichung gesucht und diese, sofern möglich, beseitigt werden. Unter Beachtung der medizinischen Relevanz hat die verantwortliche Person zu entscheiden, ob das Untersuchungsverfahren zur Messung wieder freigegeben werden kann und ob noch weitergehende Maßnahmen getroffen werden müssen, z. B. ob die gesamten der Kontrollprobe vorhergehenden Untersuchungen einschließlich der Kontrollmessung zu wiederholen sind oder ob die Einsender hinsichtlich bereits übermittelter Ergebnisse informiert werden müssen. Der gesamte Vorgang ist zu dokumentieren.

### 2.1.3 Errechnen und Bewerten des quadratischen Mittelwerts der Messabweichung nach Beendigung einer Kontrollperiode

- (1) Aus den Ergebnissen aller Kontrollprobeneinzelmessungen, die zur Freigabe des Messverfahrens oder der Patientenergebnisse geführt haben, ist nach Beendigung einer Kontrollperiode unverzüglich der relative quadratische Mittelwert der Messabweichung zu errechnen. Eine Kontrollperiode umfasst in der Regel den Zeitraum eines Kalendermonats. Wenn weniger als 15 Ergebnisse von Kontrollprobeneinzelmessungen je Kontrollprobe eines Messverfahrens, die zur Freigabe zur Messung geführt haben, pro Kontrollperiode vorliegen, verlängert sich der Zeitraum um jeweils einen Monat, bis mindestens 15 derartige Ergebnisse vorliegen. Der Gesamtzeitraum darf jedoch drei Monate nicht überschreiten.
- (2) Überschreitet der relative quadratische Mittelwert der Messabweichung für eine Kontrollprobe den in Tabelle B 1 a bis ~~ed~~, Spalte 3, angegebenen Wert, ist das Untersuchungsverfahren für Messungen von Patientenprobenmaterial zu sperren. Das Messverfahren darf erst dann zur Messung wieder freigegeben werden, wenn die Funktionsfähigkeit des Verfahrens durch geeignete Maßnahmen festgestellt wurde. Der gesamte Vorgang ist zu dokumentieren.



- (3) Wird der in Tabelle B 1 a bis [ed](#), Spalte 3, angegebene Wert in der folgenden Kontrollperiode für dieselbe Kontrollprobe erneut überschritten und wurden Ursachen, die der Anwender zu vertreten hat, ausgeschlossen, ist neben den zu treffenden Maßnahmen nach Absatz 2 die zuständige Behörde des Bundes zu informieren, wenn der Begriff des Vorkommnis nach § 2 Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung erfüllt ist.
- (4) Für Analyte, die nicht in Tabelle B 1 a bis [ed](#) aufgeführt sind, gilt Absatz (2) analog. Anstelle der maximal zulässigen Abweichung in Tabelle B 1 a bis [ed](#), Spalte 3 gilt das gemäß 2.1.4 selbst ermittelte laboratoriumsinterne  $\Delta_{\max}$ . Das Messverfahren darf erst dann zur Messung wieder freigegeben werden, wenn die Funktionsfähigkeit des Verfahrens durch geeignete Maßnahmen festgestellt wurde. Der gesamte Vorgang ist zu dokumentieren.

#### 2.1.4 Ermittlung der laboratoriumsinternen Fehlergrenzen für Messgrößen, die nicht in Tabelle B 1 aufgeführt sind

- (1) Zur Ermittlung der laboratoriumsinternen Fehlergrenzen für die Kontrollprobeneinzelmessung von Messgrößen, die nicht in Tabelle B 1 a bis [ed](#) aufgeführt sind, wird für jede eingesetzte Kontrollprobe ein Kontrollprobenmesswert pro Tag von mindestens 15 Tagen und längstens einer Kontrollperiode ausgewählt, und zwar nach dem jeweils selben Schema der jeweils erste, x-te oder letzte. Die Auswahl nach statistischen Zufallsprinzipien ist ebenfalls zulässig.  
Die Fehlergrenzen errechnen sich anschließend aus dem Zielwert  $x_0$  zuzüglich sowie abzüglich  $\Delta_{\max}$ . Die Berechnung von  $\Delta_{\max}$  erfolgt nach folgender Formel:

$$\Delta_{\max} = \sqrt{k^2 \cdot s_{ep}^2 + \delta_{ep}^2},$$
$$\Delta_{\max} = \sqrt{k^2 \cdot s_{ep}^2 + \delta_{ep}^2},$$

wobei

$k = 3$ , Erweiterungsfaktor für die Berechnung der laboratoriumsinternen Fehlergrenze

$s_{ep}$ , empirische Standardabweichung der zur Berechnung herangezogenen Kontrollprobenmessungen in der Ermittlungsperiode ( $ep$ )

$\delta_{ep}$ , systematische Messabweichung der zur Berechnung herangezogenen Kontrollprobenmessungen in der Ermittlungsperiode ( $ep$ )

Zur Vereinfachung wird auf die Korrektur der Varianz  $\frac{\delta_{ep}^2}{s_{ep}^2}$  mit  $(n-1)/n$  verzichtet.

Zur Berechnung relativer laboratoriumsinterner Fehlergrenzen ist  $\Delta_{\max}$  durch den Zielwert  $x_0$  zu dividieren.

In begründeten Fällen kann die laboratoriumsinterne Fehlergrenze auch abweichend von diesem Verfahren festgelegt werden. Die Gründe und das gewählte Verfahren sind nachvollziehbar zu dokumentieren.



- (2) Für den Zeitraum der Ermittlung der laboratoriumsinternen Fehlergrenzen gelten die vom Hersteller der Kontrollproben angegebenen Bereiche.
- (3) Die laboratoriumsinternen Fehlergrenzen müssen innerhalb des vom Hersteller der Kontrollprobe angegebenen Bereichs liegen.
- (4) Für Kontrollproben mit einer Chargenlaufzeit von weniger als zwölf Wochen entfällt die Ermittlung von laboratoriumsinternen Fehlergrenzen. Es gelten die vom Hersteller der Kontrollproben angegebenen Bereiche.

### 2.1.5 Patientennahe Sofortdiagnostik mit Unit-use-Reagenzien

- (1) Werden Unit-use-Reagenzien und die entsprechenden Messsysteme in der patientennahen Sofortdiagnostik angewendet, sind sie nach den Herstelleranweisungen zur Qualitätskontrolle zu prüfen. Das Ergebnis ist zu dokumentieren.
- (2) Die Regelungen nach 2.1.1 Absätze 2, 3 und 4 Buchstabe a) sind nicht zu beachten, wenn benutzungstäglich elektronische/physikalische Standards angewandt werden und so oder durch andere integrierte Prüfung der Gerätefunktion verhindert wird, dass fehlerhafte Messergebnisse ausgegeben werden können. In diesen Fällen ist mindestens einmal wöchentlich eine Kontrollprobeneinzelmessung durchzuführen, sofern in dieser Kalenderwoche mit diesem Verfahren Patientenproben untersucht werden.  
Bei Geräten, die keine elektronischen/physikalischen Standards verwenden und so oder durch andere integrierte Prüfung der Gerätefunktion nicht verhindern, dass fehlerhafte Messergebnisse ausgegeben werden, entfallen lediglich die Regelungen nach 2.1.1 Absätze 2 und 4 Buchstabe a).
- (3) Die Bewertung der Kontrollprobeneinzelmessungen und die daraus zu ziehenden Konsequenzen erfolgen gemäß 2.1.2 ~~Absatz 2~~.  
Für Analyte, die nicht in Tabelle B 1 aufgeführt sind, gilt Satz 1 entsprechend. Als Fehlergrenzen gelten die vom Hersteller der Kontrollproben angegebenen Bereiche.
- (4) Errechnen und Bewerten des quadratischen Mittelwertes der Messabweichung gemäß 2.1.3 entfallen, ebenso die grafische Darstellung nach 2.1.7 Absatz 3.

### 2.1.6 Messgrößen mit geringen Analysenfrequenzen

- (1) Bei Messgrößen, die voraussichtlich an weniger als 15 Tagen in drei Monaten bestimmt werden, sind an jedem Tag, an dem Patientenproben untersucht werden, mindestens zwei Kontrollproben mit Zielwerten in unterschiedlichen Konzentrationsbereichen zu analysieren, soweit verfügbar.
- (2) Die Bewertung der Kontrollprobeneinzelmessungen und die daraus zu ziehenden Konsequenzen gemäß 2.1.2 ~~Absatz 2~~ erfolgen für alle Kontrollproben.  
Für Messgrößen, die nicht in Tabelle B 1 aufgeführt sind, gilt Satz 1 entsprechend. Als Fehlergrenzen gelten die vom Hersteller der Kontrollproben angegebenen Bereiche.
- (3) Errechnen und Bewerten des quadratischen Mittelwertes der Messabweichung gemäß 2.1.3 entfallen, ebenso die ~~graphische~~ grafische Darstellung nach 2.1.7 Absatz 3.

### 2.1.7 Dokumentation

- (1) Alle Ergebnisse der internen Qualitätssicherung sind nach Analyten und Art des Probenmaterials unter Berücksichtigung des Messverfahrens und des Messplatzes geordnet zu dokumentieren. Auf Anforderung der mit der Prüfung der Einhaltung dieser Richtlinie beauftragten zuständigen Stelle ist die Dokumentation vorzulegen.
- (2) Die Dokumentation muss enthalten:
  - a) Bezeichnung des medizinischen Laboratoriums,
  - b) Bezeichnung des Messplatzes,
  - c) Datum und Uhrzeit der Messung,
  - d) Analyt, Probenmaterial, Einheit,
  - e) Messmethode,
  - f) Kontrollprobenmesswert,
  - g) Zielwert der Kontrollprobe,
  - h) die relative oder die absolute Abweichung vom Zielwert und die Bewertung gemäß Tabelle B 1 a bis [ed](#) Spalte 3, bzw. an den laboratoriumsintern ermittelten Fehlergrenzen oder an den vom Hersteller der Kontrollproben angegebenen Bereichen,
  - i) Freigabe- oder Sperrvermerk,
  - j) Ergriffene Korrekturmaßnahmen,
  - k) Hersteller, Bezeichnung und Chargennummer der Kontrollprobe und
  - l) Name/Namenszeichen oder Unterschrift des Untersuchers.
- (3) Zusätzlich sollen die Kontrollprobenmesswerte grafisch dargestellt werden.
- (4) Alle Messergebnisse der Qualitätssicherung sind fünf Jahre aufzubewahren zusammen mit den entsprechenden Berechnungen nach den Kontrollzyklen und den Bewertungen sowie den Protokollen der Maßnahmen beim Überschreiten von Fehlergrenzen für die Messabweichung, sofern aufgrund anderer Vorschriften keine davon abweichenden längeren Aufbewahrungsfristen vorgeschrieben sind.

### 2.2 Externe Qualitätssicherung (Ringversuche)

- (1) Die Teilnahme an einem Ringversuch pro Quartal ist für jede in [Tabelle](#) [den Tabellen](#) B 1 a bis [ed](#) genannte Messgröße an jedem Standort Pflicht, [für welche in den Spalten 5 und 6 Kriterien definiert sind](#), sofern ~~das medizinische Laboratorium~~ diese [laboratoriumsmedizinische](#) Untersuchung dort ~~bereithält~~ [bereitgehalten wird](#).
- (2) Der Ringversuchsteilnehmer führt die Analysen der Ringversuchsproben unter Routinebedingungen durch und übermittelt die Messergebnisse, und die von der Referenzinstitution benötigten Informationen. Mit der Übermittlung der Ergebnisse bestätigt der Teilnehmer, dass die Analysen gemäß dieser Richtlinie in seinen Räumen und unter seiner Verantwortung durchgeführt worden sind.
- (3) Die Verpflichtung nach Absatz 1 gilt nicht für Untersuchungen mit Unit-use-Reagenzien im Rahmen der patientennahen Sofortdiagnostik
  - a) in Praxen niedergelassener Ärzte sowie bei medizinischen Diensten ohne Zentrallabor,
  - b) in Krankenhäusern, wenn das Zentrallabor die Verantwortung für die Durchführung der internen Qualitätssicherung trägt und die Messgröße auch selbst bestimmt.
- (4) Erhält ein Teilnehmer für eine Messgröße kein Zertifikat, weil eines seiner Messergebnisse die zulässige Abweichung nach Tabelle B 1 a bis [ed](#), Spalte 5,

überschritten hat, so ist er verpflichtet, die Ursachen zu klären und - soweit in seiner Verantwortung möglich - zu beseitigen. Der gesamte Vorgang ist zu dokumentieren.

- (5) Die Bescheinigung über die Teilnahme an Ringversuchen sowie die erworbenen Ringversuchszertifikate sind für die Dauer von fünf Jahren aufzubewahren, sofern aufgrund anderer Vorschriften keine davon abweichenden längeren Aufbewahrungsfristen vorgeschrieben sind.

## **Tabelle B 1**

### **Erläuterungen zur nachfolgenden Tabelle B 1**

Die Spalten 2 bis 4 beinhalten die Vorgaben für den Anwender im medizinischen Laboratorium, die Spalten 2 sowie 4 bis 6 diejenigen für die Bewertung der Ergebnisse durch die Referenzinstitutionen.

Gültigkeitsbereich ist derjenige Bereich der Wertlage der Zielwerte von Kontrollproben, für den die Vorgaben in Spalte 3 und 5 gelten

Liegt der Zielwert der Kontrollprobe außerhalb des angegebenen Bereichs gelten die Vorschriften für Nicht-Tabelle B 1-Messgrößen. Werden insbesondere Kontrollproben mit niedrigeren Zielwerten als im Gültigkeitsbereich vorgesehen eingesetzt, können ersatzweise auch die für den Gültigkeitsbereich festgelegten Fehlergrenzen zur Bewertung der Kontrollprobenmessungen herangezogen werden.

RMW = Referenzmethodenwert,

SW = Messmethodenspezifischer Sollwert.

**Tabelle B 1 a** **Analyte**Messgrößen in Plasma /Serum /Vollblut

1 Ifd. Nr.	2 <u>Messgröße</u> <b>Analyt</b>	3 Zulässige relative Abweichung des Einzelwertes bzw. des relativen quadratischen Mittelwertes	4 Gültigkeitsbereich der Spalten 3 und 5			5 Zulässige relative Abweichung beim Ringversuch	6 Zielwertart beim Ringversuch
			von	bis	Einheit		
<u>1.</u>	<u>1,25-OH<sup>2</sup>-Vitamin D</u>	<u>25,0 %</u>	<u>10</u>	<u>160</u>	<u>ng/l</u>	=	=
<u>2.</u>	<u>25-OH-Vitamin D</u>	<u>25,0 %</u>	<u>5</u>	<u>120</u>	<u>µg/l</u>	=	=
<u>3.</u>	<u>ACE</u>	<u>23,0 %</u>	<u>10</u> <u>0,16</u>	<u>200</u> <u>3,33</u>	<u>U/l</u> <u>µkat/l</u>	=	=
<u>4.</u> <b>4</b>	Aktivierte partielle Thromboplastinzeit (aPTT)	10,5 %	20	120	s	18,0 %	SW
<u>5.</u> <b>2</b>	Alanin-Aminotransferase (ALT bzw. GPT) EC 2.6.1.2	11,5 %	30 0,5	300 5,0	U/l µkat/l	21,0 %	RMW
<u>6.</u> <b>3</b>	Albumin	12,5 %	20	70	g/l	20,0 %	SW
<u>7.</u>	<u>Aldosteron (nur im Plasma)</u>	<u>25,0 %</u>	<u>5</u>	<u>1000</u>	<u>pg/ml</u>	=	=
<u>8.</u> <b>4</b>	Alkalische Phosphatase (AP) EC 3.1.3.1	11,0 %	20 0,33	600 10	U/l µkat/l	18,0 %	SW
<u>9.</u>	<u>Alpha-Amylase</u>	<u>7,0 %</u>	<u>20</u> <u>0,33</u>	<u>1000</u> <u>16,7</u>	<u>U/l</u> <u>µkat/l</u>	=	=
<u>10.</u> <b>5</b>	alpha-Fetoprotein (AFP)	17,0 %	5	250	kiU/l	24,0 %	SW
<u>11.</u> <b>6</b>	Aspartat-Aminotransferase (AST bzw. GOT) EC 2.6.1.1	11,5 %	20 0,33	400 6,67	U/l µkat/l	21,0 %	RMW
<u>12.</u> <b>7</b>	Bilirubin (gesamt)	13,0 %  22,0 %	> 2 > 34  0,1 1,7	30 513  ≤ 2 ≤ 34	mg/dl µmol/l  mg/dl µmol/l	22,0 %	SW

1 Ifd. Nr.	2 <u>Messgröße</u> <del>Analyt</del>	3 Zulässige relative Abweichung des Einzelwertes bzw. des relativen quadratischen Mittelwertes	4 Gültigkeitsbereich der Spalten 3 und 5			5 Zulässige relative Abweichung beim Ringversuch	6 Zielwertart beim Ringversuch
			von	bis	Einheit		
<u>13.</u>	<u>BNP</u>	<u>15,0 %</u>	<u>20</u>	<u>5000</u>	<u>pg/ml</u>	-	-
<u>14.</u> <del>8</del>	CA 15-3	<u>16,0 %</u>	10	250	U/ml	24,0 %	SW
<u>15.</u>	<u>CA 19-9</u>	<u>20,0 %</u>	<u>5</u>	<u>500</u>	<u>U/ml</u>	-	-
<u>16.</u>	<u>CA 125</u>	<u>16,0 %</u>	<u>10</u>	<u>1000</u>	<u>U/ml</u>	-	-
<u>17.</u> <del>9</del>	Calcium (gesamt)	6,0 %	1	6	mmol/l	10,0 %	RMW
<u>18.</u> <del>40</del>	Calcium (ionisiert)	7,5 %	> 1	2,5	mmol/l	15,0 %	SW
		14,0 %	0,2	≤ 1	mmol/l	18,0 %	
<u>19.</u> <del>44</del>	Carbamazepin	12,0 %	2	20	mg/l	20,0 %	SW
<u>20.</u> <del>42</del>	Carcinoembryonales Antigen (CEA)	14,0 %	1	200	µg/l	24,0 %	SW
<u>21.</u>	<u>CDT</u>	<u>25,0 %</u>	<u>0,5</u>	<u>10</u>	<u>%</u>	-	-
<u>22.</u> <del>43</del>	Chlorid	4,5 %	70	150	mmol/l	8,0 %	RMW
<u>23.</u> <del>44</del>	Cholesterin (gesamt)	7,0 %	50 1,3	350 9,1	mg/dl mmol/l	13,0 %	RMW
<u>24.</u> <del>45</del>	Cortisol	16,0 %	> 60 > 166	500 1380	µg/l nmol/l	30,0 %	RMW
		18,5 %	20 55	≤ 60 ≤ 166	µg/l nmol/l		
<u>25.</u> <del>47</del>	C-reaktives Protein (CRP)	13,5 %	1	120	mg/l	20,0 %	SW
<u>26.</u> <del>46</del>	Creatinkinase (CK) EC 2.7.3.2	11,0 %	50 0,83	1000 16,7	U/l µkat/l	20,0 %	RMW
<u>27.</u>	<u>Cyclosporin A</u>	<u>25,0 %</u>	<u>20</u>	<u>1500</u>	<u>ng/ml</u>	-	-
<u>28.</u>	<u>Cystatin C</u>	<u>13,0 %</u>	<u>0,3</u>	<u>6</u>	<u>mg/l</u>	-	-
<u>29.</u> <del>47</del>	<u>D-Dimer</u>	20,0 %	<u>0,1</u>	<u>5</u>	<u>mg/l</u>	-	-

1 Ifd. Nr.	2 <u>Messgröße</u> <b>Analyt</b>	3 Zulässige relative Abweichung des Einzelwertes bzw. des relativen quadratischen Mittelwertes	4 Gültigkeitsbereich der Spalten 3 und 5			5 Zulässige relative Abweichung beim Ringversuch	6 Zielwertart beim Ringversuch
			von	bis	Einheit		
<del>30.</del> <b>48</b>	Digitoxin	15,5 %	5	80	µg/l	30,0 %	RMW
<del>19</del>	<del>Digoxin</del>	<del>14,0 %</del> <del>17,5 %</del>	<del>&gt;1</del> <del>0,5</del>	<del>5</del> <del>≤1</del>	<del>µg/l</del>	<del>30,0 %</del>	<del>RMW</del>
<del>31.</del> <b>20</b>	Erythrozyten	4,0 %	1,5	7	10 <sup>12</sup> /l	8,0 %	RMW
<del>32.</del> <b>24</b>	Estradiol, 17-beta	22,0 %	10 37	500 1835	ng/l pmol/l	35,0 %	RMW
<del>33.</del> <b>22</b>	Ethanol (klinisch toxikologisch)	9,0 % 15,0 %	> 0,6 0,2	5 ≤ 0,6	g/l g/l	12,0 % 21,0 %	SW
<del>34.</del> <b>23</b>	Ferritin	13,5 %	10	600	µg/l	25,0 %	SW
<del>35.</del>	<u>Fibrinogen</u>	<u>20,0 %</u>	<u>0,5</u>	<u>10</u>	<u>g/l</u>	-	-
<del>36.</del>	<u>Folsäure</u>	<u>25,0 %</u>	<u>1</u>	<u>40</u>	<u>ng/ml</u>	-	-
<del>37.</del>	<u>Freies PSA</u>	<u>20,0 %</u>	<u>≤ 30</u>		<u>ng/ml</u>	-	-
<del>38.</del> <b>24</b>	FSH	14,0 %	4	70	U/l	21,0 %	SW
<del>39.</del> <b>25</b>	Gamma-Glutamyl-Transferase (γ-GT) EC 2.3.2.2	11,5 %	20 0,33	300 5	U/l µkat/l	21,0 %	RMW
<del>40.</del>	<u>Gentamicin</u>	<u>25,0 %</u>	<u>0,5</u>	<u>15</u>	<u>µg/ml</u>	-	-
<del>41.</del> <b>26</b>	Glucose	11,0 %	40 2,2	400 22	mg/dl mmol/l	15,0 %	RMW
<del>42.</del> <b>27</b>	Hämatokrit	5,0 %	10 0,1	60 0,6	% l/l	9,0 %	SW
<del>43.</del> <b>28</b>	Hämoglobin	4,0 %	2 1,2	20 12,4	g/dl mmol/l	6,0 %	RMW
<del>44.</del> <b>29</b>	Hämoglobin A 1c (HbA1c)	<del>10</del> 5,0 % <u>3,0 %*</u>	30	140	mmol/ <u>molHb</u>	<del>18</del> 8,0 %	RMW

1 Ifd. Nr.	2 <u>Messgröße</u> <b>Analyt</b>	3 Zulässige relative Abweichung des Einzelwertes bzw. des relativen quadratischen Mittelwertes	4 Gültigkeitsbereich der Spalten 3 und 5			5 Zulässige relative Abweichung beim Ringversuch	6 Zielwertart beim Ringversuch
			von	bis	Einheit		
<u>45.</u>	<u>Haptoglobin größer 1g/l</u>	<u>10,0 %</u>	<u>&gt; 1</u>	<u>6</u>	<u>g/l</u>	-	-
	<u>Haptoglobin kleiner 1g/l</u>	<u>20,0 %</u>	<u>0,05</u>	<u>1,0</u>	<u>g/l</u>	-	-
<u>46.</u> <del>30</del>	Harnsäure	7,0 %	2 119	13 773	mg/dl µmol/l	13,0 %	RMW
<u>47.</u> <del>34</del>	Harnstoff	10,5 %	15 2,5	200 33	mg/dl mmol/l	20,0 %	RMW
<u>48.</u>	<u>HDL-C</u>	<u>13 %</u>	<u>10</u> <u>0,26</u>	<u>120</u> <u>3,1</u>	<u>mg/dl</u> <u>mmol/l</u>	-	-
<u>49.</u> <del>32</del>	Humanes Choriongonadotropin (hCG)	14,0 % 17,0 %	> 100 2	1500 ≤ 100	IU/l IU/l	30,0 %	SW
<u>50.</u> <del>3</del>	Immunglobulin A ( <u>IgA</u> )	12,0 %	0,5	6	g/l	20,0 %	SW
<u>51.</u>	<u>Immunglobulin E (IgE, gesamt)</u>	<u>20,0 %</u>	<u>0,1</u>	<u>1000</u>	<u>U/ml</u>	-	-
<u>52.</u> <del>34</del>	Immunglobulin G ( <u>IgG</u> )	10,0 %	4	30	g/l	18,0 %	SW
<u>53.</u> <del>35</del>	Immunglobulin M ( <u>IgM</u> )	13,0 %	0,4	5	g/l	26,0 %	SW
<u>54.</u>	<u>Interleukin 6 (IL-6)</u>	<u>18,0 %</u>	<u>3</u>	<u>2000</u>	<u>pg/ml</u>	-	-
<u>55.</u> <del>36</del>	Kalium	4,5 %	2	8	mmol/l	8,0 %	RMW
<u>56.</u> <del>37</del>	Kreatinin	11,5 %	0,5 44	10 884	mg/dl µmol/l	20,0 %	RMW
<u>57.</u> <del>38</del>	Lactat	11,0 %	9 1	90 10	mg/dl mmol/l	18,0 %	SW
<u>58.</u> <del>39</del>	Lactat-Dehydrogenase (LDH) EC 1.1.1.27	9,0 %	100 1,67	700 11,7	U/l µkat/l	18,0 %	RMW
<u>59.</u>	<u>LDL-C</u>	<u>9,0 %</u>	<u>30</u> <u>0,78</u>	<u>300</u> <u>7,8</u>	<u>mg/dl</u> <u>mmol/l</u>	-	-

1 lfd. Nr.	2 <u>Messgröße</u> <b>Analyt</b>	3 Zulässige relative Abweichung des Einzelwertes bzw. des relativen quadratischen Mittelwertes	4 Gültigkeitsbereich der Spalten 3 und 5			5 Zulässige relative Abweichung beim Ringversuch	6 Zielwertart beim Ringversuch
			von	bis	Einheit		
<u>60.</u> <del>40</del>	Leukozyten	6,5 %	2	30	10 <sup>9</sup> /l	18,0 %	RMW
<u>61.</u>	<u>LH</u>	<u>15,0 %</u>	<u>0,2</u>	<u>150</u>	<u>U/l</u>	=	=
<u>62.</u>	<u>Lipase</u>	<u>11,0 %</u>	<u>20</u> <u>0,33</u>	<u>1000</u> <u>16,7</u>	<u>U/l</u> <u>µkat/l</u>	=	=
<u>63.</u> <del>44</del>	Lithium	6,0 %	0,3	3,5	mmol/l	12,0 %	RMW
<u>64.</u> <del>42</del>	Magnesium	7,5 %	0,3	3,5	mmol/l	15,0 %	RMW
<u>65.</u>	<u>Methotrexat</u>	<u>25,0 %</u>	<u>0,05</u>	<u>10</u>	<u>µmol/l</u>	=	=
<u>66.</u> <del>43</del>	Natrium	3,0 %	110	180	mmol/l	5,0 %	RMW
<u>67.</u>	<u>NT- pro BNP</u>	<u>15,0 %</u>	<u>30</u>	<u>10000</u>	<u>pg/ml</u>	=	=
<u>68.</u> <del>44</del>	pCO <sub>2</sub>	7,5 % 6,5 %	≤ 35 > 35		mmHg	12,0 % <u>12,0 %</u>	SW
<u>69.</u> <del>45</del>	pH	0,4%	6,75	7,80		0,80 %	<del>RMW</del> <u>SW</u>
<u>70.</u> <del>46</del>	Phenobarbital	10,0 %	8	80	mg/l	20,0 %	SW
<u>71.</u> <del>47</del>	Phenytoin	11,0 %	3	35	mg/l	20,0 %	SW
<u>72.</u> <del>48</del>	Phosphat (anorganisch)	9,0 %	1 0,3	10 3,2	mg/dl mmol/l	16,0 %	<del>RMW</del> <u>SW</u>
<u>73.</u> <del>49</del>	pO <sub>2</sub>	5,5 % 7,0 % 11,0 %	> 125 > 80 40	350 ≤ 125 ≤ 80	mmHg mmHg mmHg	12,0 % 18,0 % 18,0 %	SW
<u>74.</u>	<u>Procalcitonin</u>	<u>18,0 %</u>	<u>0,1</u>	<u>60</u>	<u>ng/ml</u>	=	=
<u>75.</u> <del>50</del>	Progesteron	17,0 % 22,0 %	> 5,0 > 16 0,2 0,6	35 111 ≤ 5,0 ≤ 16	µg/l nmol/l µg/l nmol/l	35,0 %	RMW
<u>76.</u> <del>54</del>	Prostata-spezifisches Antigen (PSA)	15,5 %	0,2	50	µg/l	25,0 %	SW



1 Ifd. Nr.	2 <u>Messgröße</u> <del>Analyt</del>	3 Zulässige relative Abweichung des Einzelwertes bzw. des relativen quadratischen Mittelwertes	4 Gültigkeitsbereich der Spalten 3 und 5			5 Zulässige relative Abweichung beim Ringversuch	6 Zielwertart beim Ringversuch
			von	bis	Einheit		
<del>77.</del> <u>52</u>	Protein (Gesamt-)	6,0 %	35	110	g/l	10,0 %	RMW
<del>78.</del> <u>55</u>	<del>Thromboplastinzeit (Quick)</del> <u>Prothrombinzeit</u>	11,5 %	10	120	%	23,0 %	SW
<del>79.</del> <u>  </u>	<u>Renin</u>	<u>25,0 %</u>	<u>1</u>	<u>300</u>	<u>ng/l</u>	-	-
<del>80.</del> <u>  </u>	<u>Retikulozyten Automatenmessung</u>	<u>25,0 %</u>	<u>20</u>	<u>400</u>	<u>Zellen/nl</u>	-	-
<del>81.</del> <u>  </u>	<u>Tacrolimus</u>	<u>25,0 %</u>	<u>1</u>	<u>50</u>	<u>ng/ml</u>	-	-
<del>82.</del> <u>53</u>	Testosteron	20,5 %	0,2 0,7	20 69	µg/l nmol/l	35,0 %	RMW
<del>83.</del> <u>54</u>	Theophyllin	13,0 %	3	40	mg/l	24,0 %	RMW
<del>84.</del> <u>56</u>	Thrombozyten	7,5 % 8,5 % 13,5 %	> 300 > 150 40	700 ≤ 300 ≤ 150	10 <sup>9</sup> /l 10 <sup>9</sup> /l 10 <sup>9</sup> /l	13,0 % 15,0 % 18,0 %	SW
<del>85.</del> <u>57</u>	Thyreotropes Hormon (TSH)	13,5 %	0,1	40	mU/l	24,0 %	SW
<del>58</del> <u>  </u>	<del>Thyroxin, gesamt (T4)</del>	<del>12,5 %</del>	<del>0,5</del> <del>6,4</del>	<del>22</del> <del>283</del>	<del>µg/dl</del> <del>nmol/l</del>	<del>24,0 %</del>	<del>RMW</del>
<del>86.</del> <u>59</u>	Thyroxin, freies (fT4)	<u>13,0 %</u>	> 20 >26	85 109	ng/lp mol/l	20,0 %	SW
<del>87.</del> <u>60</u>	Transferrin	<u>8,0 %</u>	0,5	6	g/l	12,0 %	SW
<del>88.</del> <u>64</u>	Triglyceride	9,0 %	60 0,68	400 4,6	mg/dl mmol/l	16,0 %	RMW
<del>62</del> <u>  </u>	<del>Trijodthyronin, gesamt (T3)</del>	<del>15,0 %</del> <del>16,0 %</del>	<del>&gt;1,2</del> <del>&gt;1,8</del>	<del>10</del> <del>15</del>	<del>µg/l</del> <del>nmol/l</del>	<del>24,0 %</del>	<del>SW</del>
<del>89.</del> <u>63</u>	Trijodthyronin, freies (fT3)	<u>13,0 %</u>	1 1,5	25 39	ng/l pmol/l	20,0 %	SW

1 lfd. Nr.	2 <u>Messgröße</u> <del>Analyt</del>	3 Zulässige relative Abweichung des Einzelwertes bzw. des relativen quadratischen Mittelwertes	4 Gültigkeitsbereich der Spalten 3 und 5			5 Zulässige relative Abweichung beim Ringversuch	6 Zielwertart beim Ringversuch
			von	bis	Einheit		
<u>90.</u> <del>64</del>	Troponin-I, <u>kardiales</u>	20,0 %	<del>0,1</del> <u>10</u>	<del>35</del> <u>3000</u>	<del>µg/l</del> <u>ng/l</u>	33,0 %	SW
<del>65</del>	<del>Troponin-T</del>	<del>16,0 %</del>	<del>&gt;1</del>	<del>8</del>	<del>µg/l</del>	<del>33,0 %</del>	<del>SW</del>
		<del>21,0 %</del>	<del>0,08</del>	<del>≤1</del>	<del>µg/l</del>		
<u>91.</u> <del>66</del>	Valproinsäure	11,5 %	20	150	mg/l	20,0 %	SW
<u>92.</u> <del>67</del>	Vancomycin	12,0 %	4	100	mg/l	18,0 %	SW
<u>93.</u>	<u>Vitamin B12</u>	<u>25,0 %</u>	<u>50</u>	<u>1500</u>	<u>pg/ml</u>	-	-

\* die zulässige relative Abweichung (lfd. Nr. 44 - HbA1c) mit dem Wert 3,0 % ist spätestens zwei Jahre nach Ablauf der Übergangsregelung gemäß Abschnitt F - entsprechend vier Jahre nach Bekanntgabe der Richtlinie gemäß Abschnitt G - einzuhalten

**Tabelle B 1 b** **Analyte**Messgrößen im Urin

1 Ifd. Nr.	2 <u>Analyt</u> Messgröße	3 Zulässige relative Abweichung des Einzelwertes bzw. des relativen quadratischen Mittelwertes	4 Gültigkeitsbereich der Spalten 3 und 5			5 Zulässige relative Abweichung beim Ringversuch	6 Zielwertart beim Ringversuch
			von	bis	Einheit		
1	Albumin	15,0 %	1	500	mg/l	26,0 %	SW
2	Calcium	8,5 %	0,5	6	mmol/l	17,0 %	SW
3	Glucose	11,0 %	100 0,6	4000 22	mg/l mmol/l	22,0 %	RMW
4	Harnsäure	13,5 %	5 30	300 1784	mg/l µmol/l	23,0 %	RMW
5	Harnstoff	13,5 %	0,1 1,7	20 333	g/l mmol/l	21,0 %	RMW
6	Kalium	8,5 %	2	140	mmol/l	15,0 %	RMW
7	Kreatinin	12,0 %	0,01 0,1	3 27	g/l mmol/l	21,0 %	RMW
8	Natrium	6,5 %	50	200	mmol/l	12,0 %	RMW
9	Phosphat (anorganisch)	11,5 %	30 1	900 29	mg/l mmol/l	20,0 %	SW
10	Protein (Gesamt-)	11,5 %	5	10000	mg/l	24,0 %	SW

**Tabelle B 1 c** **Analyte** Messgrößen im Liquor cerebrospinalis

1 Ifd. Nr.	2 <b>Analyt</b> <u>Messgröße</u>	3 Zulässige relative Abweichung des Einzelwertes bzw. des relativen quadratischen Mittelwertes	4 Gültigkeitsbereich der Spalten 3 und 5			5 Zulässige relative Abweichung beim Ringversuch	6 Zielwertart beim Ringversuch
			von	bis	Einheit		
1	Albumin	13,5 %	20	<del>1000</del> 2000	mg/l	23,0 %	SW
2	Glucose	9,5 %	20 1,1	300 17	mg/dl mmol/l	18,0 %	RMW
3	Immunglobulin A ( <u>IgA</u> )	15,5 %	<del>20</del> 20,5	<del>40</del> 80	mg/l	27,0 %	SW
4	Immunglobulin G ( <u>IgG</u> )	12,0 %	15	500	mg/l	20,0 %	SW
5	Immunglobulin M ( <u>IgM</u> )	15,5 %	<del>10</del> 10,2	<del>30</del> 60	mg/l	33,0 %	SW
6	Lactat	11,5 %	10 1,1	99 11	mg/dl mmol/l	20,0 %	SW
7	Protein (Gesamt-)	13,5 %	<del>10</del> 50	<del>2000</del> 4000	mg/l	23,0 %	SW

## Tabelle B 1 d Messgrößen im Trockenblut

<u>1</u> <u>I</u> <u>f</u> <u>d</u> <u>N</u> <u>r</u> <u>.</u>	<u>2</u> <u>M</u> <u>e</u> <u>s</u> <u>s</u> <u>g</u> <u>r</u> <u>ö</u> <u>ß</u> <u>e</u>	<u>3</u> <u>Z</u> <u>u</u> <u>l</u> <u>ä</u> <u>s</u> <u>s</u> <u>i</u> <u>g</u> <u>e</u> <u>r</u> <u>e</u> <u>l</u> <u>a</u> <u>t</u> <u>i</u> <u>v</u> <u>e</u> <u>A</u> <u>b</u> <u>w</u> <u>e</u> <u>i</u> <u>c</u> <u>h</u> <u>u</u> <u>n</u> <u>g</u> <u>d</u> <u>e</u> <u>s</u> <u>E</u> <u>i</u> <u>n</u> <u>z</u> <u>e</u> <u>l</u> <u>w</u> <u>e</u> <u>r</u> <u>t</u> <u>e</u> <u>b</u> <u>z</u> <u>w</u> <u>.</u> <u>d</u> <u>e</u> <u>s</u> <u>r</u> <u>e</u> <u>l</u> <u>a</u> <u>t</u> <u>i</u> <u>v</u> <u>e</u> <u>q</u> <u>u</u> <u>a</u> <u>d</u> <u>r</u> <u>a</u> <u>t</u> <u>i</u> <u>s</u> <u>c</u> <u>h</u> <u>e</u> <u>M</u> <u>i</u> <u>t</u> <u>t</u> <u>e</u> <u>r</u> <u>w</u> <u>e</u> <u>r</u> <u>t</u> <u>e</u> <u>s</u>	<u>4</u> <u>G</u> <u>ü</u> <u>t</u> <u>i</u> <u>g</u> <u>k</u> <u>e</u> <u>i</u> <u>t</u> <u>s</u> <u>b</u> <u>e</u> <u>r</u> <u>e</u> <u>i</u> <u>c</u> <u>h</u> <u>d</u> <u>e</u> <u>r</u> <u>S</u> <u>p</u> <u>a</u> <u>l</u> <u>t</u> <u>e</u> <u>n</u> <u>3</u> <u>u</u> <u>n</u> <u>d</u> <u>5</u>			<u>5</u> <u>Z</u> <u>u</u> <u>l</u> <u>ä</u> <u>s</u> <u>s</u> <u>i</u> <u>g</u> <u>e</u> <u>r</u> <u>e</u> <u>l</u> <u>a</u> <u>t</u> <u>i</u> <u>v</u> <u>e</u> <u>A</u> <u>b</u> <u>w</u> <u>e</u> <u>i</u> <u>c</u> <u>h</u> <u>u</u> <u>n</u> <u>g</u> <u>b</u> <u>e</u> <u>i</u> <u>m</u> <u>R</u> <u>i</u> <u>n</u> <u>g</u> <u>v</u> <u>e</u> <u>r</u> <u>s</u> <u>u</u> <u>c</u> <u>h</u>	<u>6</u> <u>Z</u> <u>i</u> <u>e</u> <u>l</u> <u>w</u> <u>e</u> <u>r</u> <u>t</u> <u>a</u> <u>r</u> <u>t</u> <u>b</u> <u>e</u> <u>i</u> <u>m</u> <u>R</u> <u>i</u> <u>n</u> <u>g</u> <u>v</u> <u>e</u> <u>r</u> <u>s</u> <u>u</u> <u>c</u> <u>h</u>
			<u>v</u> <u>o</u> <u>n</u>	<u>b</u> <u>i</u> <u>s</u>	<u>E</u> <u>i</u> <u>n</u> <u>e</u> <u>i</u> <u>t</u>		
<u>1</u>	<u>17-OH-Progesteron</u>	<u>20 %</u>	<u>15</u>	<u>120</u>	<u>nmol/l</u>	<u>30 %</u>	<u>SW</u>
<u>2</u>	<u>IRT</u>	<u>20 %</u>	<u>30</u>	<u>180</u>	<u>µg/l</u>	<u>30 %</u>	<u>SW</u>
<u>3</u>	<u>PAP</u>	<u>20 %</u>	<u>1</u>	<u>6,3</u>	<u>µg/l</u>	<u>30 %</u>	<u>SW</u>
<u>4</u>	<u>TSH</u>	<u>20 %</u>	<u>8</u>	<u>60</u>	<u>mU/l</u>	<u>30 %</u>	<u>SW</u>

## B 2 Qualitative laboratoriumsmedizinische Untersuchungen

### 1 Grundsätze der Qualitätssicherung

- (1) In Teil B 2 sind Mindestanforderungen an die Sicherung der Qualität der Ergebnisse qualitativer laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen festgelegt. Diese Mindestanforderungen umfassen die interne und die externe Qualitätssicherung.
- (2) Alle vom medizinischen Laboratorium durchgeführten **qualitativen** laboratoriumsmedizinischen Untersuchungen (~~Messgrößen und Nominalmerkmale~~) nach Absatz (1) unterliegen der internen Qualitätssicherung. Findet eine Untersuchung an mehreren Geräten oder Arbeitsplätzen statt, so ist die interne Qualitätssicherung an jedem dieser Geräte oder Arbeitsplätze durchzuführen.
- (3) Zusätzlich unterliegen alle in der Tabelle B 2-2 dieses Teils aufgeführten Messgrößen und Nominalmerkmale der externen Qualitätssicherung.
- (4) Die Messgrößen in den Tabellen B 2-1 und B 2-2 sind alphabetisch aufgeführt. Kriterien für die Aufnahme einer Messgröße in die Tabellen sind insbesondere die Häufigkeit der Untersuchung und deren medizinische Bedeutung nach dem Stand der Wissenschaft. Die Tabellen ~~B 2-1 und B 2-2~~ werden fortgeschrieben.
- (5) Dieser Richtlinienenteil findet keine Anwendung auf qualitative Untersuchungen von Gewebe und auf Untersuchungen, für die spezielle Anforderungen an die interne und externe Qualitätssicherung in weiteren Teilen des Abschnitts B formuliert sind.

### 2 Durchführung der Qualitätssicherung

#### 2.1 Interne Qualitätssicherung

##### 2.1.1 Durchführung

- (1) Hinsichtlich Art und Häufigkeit der Durchführung der internen Qualitätssicherung sind die Vorgaben des Herstellers zu beachten. Unabhängig davon ist die interne Qualitätssicherung hinsichtlich ihrer Häufigkeit
  - a) entsprechend Tabelle B 2-1, für die dort aufgeführten Untersuchungen,
  - b) ausreichend und regelmäßig entsprechend der medizinischen Notwendigkeit und der Untersuchungsfrequenz von Patientenproben, sofern die Untersuchungen nicht in ~~Tab.~~ **Tabelle** B 2-1 aufgeführt sind, durchzuführen.Abs. (1) Satz 2 gilt als erfüllt, wenn in dem angewandten Analysesystem entsprechende Kontrollen integriert sind, welche die Richtigkeit des Ergebnisses sicherstellen.
- (2) Außerdem ist die interne Qualitätssicherung nach Eingriffen ins Untersuchungsverfahren durchzuführen. Eingriffe ins Untersuchungsverfahren sind:
  - a) Neustart nach vollständiger Abschaltung des Geräts,
  - b) Kalibration durch den Anwender,
  - c) Durchführung von Reparatur oder Wartung untersuchungsergebnisrelevanter Geräte und

---

d) Reagenzchargenwechsel<sup>1</sup>

- (3) Die Kontrollproben müssen den zu untersuchenden Patientenproben so ähnlich wie möglich sein. Im selben Untersuchungsverfahren dürfen Kontroll- und Kalibriermaterial nicht identisch sein.
- (4) Es sind Kontrollproben mit bekanntem Ergebnis zu verwenden, welches in den für ärztliche Entscheidungen relevanten Messbereichen liegt.
- (5) Werden Unit-use-Reagenzien und die entsprechenden Messsysteme für die patientennahe Sofortdiagnostik angewendet, braucht neben der Regelung nach Absatz (1) Satz 2 auch die Regelung nach Absatz (2) Satz 2 Nummer a) nicht beachtet zu werden, wenn eine Verfahrenskontrolle im Test integriert ist, welche die Ausgabe fehlerhafter Untersuchungsergebnisse anzeigt.

### 2.1.2 Bewertung der Ergebnisse

- (1) Die Bewertung der Untersuchungsergebnisse der Kontrollen hat unverzüglich nach Vorliegen des Ergebnisses/der Ergebnisse zu erfolgen. Die Bewertung erfolgt ~~an~~ **Hand**anhand der dem Kontrollmaterial zugewiesenen Zielvorgaben.
- (2) Werden die Vorgaben nicht erfüllt, ist das Untersuchungsverfahren zunächst für weitere Untersuchungen von Probenmaterial von Patienten gesperrt. Es muss nach der Ursache der Nichterfüllung gesucht und diese, sofern möglich, beseitigt werden. Unter Beachtung der medizinischen Relevanz hat die verantwortliche Person zu entscheiden, ob das Untersuchungsverfahren wieder freigegeben werden kann oder ob noch weitergehende Maßnahmen getroffen werden müssen, z. B. ob die gesamten der Kontrollprobe vorhergehenden Untersuchungen einschließlich der Kontrolluntersuchung zu wiederholen sind oder ob die Einsender hinsichtlich bereits übermittelter Ergebnisse informiert werden müssen. Der gesamte Vorgang ist zu dokumentieren.

### 2.1.3 Dokumentation

- (1) Alle Ergebnisse der internen Qualitätssicherung sind nach Untersuchungen und Art des Probenmaterials unter Berücksichtigung des Untersuchungsverfahrens und des Arbeitsplatzes oder des Gerätes geordnet zu dokumentieren. Auf Anforderung der mit der Prüfung der Einhaltung dieser Richtlinie beauftragten zuständigen Stelle ist die Dokumentation vorzulegen.
- (2) Die Dokumentation muss enthalten
  - a) Bezeichnung des medizinischen Laboratoriums,
  - b) Bezeichnung des Arbeitsplatzes oder Analysegerätes,
  - c) Datum und, sofern entscheidend, Uhrzeit der Untersuchung,
  - d) Untersuchung, Probenmaterial, ~~gegebenenfalls~~ ggf. Einheit,
  - e) Untersuchungsmethode,
  - f) Kontrollprobenergebnis,
  - g) Zielvorgaben der Kontrollprobe,
  - h) die Bewertung,
  - i) Freigabe- oder Sperrvermerk,
  - j) ergriffene Korrekturmaßnahmen,
  - k) Hersteller, Bezeichnung und Chargennummer der Kontrollprobe und
  - l) Name/Namenszeichen oder Unterschrift des Untersuchers.

---

<sup>1</sup> Hierunter sind auch Änderungen der Reagenzienzusammensetzung wie z. B. das Herstellen von Verdünnungen oder bei Eigenherstellung das erneute Ansetzen der Reagenzien zu verstehen.

- 
- (3) Die Dokumentation über die durchgeführte interne Qualitätssicherung ist zusammen mit den Bewertungen sowie den Protokollen der Maßnahmen bei Nichterfüllung der Zielvorgaben fünf Jahre aufzubewahren, sofern aufgrund anderer Vorschriften keine davon abweichenden längeren Aufbewahrungsfristen vorgeschrieben sind.

## 2.2 Externe Qualitätssicherung (Ringversuche)

1. Die Teilnahme an einem Ringversuch ist für jede in Tabelle B 2-2 genannte Untersuchung entsprechend der dort aufgeführten Häufigkeit an jedem Standort Pflicht, sofern ~~das medizinische Laboratorium~~ diese laboratoriumsmedizinische Untersuchung dort ~~bereithält~~ bereitgehalten wird. Die Teilnahmepflicht für die in der Tabelle gelisteten Untersuchungen gilt unabhängig davon, ob im Bericht oder Befund das Untersuchungsergebnis quantitativ oder qualitativ ausgewiesen wird.
2. Der Ringversuchsteilnehmer führt die Untersuchungen der Ringversuchsproben unter Routinebedingungen durch und übermittelt die Ergebnisse und die von der Referenzinstitution benötigten Informationen. Mit der Übermittlung der Ergebnisse bestätigt der Teilnehmer, dass die Untersuchungen gemäß dieser Richtlinie in seinen Räumen und unter seiner Verantwortung durchgeführt worden sind.
3. Erhält ein Teilnehmer für eine Untersuchung kein Zertifikat, weil eines oder mehrere seiner Ergebnisse nicht mit den vom jeweiligen Referenzinstitut vorgegebenen Zielvorgaben übereinstimmen, so ist er verpflichtet, die Ursachen zu klären und - soweit in seiner Verantwortung möglich - zu beseitigen. Der gesamte Vorgang ist zu dokumentieren.
4. Die Bescheinigungen über die Teilnahme an Ringversuchen sowie die erworbenen Ringversuchszertifikate sind für die Dauer von fünf Jahren aufzubewahren, sofern aufgrund anderer Vorschriften keine davon abweichenden längeren Aufbewahrungsfristen vorgeschrieben sind.



**Tabelle B 2-1 - Interne Qualitätssicherung**

Lfd. Nr.	Messgröße/Untersuchung	Häufigkeit der Kontrolluntersuchung
1.	6-Acetylmorphin	täglich
2.	AB0- Merkmale	wöchentlich
3.	Amphetamine	täglich
4.	Barbiturate	täglich
5.	Benzodiazepine	täglich
6.	Borrelia burgdorferi, Antikörper gegen	täglich
7.	Buprenorphin	täglich
8.	Candida albicans, Antikörper gegen	täglich
9.	Cannabinoide	täglich
10.	Chromatographische Analyse mit Identifizierung der Wirksubstanz (STA)	täglich
11.	Cocain und Metabolite	täglich
12.	Direkter Coombstest	wöchentlich
13.	dsDNA, Autoantikörper gegen	täglich
14.	Echinococcus, Antikörper gegen	täglich
15.	Elektrophorese mit Immunreaktion	monatlich
16.	Entamoeba histolytica, Antikörper gegen	täglich
17.	Erythrozytenantigene, Antikörper gegen (Suchtest)	täglich
18.	extrahierbare, nukleäre Antigene, Autoantikörper gegen	täglich
19.	Glatte Muskulatur, Autoantikörper gegen	täglich
20.	Glutaminase, Antikörper gegen	täglich
21.	HBC-Antigen, Antikörper gegen	täglich
22.	HBe-Antigen, Antikörper gegen	täglich
23.	HBs-Antigen, Antikörper gegen	täglich
24.	Hepatitis A-Virus, Antikörper gegen	täglich
25.	Hepatitis C-Virus, Antikörper gegen	täglich
26.	HIV, Antikörper gegen	täglich
27.	IgE-Antikörper, allergenspezifischer-Einzelallergentest Methodenspezifische Kontrolle im Rotationsverfahren mit einem Leitallergen	wöchentlich
28.	Immunkomplexe, zirkulierende	täglich
29.	Kerne (ANA), Autoantikörper gegen	täglich
<del>30.</del>	<del>Masern-Virus, Antikörper gegen</del>	<del>täglich</del>
<del>30,31.</del>	Methadon und Metabolite	täglich
<del>31,32.</del>	Methaqualon	täglich
<del>32,33.</del>	Mitochondrien (AMA), Autoantikörper gegen	täglich
<del>34.</del>	<del>Mumps-Virus, Antikörper gegen</del>	<del>täglich</del>
<del>33,35.</del>	Opiate	täglich
<del>34,36.</del>	Phencyclidin	täglich
<del>35,37.</del>	Plasmodium, Antikörper gegen	täglich
<del>36,38.</del>	Rhesusformel	wöchentlich
<del>37,39.</del>	Rheumafaktor (RF)	täglich
<del>38,40.</del>	Ribonukleoprotein (RNP), Autoantikörper gegen	täglich
<del>39,41.</del>	Röteln-Virus, Antikörper gegen	täglich

Lfd. Nr.	Messgröße/Untersuchung	Häufigkeit der Kontrolluntersuchung
<del>40.42.</del>	Schistosoma, Antikörper gegen	täglich
<del>41.43.</del>	Scl-70-Antigen, Autoantikörper gegen	täglich
<del>42.44.</del>	Sm-Antigen, Autoantikörper gegen	täglich
<del>43.45.</del>	SS-A-Antigen, Autoantikörper gegen	täglich
<del>44.46.</del>	SS-B-Antigen, Autoantikörper gegen	täglich
<del>45.47.</del>	Streptokokken-Desoxyribonuklease, Antikörper gegen	täglich
<del>46.48.</del>	Streptolysin O, Antikörper gegen	täglich
<del>47.49.</del>	Toxoplasma gondii, Antikörper gegen	täglich
<del>48.50.</del>	Treponema pallidum, Antikörper gegen	täglich
<del>49.51.</del>	Trizyklische Antidepressiva	täglich
<u>52.</u>	<u>Varicella-Zoster-Virus, Antikörper gegen</u>	<u>täglich</u>
<del>50.53.</del>	Zytoplasma neutrophiler Granulozyten (C-ANCA, P-ANCA), Autoantikörper gegen	täglich

täglich = jeder Kaldendertag, an welchem Patientenproben untersucht werden  
 wöchentlich = jede Kalenderwoche, in welcher Patientenproben untersucht werden, usw.

## Tabelle B 2-2 - Externe Qualitätssicherung (Ringversuche)

Lfd. Nr.	Messgröße/Untersuchung	Häufigkeit der Teilnahme/ einmal pro
1.	AB0-Merkmale	Quartal
2.	Borrelia burgdorferi, Antikörper gegen	Halbjahr
3.	Candida albicans, Antikörper gegen	Halbjahr
4.	Cannabinoide	Quartal
5.	CD4-T-Zellen	Halbjahr
6.	CD8-T-Zellen	Halbjahr
7.	Chromatographische Analyse mit Identifizierung der Wirksubstanz (STA)	Halbjahr
8.	Cocain und Metabolite	Quartal
9.	Differenzierung, Blutaussstrich	Quartal
10.	Direkter Coombstest	Quartal
11.	dsDNA, Autoantikörper gegen	Halbjahr
12.	Echinococcus, Antikörper gegen	Kalenderjahr
13.	Entamoeba histolytica, Antikörper gegen	Kalenderjahr
14.	Erythrozytenantigene, Antikörper gegen (Suchtest)	Quartal
15.	Glutaminase, Antikörper gegen	Halbjahr
16.	Hbc-Antigen, Antikörper gegen	Halbjahr
17.	HBe-Antigen, Antikörper gegen	Halbjahr
18.	HbS-Antigen, Antikörper gegen	Halbjahr
19.	Hepatitis A-Virus, Antikörper gegen	Halbjahr
20.	Hepatitis C-Virus, Antikörper gegen	Halbjahr
21.	HIV, Antikörper gegen	Halbjahr

Lfd. Nr.	Messgröße/Untersuchung	Häufigkeit der Teilnahme/ einmal pro
22.	IgE-Antikörper, allergenspezifischer-Einzelallergentest Methodenspezifische Kontrolle im Rotationsverfahren mit 6 Leitallergenen aus folgenden Gruppen: a) saisonales Inhalationsallergen, b) ganzjähriges Inhalationsallergen, c) Nahrungsmittelallergen, d) Insektengiftallergen	Halbjahr
23.	Immunglobuline, oligoklonale (oligoklonale Banden)	Halbjahr
24.	Kerne (ANA), Autoantikörper gegen	Halbjahr
<a href="#">25.</a>	<a href="#">Masern-Virus, Antikörper gegen</a>	<a href="#">Halbjahr</a>
<del>25.</del> <a href="#">26.</a>	Methadon und Metabolite	Quartal
<del>27.</del>	<a href="#">Mumps-Virus, Antikörper gegen</a>	<a href="#">Halbjahr</a>
<del>26.</del> <a href="#">28.</a>	Opiate	Quartal
<del>27.</del> <a href="#">29.</a>	Plasmodium, Antikörper gegen	Kalenderjahr
<del>28.</del> <a href="#">30.</a>	Rhesusformel	Quartal
<del>29.</del> <a href="#">31.</a>	Rheumafaktor (RF)	Quartal
<del>30.</del> <a href="#">32.</a>	Röteln-Virus, Antikörper gegen	Halbjahr
<del>31.</del> <a href="#">33.</a>	Schistosoma, Antikörper gegen	Kalenderjahr
<del>32.</del> <a href="#">34.</a>	Streptokokken-Desoxyribonuklease, Antikörper gegen	Halbjahr
<del>33.</del> <a href="#">35.</a>	Streptolysin O, Antikörper gegen	Halbjahr
<del>34.</del> <a href="#">36.</a>	Toxoplasma gondii, Antikörper gegen	Halbjahr
<del>35.</del> <a href="#">37.</a>	Treponema pallidum, Antikörper gegen	Halbjahr
<del>36.</del> <a href="#">38.</a>	Trizyklische Antidepressiva	Quartal
<del>37.</del> <a href="#">39.</a>	Urinsediment	Kalenderjahr
<a href="#">40.</a>	<a href="#">Varicella-Zoster-Virus, Antikörper gegen</a>	<a href="#">Halbjahr</a>
<del>38.</del> <a href="#">41.</a>	Zytoplasma neutrophiler Granulozyten (C-ANCA, P-ANCA), Autoantikörper gegen	Halbjahr

## B 3 Direkter Nachweis und Charakterisierung von Infektionserregern

### 1 Grundsätze der Qualitätssicherung

- (1) In Teil B 3 sind Mindestanforderungen an die Sicherung der Qualität der Ergebnisse laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen zum direkten Nachweis von medizinisch relevanten Infektionserregern festgelegt. Diese beinhalten auch sich ~~gegebenenfalls~~ ggf. daran anschließende Untersuchungen zur Charakterisierung von Infektionserregern (z. B. Differenzierung, Identifizierung, Typisierung) und ~~zu~~ deren relevanten Eigenschaften hinsichtlich der Therapie von Infektionen (z. B. Prüfung der Empfindlichkeit gegenüber Antiinfektiva). Diese Mindestanforderungen umfassen die interne und die externe Qualitätssicherung.
- (2) Alle vom medizinischen Laboratorium durchgeführten Untersuchungen nach Absatz (1) unterliegen der internen Qualitätssicherung. Findet eine Untersuchung an mehreren Geräten oder Arbeitsplätzen statt, so ist die interne Qualitätssicherung an jedem dieser Geräte oder Arbeitsplätze durchzuführen.
- (3) Zusätzlich unterliegen alle in den Tabellen B 3-2 und B 3-2 a aufgeführten Untersuchungen der externen Qualitätssicherung.
- (4) Die Untersuchungen in den Tabellen B 3-1, B 3-1 a, B 3-2 und B 3-2 a sind getrennt nach Art der Erreger oder der angewandten Methodik aufgeführt. Kriterien für die Aufnahme einer Untersuchung in diese Tabellen sind insbesondere die Häufigkeit der Untersuchung und deren medizinische Bedeutung nach dem Stand der Wissenschaft. Die Tabellen werden fortgeschrieben.

### 2 Durchführung der Qualitätssicherung

#### 2.1 Interne Qualitätssicherung

##### 2.1.1 Durchführung

- (1) Hinsichtlich Art und Häufigkeit der Durchführung der internen Qualitätssicherung sind die Vorgaben des Herstellers zu beachten.  
Unabhängig davon ist die interne Qualitätssicherung hinsichtlich ihrer Häufigkeit
  - a) entsprechend Tabellen B 3-1 und B 3-1 a für die dort aufgeführten Untersuchungen,
  - b) ausreichend und regelmäßig entsprechend der medizinischen Notwendigkeit und der Untersuchungsfrequenz von Patientenproben, sofern die Untersuchungen oder Verfahren nicht in den Tabellen B 3-1 und B 3-1 a aufgeführt sind,durchzuführen.  
Abs. (1) Satz 2 gilt als erfüllt, wenn in dem angewandten Analysesystem entsprechende Kontrollen integriert sind, welche die Richtigkeit des Ergebnisses sicherstellen.
- (2) Im Rahmen der internen Qualitätssicherung müssen überprüft werden:
  - a) Nährmedien und Supplemente,
  - b) Zelllinien für Zellkulturverfahren,
  - c) Reagenzien, Färbelösungen, diagnostische Antikörper und Antigene,

- 
- d) Systeme zur Erregeridentifizierung und zur Empfindlichkeitsprüfung sowie
  - e) hierbei eingesetzte ergebnisrelevante Geräte und Instrumente.
- (3) Außerdem ist die interne Qualitätssicherung nach Eingriffen ins Untersuchungsverfahren durchzuführen. Eingriffe in Untersuchungsverfahren sind:
- a) Kalibration,
  - b) Durchführung von Reparatur oder Wartung untersuchungsergebnisrelevanter Geräte ~~und~~,
  - [c\) Ereignisse, welche die Integrität relevanter Komponenten des Messverfahrens beeinträchtigen können und](#)
  - ~~e)~~d) Reagenzchargenwechsel<sup>2</sup>.
- (4) Kontrollproben müssen den zu untersuchenden Patientenproben so ähnlich wie möglich sein. Im selben Untersuchungsverfahren dürfen Kontroll- und Kalibriermaterial nicht identisch sein.
- (5) Es sind Kontrollproben mit bekanntem Ergebnis zu verwenden, sofern im Folgenden nicht anders bestimmt.
- (6) Es sind Statistiken zur Häufigkeit nachgewiesener Erreger und zu deren Empfindlichkeit gegenüber Antiinfektiva zu führen und zu bewerten.

## 2.1.2 Spezielle Vorgaben

### 2.1.2.1 Mikroskopische Verfahren

Die interne Qualitätssicherung bei mikroskopischen Verfahren ist in Tabelle B 3-1 aufgeführt. Zusätzlich gilt: Geeignete Präparate (z. B. Dauerpräparate, konservierte Parasiten) oder Anschauungsmaterial (z. B. Bildtafeln, Atlanten) müssen als Referenz-, Vergleichs- und Schulungsmaterial in ausreichendem Umfang verfügbar sein.

### 2.1.2.2 Kulturelle Verfahren

#### 2.1.2.2.1 Nicht-Zellkultur-basierte Verfahren

Die interne Qualitätssicherung bei nicht-Zellkultur-basierten Verfahren ist in Tabelle B 3-1 aufgeführt. Zusätzlich gilt:

- (1) Zur Kontrolle werden entsprechend vorbereitete und ~~gegebenenfalls~~ [ggf.](#) kryokonservierte Kontrollstämme verwendet.
- (2) Das Laboratorium muss das für die Empfindlichkeitsprüfung verwendete Regelwerk benennen. Empfindlichkeitsprüfungen dürfen nur bei Vorliegen von Reinkulturen abschließend beurteilt werden. Deshalb ist immer eine Reinheitskontrolle des Inokulums mitzuführen. Orientierende Empfindlichkeitsprüfungen mit nicht standardisierten Inokula (z. B. aus Blutkulturen) sind standardisiert zu wiederholen.
- (3) Für die Empfindlichkeitsprüfung sind Stammkulturen mindestens monatlich aus Referenzvorratskulturen herzustellen. Gebrauchskulturen aus den Stammkulturen dürfen längstens eine Woche verwendet werden.

---

<sup>2</sup> Hierunter sind auch Änderungen der Reagenzienzusammensetzung wie z. B. das Herstellen von Verdünnungen oder bei Eigenherstellung das erneute Ansetzen der Reagenzien zu verstehen.

### 2.1.2.2 Zellkultur-basierte Verfahren

Die interne Qualitätssicherung bei Zellkultur-basierten Verfahren ist in Tabelle B 3-1 aufgeführt. Zusätzlich gilt:

- (1) Als Kontrollproben werden entsprechend vorbereitete und gegebenenfalls ggf. kryokonservierte Kontrollstämme (positive Kontrollprobe) sowie eine nicht infizierte Zellkontrolle (negative Kontrollprobe) verwendet. Es ist zu dokumentieren, dass prüfen, ob die mitgeführte negative Kontrollprobe morphologisch unauffällig ist. Das Ergebnis ist zu dokumentieren.
- (2) Subkultivierungen zur Anreicherung geringer Erregermengen aus Patientenproben sind zu dokumentieren.
- (3) Bei Zellkultur-basierten Neutralisationstesten ist die Virusdosis durch eine TCID<sub>50</sub>-Bestimmung oder ein vergleichbares Verfahren zu ermitteln und zu dokumentieren.
- (4) Für die phänotypische Resistenztestung sind als positive und negative Kontrollproben sensitive und nicht sensitive Kontrollstämme zu verwenden. Der Grad der Inhibition durch die antivirale Kontrollsubstanz ist zu dokumentieren.

### 2.1.2.3 Molekularbiologische Verfahren

Die interne Qualitätssicherung bei molekularbiologischen Verfahren ist in den Tabellen B 3-1 und B 3-1 a aufgeführt. Zusätzlich gilt:

- (1) Die auf die Erreger- und Untersuchungsmaterial-Eigenschaften abgestimmten Verfahren zur Nukleinsäureisolierung sind regelmäßig zu überprüfen.
- (2) Es sind mindestens eine positive und eine negative Kontrollprobe mitzuführen und gegebenenfalls ggf. Inhibitionskontrollen<sup>3</sup> durchzuführen. Soweit verfügbar, soll die Konzentration einer der positiven Kontrollproben nahe an der Sensitivitätsgrenze des angewendeten Amplifikationsverfahrens liegen. Auf die negative Kontrollprobe kann bei geschlossenen, vollmechanisierten Systemen verzichtet werden. Die Bewertung erfolgt anhand der zugewiesenen Zielvorgaben.
- (3) Bei Bestimmung der Nukleinsäurekonzentration sind Kontrollproben mit bekannter Nukleinsäure- oder Erregerkonzentration mitzuführen. Diese Kontrollproben sollen mit internationalen Standards, soweit vorhanden, abgeglichen sein.
- (4) Bei sequentiell arbeitenden NAT-Systemen, die während eines Arbeitstages durchgehend betrieben werden und bei denen eine interne Prozesskontrolle (interne Kontrolle/interner Quantifizierungsstandard) mit prozessiert wird, sind folgende Qualitätskontrollen mitzuführen:
  - a) bei qualitativen Testen: arbeitstäglich vor Beginn der Testung oder parallel dazu mindestens eine positive und eine negative Kontrollprobe.
  - b) bei quantitativen Testen: arbeitstäglich vor Beginn der Testung oder parallel dazu jeweils mindestens eine positive und eine negative Kontrolle sowie innerhalb von 24 Stunden und spätestens nach 16 Stunden mindestens eine positive Kontrolle. Dabei sind Kontrollproben mit Zielwerten in mindestens zwei unterschiedlichen Konzentrationsbereichen, soweit verfügbar, in regelmäßigem Wechsel einzusetzen.
- (5) Bei geschlossenen Testsystemen (z. B. Kartuschen-Systemen) zum qualitativen oder quantitativen Nachweis erregerspezifischer Nukleinsäure kann - abweichend zu den Absätzen 1 bis 3 - auf das Mitführen zusätzlicher Kontrollproben bei jeder Testdurchführung verzichtet werden, wenn ausreichende Verfahrenskontrollen

<sup>3</sup> Der Verzicht auf Inhibitionskontrollen ist zu begründen.

integriert sind, welche die Funktionalität der Reagenzien sicherstellen, einschließlich Extraktion, Aufreinigung, Amplifikation und Inhibition.

Bei fehlender Herstellervorgabe oder wenn vom Hersteller keine positive und/oder keine negative Kontrollprobe für erforderlich deklariert wird, muss das Laboratorium, mittels einer für das jeweilige Verfahren angepassten Vorgabe, die Frequenz positiver und/oder negativer Kontrollproben begründet festlegen (risikobasierte Qualitätssicherung). Frequenz und Ergebnis dieser Kontrollproben sind zu dokumentieren.

Bei qualitativem Nukleinsäurenachweis mittels solcher Systeme soll die eingesetzte Positivkontrolle maximal 2 log-Stufen (Basis 10) über der unteren Nachweisgrenze liegen.

Bei quantitativem Nukleinsäurenachweis sind zwei Kontrollen mit bekanntem Gehalt aus dem oberen bzw. unteren Bereich der Quantifizierung zu verwenden. Die Abweichungen vom Sollwert dürfen  $\pm 0,5 \log$  (Basis 10) nicht überschreiten.

Bei Multiplex-Analytik ist darauf zu achten, dass die positiven Kontrollproben im Verlaufe von 12 Monaten alle mit dem System nachweisbaren Erreger repräsentieren (risikobasierte Qualitätssicherung). Frequenz und Ergebnis dieser Kontrollproben sind zu dokumentieren.

Zudem ist darauf zu achten, dass bei einem Analysengerät mit mehreren Testplätzen alle Module in ähnlicher Frequenz verwendet werden (soweit nicht durch das Gerät vorgegeben).

~~(4)~~(6) Für die in der Tabelle 3-1 a aufgeführten Bestimmungen sind die angegebenen Grenzen einzuhalten. Für nicht in der Tabelle 3-1 a aufgeführte Bestimmungen gilt: Die zulässige absolute Abweichung des logarithmierten (Basis 10) Einzelwertes vom logarithmierten Sollwert der quantitativen Positivkontrolle ist laborintern festzulegen und zu dokumentieren, ~~gegebenenfalls~~ ggf. alternativ bei Real-Time-PCRs die zulässige absolute Abweichung der Zykluszahl vom Sollwert (Cycle Threshold/ $C_t$ , Crossing Point/ $C_p$ , Cycle quantitative/ $C_q$ ). Ebenso muss ein Gültigkeitsbereich für die quantitative Positivkontrolle festgelegt und dokumentiert sein.

~~(5)~~(7) Die ~~Sequenzidentität~~ Identität von Amplifikationsprodukten muss durch sequenzspezifische Verfahren nachgewiesen werden.

#### 2.1.2.4 Immunologische Verfahren zum direkten Erregernachweis

Die interne Qualitätssicherung bei immunologischen Verfahren zum direkten Erregernachweis ist in Tabelle B 3-1 aufgeführt. Zusätzlich gilt: Bei direkten Verfahren zum Nachweis von Erreger-Antigenen mit ~~fluoreszenzmarkierten~~ fluorophormarkierten Antikörpern sind Kriterien für die Bewertung festzulegen und bei Verwendung von Partikel-/Erythrozyten-Suspensionen als Bestandteil des diagnostischen Verfahrens (z. B. Agglutinations-, Lysereaktion) Kriterien für die Ablesung zu definieren.

#### 2.1.3 Bewertung der Ergebnisse

- (1) Die Bewertung der Untersuchungsergebnisse der Kontrollen hat unverzüglich nach Vorliegen des Ergebnisses /der Ergebnisse zu erfolgen. Die Bewertung erfolgt anhand der dem Kontrollmaterial zugewiesenen Zielvorgaben.
- (2) Werden die Vorgaben nicht erfüllt, ist das Untersuchungsverfahren zunächst für weitere Untersuchungen von Patientenproben gesperrt. Es muss nach der Ursache der Nichterfüllung gesucht und diese, sofern möglich, beseitigt werden. Unter Beachtung der medizinischen Relevanz hat die verantwortliche Person zu entscheiden, ob das Untersuchungsverfahren wieder freigegeben werden kann und ob noch weitergehende Maßnahmen getroffen werden müssen, z. B. ob die gesamten



---

der Kontrollprobe vorhergehenden Untersuchungen einschließlich der Kontrolluntersuchung zu wiederholen sind oder ob die Einsender hinsichtlich bereits übermittelter Ergebnisse informiert werden müssen. Der gesamte Vorgang ist zu dokumentieren.

#### 2.1.4 Dokumentation

- (1) Alle Ergebnisse der internen Qualitätssicherung sind nach Untersuchungen und Art des Probenmaterials unter Berücksichtigung des Untersuchungsverfahrens und des Arbeitsplatzes oder Gerätes geordnet zu dokumentieren. Auf Anforderung der mit der Prüfung der Einhaltung dieser Richtlinie beauftragten zuständigen Stelle ist die Dokumentation vorzulegen.
- (2) Die Dokumentation muss enthalten:
  - a) Bezeichnung des medizinischen Laboratoriums,
  - b) Bezeichnung des Arbeitsplatzes oder des Untersuchungsgerätes,
  - c) Datum und, sofern entscheidend, Uhrzeit der Untersuchung,
  - d) Untersuchung, Probenmaterial, ~~gegebenenfalls~~ ggf. Einheit,
  - e) Untersuchungsmethode,
  - f) Ergebnis der Kontrolle,
  - g) Vorgaben für die Kontrolle,
  - h) die Bewertung,
  - i) Freigabe- oder Sperrvermerk,
  - j) ergriffene Korrekturmaßnahmen,
  - k) Hersteller, Bezeichnung und Chargennummer der Kontrollprobe, soweit zutreffend,
  - l) Name/Namenszeichen oder Unterschrift des Untersuchers.
- (3) Die Dokumentation über die durchgeführte interne Qualitätssicherung ist zusammen mit den Bewertungen sowie den Protokollen der Maßnahmen bei Nichterfüllung der Zielvorgaben fünf Jahre aufzubewahren, sofern aufgrund anderer Vorschriften keine davon abweichenden längeren Aufbewahrungsfristen vorgeschrieben sind.

#### 2.2. Externe Qualitätssicherung (Ringversuche)

- (1) Die Teilnahme an einem Ringversuch ist für jede in den Tabellen B 3-2 und B 3-2 a genannte Untersuchung entsprechend der dort aufgeführten Häufigkeit an jedem Standort Pflicht, sofern ~~das medizinische Laboratorium~~ diese laboratoriumsmedizinische Untersuchung ~~dort bereithält~~ bereitgehalten wird.
- (2) Der Ringversuchsteilnehmer führt die Untersuchungen der Ringversuchsproben unter Routinebedingungen durch und übermittelt die Ergebnisse und die von der Referenzinstitution benötigten Informationen. Mit der Übermittlung der Ergebnisse bestätigt der Teilnehmer, dass die Untersuchungen gemäß dieser Richtlinie in seinen Räumen und unter seiner Verantwortung durchgeführt worden sind.
- (3) Erhält ein Teilnehmer für eine Untersuchung kein Zertifikat, weil eines oder mehrere seiner Ergebnisse nicht mit den vom jeweiligen Referenzinstitut vorgegebenen Zielvorgaben übereinstimmen, so ist er verpflichtet, die Ursachen zu klären und - soweit in seiner Verantwortung möglich - zu beseitigen. Der gesamte Vorgang ist zu dokumentieren.



- (4) Die Bescheinigungen über die Teilnahme an Ringversuchen sowie die erworbenen Ringversuchszertifikate sind für die Dauer von fünf Jahren aufzubewahren, sofern aufgrund anderer Vorschriften keine davon abweichenden längeren Aufbewahrungsfristen vorgeschrieben sind.

**Tabelle B 3-1 Interne Qualitätssicherung**

Untersuchung	Anforderung	zulässige Abweichung	Häufigkeit
<b>Mikroskopische Verfahren</b>			
Gram-Färbung	charakteristische Anfärbung gramnegativer und grampositiver Keime auf einem Kontrollpräparat (z.B. Zungenabstrichmaterial)	keine Abweichung	täglich
Ziehl-Neelsen-Färbung	charakteristische Anfärbung säurefester Stäbchen auf einem Kontrollpräparat	keine Abweichung	täglich
Giemsa-Färbung	charakteristische Anfärbung von Erythrozyten und Leukozyten in einem Ausstrich, <b>gegebenenfalls ggf.</b> vom zu untersuchenden Patienten	keine Abweichung	täglich
	pH-Wert des Puffers	6,8 – 7,2	wöchentlich
mikroskopischer Erregernachweis, z.B. Parasiten	Erkennung charakteristischer Erregerstrukturen z.B. anhand von Bildtafeln oder Ringversuchs- und anderen Dauerpräparaten ("Konsensustraining")	höchstens 20% Abweichung (bezogen auf die Anzahl der beurteilten Präparate)	jährlich
Negativkontrastierung bei Transmissionselektronenmikroskopie von Viren	Einsatz von Proben mit definierten Viren/Virusmengen (Überprüfung der Integrität des Trägerfilms, seiner Bindungseigenschaften, der Negativkontrastierung und des Vergrößerungsfaktors), eindeutige Erkennung der eingesetzten Viren/Virengruppen	keine Abweichung	bei jeder neuen Charge befilmter Kupfernetze

Untersuchung	Anforderung	zulässige Abweichung	Häufigkeit
<b>Kulturelle Verfahren</b>			
<b>Nicht-Zellkultur-basierte Verfahren</b>			
visuelle Kontrolle fester Kulturmedien	Aufdeckung von Transportschäden- bzw. Lagerschäden, wie z.B. Verunreinigung, Austrocknung	keine Abweichung	jede Verpackungseinheit bei jeder Anlieferung bzw. Einsatz einer neuen Charge
Prüfung der Sterilität <sup>4</sup>	kein Wachstum	keine Abweichung	bei Chargenwechsel
Überprüfung von Nährmedien <sup>5</sup> mit Kontrollstämmen oder parallele Testung im Vergleich mit früheren Chargen bei - allen Medien  - Festnährmedien bei Langzeitbebrütung von mehr als 72 Stunden  - Selektivmedien  - Indikatormedien  - Induktion typischer Morphologien bei Pilzen	- Ausbildung der charakteristischen Koloniemorphologie - Nachweis der ausreichenden Feuchtigkeit durch Vorinkubation von mindestens 3 Tagen und Wachstum eines geeigneten Kontrollstammes nach anschließender Beimpfung (z. B. Sabouraud-Agar zum Nachweis von Dermatophyten)  - Unterdrückung des Wachstums von Nicht-Ziel-Organismen - Erreger-typischer Reaktionsausfall - Ausbildung der charakteristischen Morphologie	keine Abweichung	bei Chargenwechsel
<b>Erregeridentifizierung</b>			
Überprüfung von Einzelverfahren zur (orientierenden) Erregeridentifizierung mit Kontrollstämmen: Katalase, Oxidase, Indol, Koagulase, Keimschlauchttest, Urease	Erreger-typischer Reaktionsausfall	keine Abweichung	täglich

<sup>4</sup> Bei kommerziell bezogenen Nährmedien kann diese Überprüfung durch entsprechende Chargenzertifikate der Hersteller belegt werden.

<sup>5</sup> Die Prüfungen auf Wachstumsförderung, Koloniemorphologie und biochemische Reaktivität werden soweit möglich mit den gleichen Kontrollstämmen durchgeführt. Die Prüfung der Einhaltung der geforderten Spezifikation von Kulturmedien (z. B. Wachstumsförderung, Koloniemorphologie, **gegebenenfalls** ggf. biochemische Reaktivität) kann auch durch die regelmäßige Subkultivierung der für die interne Qualitätskontrolle benötigten Kontrollstämme erfolgen.

Untersuchung	Anforderung	zulässige Abweichung	Häufigkeit
Verifizierung kommerzieller Systeme zur Erregeridentifizierung	Erreger-typischer Reaktionsausfall von Kontrollstämmen	keine Abweichung	bei Chargenwechsel
Überprüfung der Inokulumreinheit bei kommerziellen Systemen zur Erregeridentifizierung	Reinkultur	keine Abweichung	bei jedem Isolat
<b>Empfindlichkeitsprüfungen</b>			
Beta-Laktamase	Positiv- und Negativkontrolle mit Kontrollstämmen	<del>Keine</del> keine Abweichung	täglich
Verifizierung der Empfindlichkeitsprüfung	an 20 aufeinander folgenden Arbeitstagen mit geeigneten Kontrollstämmen, Bewertung der Ergebnisse der Erreger-Antibiotikum-Kombinationen	1 von 20 Ergebnissen pro Erreger-Antibiotikum-Kombination außerhalb des Toleranzbereiches	vor erstmaliger Verwendung und bei Nichterfüllung der Vorgaben der laufenden internen Qualitätskontrolle
laufende interne Qualitätskontrolle der Empfindlichkeitsprüfung	Einhaltung der Toleranzbereiche für die normativen Kontrollstämmen	bei mehr als zweimaliger Abweichung für eine Erreger-Antibiotikum-Kombination: Fehlersuche, -beseitigung und <del>gegebenenfalls</del> ggf. erneute Verifizierung des Testsystems	wöchentlich und bei Chargenwechsel; bei jeder Durchführung bei Systemen, die seltener als einmal wöchentlich eingesetzt werden
Reinheitskontrolle	Überprüfung der Inokulumreinheit	keine Abweichung	bei jedem Isolat
<b>Zellkultur-basierte Verfahren</b>			
Überprüfung der Permissivität mit positiven Kontrollstämmen	Nachweis von virustypischem zytopathogenem Effekt oder Virusantigen	keine Abweichung	monatlich und bei Chargenwechsel der Zellen oder bei Neupassage aus kryokonservierten Zellkulturen
Ausschluss von viralen Kontaminationen der Zellkultur durch Mitführen von negativen Kontrollen (nicht infizierte Zellkontrolle)	Freiheit von viralen Kontaminationen	keine Abweichung	monatlich und bei Chargenwechsel der Zellen oder bei Neupassage aus kryokonservierten Zellkulturen

Untersuchung	Anforderung	zulässige Abweichung	Häufigkeit
Virusanzucht: Ausschluss der Mykoplasmenkontamination der Zellkultur	Mykoplasmenfreiheit	keine Abweichung	vierteljährlich und bei Chargenwechsel der Zellkultur
<b>Molekularbiologische Verfahren</b>			
Nukleinsäureisolierung	Extraktionskontrolle über Nukleinsäurebestimmung einer im Untersuchungsgut vorkommenden oder zugesetzten Zielsequenz <sup>6</sup> (die Extraktionskontrolle kann mit der Inhibitionskontrolle identisch sein)	keine Abweichung	bei jeder Probenextraktion
Reaktionskomponenten	Konformitätstestung der Reagenzien (Primer, Polymerase, Nukleotide und Sonden) durch Nukleinsäure-/Signalamplifikation der Zielsequenz mit alter und neuer Reagenziencharge	keine Abweichung	bei neuer Reagenziencharge oder neu gelöstem Reagenz
Erreger-spezifischer Nukleinsäurenachweis	Positiv- und Negativkontrolle gemäß 2.1.2.3	keine Abweichung	bei jeder Durchführung

<sup>6</sup> Liegen für geschlossene, mechanisierte Systeme Validierungsdaten für die effiziente Nukleinsäureextraktion aus dem entsprechenden Zielorganismus vor, so kann auf eine Extraktions-**gegebenenfalls** ggf. Inhibitionskontrolle verzichtet werden.

Untersuchung	Anforderung	zulässige Abweichung	Häufigkeit
<a href="#">geschlossene Testsysteme (z. B. Kartuschen-Systeme) zum Nachweis Erreger-spezifischer Nukleinsäure</a>	<a href="#">Positiv- und Negativkontrolle gemäß 2.1.2.3</a>	<a href="#">keine Abweichung</a>	<a href="#">a) bei Chargenwechsel,</a> <a href="#">b) bei jeder Reagenzlieferung, (wenn vom Hersteller an den Transport besondere Anforderungen gestellt werden, z. B. durchgehende Kühlung),</a> <a href="#">c) bei Gerätenutzung durch eine andere Organisationseinheit,</a> <a href="#">d) wie vom Laboratorium auf Basis einer risikobasierten Qualitätssicherung festgelegt</a>
Sequenz-basierte Verfahren (NAT, FISH und andere Hybridisierungsverfahren)	Datenbank-Abgleich der bei diesen Nachweisverfahren benutzten Primer- und SONDENSEQUENZEN hinsichtlich der deklarierten Spezies-spezifität	keine Abweichung, die das Testergebnis beeinflusst	mindestens jährlich, beziehungsweise gemäß Bereitstellung durch den Hersteller
<b>Immunologische Verfahren</b>			
diagnostische Antikörper	Positiv- und <a href="#">gegebenenfalls ggf.</a> Negativkontrolle	keine Abweichung	bei Chargenwechsel
Antigennachweise (EIA, ELFA, CLIA und andere immunchemische Nachweise)	Positiv- und Negativkontrolle	keine Abweichung	täglich
Antigennachweise mittels Schnelltests (z. B. immunchromatographische Tests) mit integrierten Funktionskontrollen (z. B. Stuhlpathogene)	Positiv- und <a href="#">gegebenenfalls ggf.</a> Negativkontrolle	keine Abweichung	einmal pro Testpackung
direkter Immunfluoreszenztest (z. B. respiratorische Viren, Legionellen, Pneumocystis jirovecii, Giardia lamblia)	Positiv- und Negativkontrolle	keine Abweichung	täglich
Partikel-/Erythrozyten-Suspensionen für Antigennachweise (Agglutinationsassays)	Funktionskontrolle durch Mitführen bekannt positiver und negativer Kontrollproben	keine Abweichung	täglich

täglich = jeder Kaldendertag, an welchem Patientenproben untersucht werden  
 wöchentlich = jede Kalenderwoche, in welcher Patientenproben untersucht werden, usw.

**Tabelle B 3-1 a Interne Qualitätssicherung bei der Bestimmung der Nukleinsäurekonzentration in Blut/Plasma/Serum**

1 Lfd. Nr.	2 <u>Analyt</u> <u>Messgröße</u>	3 Zulässige absolute Abweichung des logarithmierten (Basis 10) Einzelwertes vom logarithmierten Sollwert <sup>7</sup>	4 Gültigkeitsbereich der Spalte 3			5 Häufigkeit der Kontrolluntersuchung
			von	bis	Einheit	
1	CMV DNA	-0,5 bis +0,5	5 000	5 000 000	IU/ <del>m</del> Lml	bei jeder <u>Verwendung</u> <u>erwendung</u> <sup>8</sup>
2	HBV DNA	-0,5 bis +0,5	500	5 000 000	IU/ <del>m</del> Lml	bei jeder <u>Verwendung</u> <u>erwendung</u> <sup>8</sup>
3	HCV RNA	-0,5 bis +0,5	500	5 000 000	IU/ <del>m</del> Lml	bei jeder <u>Verwendung</u> <u>erwendung</u> <sup>8</sup>
4	HIV-1 RNA	-0,5 bis +0,5	500	5 000 000	Kopien/ <del>m</del> L ml	bei jeder <u>Verwendung</u> <u>erwendung</u> <sup>8</sup>

**Tabelle B 3-2 Externe Qualitätssicherung (Ringversuche)**

Lfd. Nr.	Untersuchung	Häufigkeit	Zielwertart im Ringversuch <sup>8,9</sup>
	<b>Bakterien</b>		
1.	Gramfärbung	Halbjahr	SW
2.	Anzüchtung, Identifizierung und Empfindlichkeitsprüfung von Bakterien	Halbjahr	SWLW
3.	Anzüchtung, Identifizierung und Empfindlichkeitsprüfung schnellwachsender Bakterien und <u>gegebenenfalls ggf.</u> Nachweis der Begleitflora des Uro-Genitalsystems	Halbjahr	SWLW
4.	<i>Bordetella pertussis</i> , Genom-Nachweis	Halbjahr	SW
5.	<i>Borrelia burgdorferi</i> sensu lato, Genom-Nachweis	Halbjahr	SW
6.	<i>Chlamydia pneumoniae</i> , Genom-Nachweis	Halbjahr	SW
7.	<i>Chlamydia trachomatis</i> , Antigen-Nachweis	Halbjahr	SW
8.	<i>Chlamydia trachomatis</i> , Genom-Nachweis	Halbjahr	SW
<u>9.</u>	<u><i>Clostridium [Clostridioides] difficile</i> Toxingene, Genom-Nachweis</u>	<u>Halbjahr</u>	<u>SW</u>

<sup>7</sup> Alternativ kann eine Kontrolle mit einem ausgewiesenen Zielbereich mit maximaler Spannbreite von einer log10-Stufe eingesetzt werden.

<sup>8</sup> Außer bei geschlossenen Testsystemen – siehe B 3 – 2.1.2.3 (5).

Lfd. Nr.	Untersuchung	Häufigkeit	Zielwertart im Ringversuch <sup>89</sup>
<del>9.10.</del>	EHEC/STEC (Shigatoxin), Genom-Nachweis	Halbjahr	SW
<del>10.11.</del>	<i>Helicobacter pylori</i> , Genom-Nachweis	Halbjahr	SW
<del>11.12.</del>	<i>Legionella pneumophila</i> , Genom-Nachweis	Halbjahr	SW
<del>12.13.</del>	<i>Listeria monocytogenes</i> , Genom-Nachweis	Halbjahr	SW
<del>13.14.</del>	Methicillin-resistenter <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA), Genom-Nachweis	Halbjahr	SW
<del>14.15.</del>	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> , Genom-Nachweis	Halbjahr	SW
<del>15.16.</del>	<i>Neisseria gonorrhoeae</i> , Genom-Nachweis	Halbjahr	SW
<del>16.17.</del>	<i>Salmonella enterica</i> , Genom-Nachweis	Halbjahr	SW
<del>17.18.</del>	<i>Coxiella burnetii</i> , Genom-Nachweis	Halbjahr	SW
<del>18.19.</del>	<i>Francisella tularensis</i> , Genom-Nachweis	Halbjahr	SW
	<b>Mykobakterien</b>		
<del>19.20.</del>	Mikroskopischer Nachweis von Mykobakterien	Halbjahr	SW
<del>20.21.</del>	Anzüchtung von Mykobakterien	Halbjahr	SW
<del>21.22.</del>	Differenzierung von Tuberkulosebakterien	Halbjahr	SW
<del>22.23.</del>	Empfindlichkeitsprüfung von Tuberkulosebakterien	Halbjahr	SW
<del>23.24.</del>	Identifizierung von Mykobakterien	Halbjahr	SW
<del>24.25.</del>	Tuberkulosebakterien, Genom-Nachweis	Halbjahr	SW
	<b>Parasiten</b>		
<del>25.26.</del>	Parasiten im Blut, mikroskopischer Nachweis	Halbjahr	SWLW
<del>26.27.</del>	Parasiten im Stuhl, mikroskopischer Nachweis	Halbjahr	SWLW
<del>27.28.</del>	<i>Toxoplasma gondii</i> , Genom-Nachweis	Halbjahr	SWLW
	<b>Pilze</b>		
<del>28.29.</del>	Anzüchtung und Identifikation von Sprosspilzen und Hyphomyzeten (Erreger von Schleimhaut-, Organ-, System- oder Verletzungsmykosen)	Halbjahr	SWLW
<del>29.30.</del>	Identifikation von Dermatophyten, Hefen und Schimmelpilzen (Erreger von Dermatomykosen und Pilzinfektionen der Schleimhäute)	Halbjahr	SWLW
<del>30.31.</del>	<i>Candida</i> , Antigen-Nachweis	Halbjahr	SW
<del>31.32.</del>	<i>Cryptococcus neoformans</i> , Antigen-Nachweis	Halbjahr	SW
	<b>Viren</b>		
<del>32.33.</del>	Adenoviren, Genom-Nachweis	Halbjahr	SW
<del>33.34.</del>	Cytomegalovirus, Genom-Nachweis	Halbjahr	SW

Lfd. Nr.	Untersuchung	Häufigkeit	Zielwertart im Ringversuch <sup>89</sup>
<del>34.</del> <a href="#">35.</a>	Enteroviren, Genom-Nachweis	Halbjahr	SW
<del>35.</del> <a href="#">36.</a>	Epstein-Barr-Virus, Genom-Nachweis	Halbjahr	SW
<del>36.</del> <a href="#">37.</a>	Hepatitis-A-Virus, Genom-Nachweis	Halbjahr	SW
<del>37.</del> <a href="#">38.</a>	Hepatitis-B-Virus, Genom-Nachweis	Halbjahr	SW
<del>38.</del> <a href="#">39.</a>	Hepatitis-B-Virus, HBs-Antigen-Nachweis	Halbjahr	SW
<del>39.</del> <a href="#">40.</a>	Hepatitis-B-Virus, HBe-Antigen-Nachweis	Halbjahr	SW
<del>40.</del> <a href="#">41.</a>	Hepatitis-C-Virus, Genom-Nachweis	Halbjahr	SW
<del>41.</del> <a href="#">42.</a>	Hepatitis-C-Virus Genotypisierung, Genom-Nachweis	Kalenderjahr	SW
<del>42.</del> <a href="#">43.</a>	Hepatitis-C-Virus, HCV-Antigen-Nachweis	Halbjahr	SW
<a href="#">44.</a>	<a href="#">Hepatitis-E-Virus, Genom-Nachweis</a>	<a href="#">Halbjahr</a>	<a href="#">SW</a>
<del>43.</del> <a href="#">45.</a>	Herpes-Simplex-Virus Typ 1 / Typ 2, Genom-Nachweis	Halbjahr	SW
<del>44.</del> <a href="#">46.</a>	HIV-1 (RNA), Genom-Nachweis	Halbjahr	SW
<del>45.</del> <a href="#">47.</a>	HIV-1, p24-Antigen-Nachweis	Halbjahr	SW
<del>46.</del> <a href="#">48.</a>	Humane Papillomviren, Genom-Nachweis	Halbjahr	SW
<del>47.</del> <a href="#">49.</a>	Influenza A- und B-Viren, Genom-Nachweis	Halbjahr	SW
<del>48.</del> <a href="#">50.</a>	Influenza A- und B-Viren, Antigen-Nachweis	Halbjahr	SW
<a href="#">51.</a>	<a href="#">Masern-Virus, Genom-Nachweis</a>	<a href="#">Halbjahr</a>	<a href="#">SW</a>
<a href="#">52.</a>	<a href="#">Mumps-Virus, Genom-Nachweis</a>	<a href="#">Halbjahr</a>	<a href="#">SW</a>
<a href="#">53.</a>	<a href="#">Norovirus, Genom-Nachweis</a>	<a href="#">Halbjahr</a>	<a href="#">SW</a>
<del>49.</del> <a href="#">54.</a>	Parvovirus B19, Genom-Nachweis	Halbjahr	SW
<del>50.</del> <a href="#">55.</a>	Respiratory Syncytial Virus, Genom-Nachweis	Halbjahr	SW
<del>51.</del> <a href="#">56.</a>	Respiratory Syncytial Virus, Antigen-Nachweis	Halbjahr	SW
<a href="#">57.</a>	<a href="#">Röteln-Virus, Genom-Nachweis</a>	<a href="#">Halbjahr</a>	<a href="#">SW</a>
<del>52.</del> <a href="#">58.</a>	Varizella-Zoster-Virus, Genom-Nachweis	Halbjahr	SW
<a href="#">59.</a>	<a href="#">West-Nil-Virus, Genom-Nachweis</a>	<a href="#">Halbjahr</a>	<a href="#">SW</a>

<sup>89</sup>SWLW = Sollwertlaboratorienwert: Die Zielwerte des Ringversuchs werden durch Sollwertlaboratorien als arithmetischer Mittelwert oder Median (sofern anwendbar) ermittelt. SW = Sollwert: Die Zielwerte werden aus den Ergebnissen des Ringversuches als arithmetischer Mittelwert oder Median (sofern anwendbar) ermittelt.



## Tabelle B 3-2 a Externe Qualitätssicherung bei der Bestimmung der Nukleinsäurekonzentration in Blut/Plasma/Serum

1 Lfd Nr.	2 <del>Analyt</del> Messg röße	3 Zulässige Abweichung der logarithmierten (Basis 10) Werte vom logarithmierten Sollwert beim Ringversuch	4 Gültigkeitsbereich der Spalte 3			5 Zielwertart beim Ringversuch	6 Häufigkeit des Ringversuches
			von	bis	Einheit		
1	CMV DNA	-0,8 bis +0,8	5 000	5 000 000	IU/ <del>mL</del> ml	SW	Halbjahr
2	HBV DNA	-0,6 bis +0,6	500	5 000 000	IU/ <del>mL</del> ml	SW	Halbjahr
3	HCV RNA	-0,6 bis +0,6	500	5 000 000	IU/ <del>mL</del> ml	SW	Halbjahr
4	HIV-1 RNA	-0,6 bis +0,6	500	5 000 000	Kopien/ <del>mL</del> ml	SW	Halbjahr

## B 4 Ejakulatuntersuchungen

### 1 Grundsätze der Qualitätssicherung

- (1) In Teil B 4 sind Mindestanforderungen an die Sicherung der Qualität der Ergebnisse von Ejakulatuntersuchungen festgelegt. Diese Mindestanforderungen umfassen die interne und die externe Qualitätssicherung.
- (2) Ejakulatuntersuchungen sind im Sinne dieses Richtlinienenteils Untersuchungen der Spermienkonzentration, -motilität und -morphologie.
- (3) Alle vom medizinischen Laboratorium durchgeführten Ejakulatuntersuchungen unterliegen der internen und externen Qualitätssicherung. Findet eine Untersuchung an mehreren Geräten oder Arbeitsplätzen statt, so ist die interne Qualitätssicherung an jedem dieser Geräte oder Arbeitsplätze durchzuführen.
- (4) Zusätzlich unterliegen alle in Absatz (2) aufgeführten Untersuchungen der externen Qualitätssicherung.

### 2 Durchführung der Qualitätssicherung

#### 2.1 Interne Qualitätssicherung

##### 2.1.1 Durchführung

- (1) Alle Untersuchungen der Spermatozoen hinsichtlich ihrer Konzentration, Motilität und Morphologie sind in Doppelbestimmung durchzuführen und zu dokumentieren. Hierfür sind mindestens 2 x 200 Spermien zu zählen. Die Verdünnung oder Anreicherung des Ejakulats und/oder die Anzahl der zur Auszählung herangezogenen Zählfelder sind entsprechend einer orientierenden Voruntersuchung zu wählen. Liegt hierbei die Spermienkonzentration unter 1-2 Spermien pro Gesichtsfeld (Objektivvergrößerung 40-fach), sollte ~~die Probe angereichert werden~~. das Ejakulat zentrifugiert und das Sediment analysiert werden. Finden sich danach weniger als 200 Spermien pro Zählnetz der Zählkammer, entfällt die Vorgabe von mindestens 2 x 200 zu zählenden Spermatozoen.
- (2) Der Absolutbetrag der Differenz  $|x_{i1}-x_{i2}|$  und das arithmetische Mittel  $\bar{x}_i = (x_{i1} + x_{i2}) / 2$  sind für jede einzelne der Doppelbestimmungen zu errechnen.

##### 2.1.2 Bewertung der Differenzen der Doppelbestimmungen

Die Bewertung hat unverzüglich nach Vorliegen der Ergebnisse der jeweiligen Doppelbestimmung nach Abs. (1) ~~an Hand~~anhand folgender Prüfredeln (Formeln) zu erfolgen:

Für die Untersuchung der Spermatozoen-Konzentration:

$$|x_{i1}-x_{i2}| \leq 1,96 \cdot \sqrt{2 \cdot \bar{x}_i}$$

wobei

in diesem Falle  $x_{i1}=N_{i1}$  und  $x_{i2}=N_{i2}$  die Zählergebnisse in den Zählkammerhälften und  $\bar{x}_i = \bar{N}_i$  der dazugehörige Mittelwert aus der Doppelbestimmung sind.

Erläuterung: Die o. g. Prüfredge geht von einer Poisson-Verteilung für die Zählergebnisse und einem Vertrauensniveau von 95 % aus.

Überschreitet der Absolutbetrag der Differenz dieser Doppelbestimmung den rechten Term der Ungleichung (Formel), darf das Ergebnis dieser Untersuchung nicht frei gegeben werden. Die Untersuchung dieser Patientenprobe muss, soweit möglich, wiederholt und das Ergebnis bewertet werden.

Treten die Abweichungen wiederholt auf, ist die Ursache zu klären und, soweit möglich, zu beseitigen. Der gesamte Vorgang ist zu dokumentieren.

#### Für die Untersuchung der Morphologie und Motilität der Spermatozoen:

Hinsichtlich der Morphologie sind die normalen oder abnormalen Spermatozoen, hinsichtlich der Motilität die progressiv beweglichen, lokal beweglichen oder immotilen Spermatozoen zu quantifizieren.

$$|x_{i1} - x_{i2}| \leq 1,96 \cdot \sqrt{2\bar{x}_i(100 - \bar{x}_i)/N}$$

wobei

in diesem Falle  $x_{i1}=p_{i1}$  und  $x_{i2}=p_{i2}$  die prozentualen Anteile der entsprechenden

Spermatozoen und  $\bar{x}_i = \bar{p}_i$  den dazugehörigen Mittelwert aus der Doppelbestimmung bezeichnen,

$N$  = Anzahl der differenzierten Spermatozoen

Erläuterung: Die o. g. Prüfredge geht von einer Binomial-Verteilung für die relativen Zählergebnisse und einem Vertrauensniveau von 95 % aus.

Überschreitet der Absolutbetrag der Differenz der jeweiligen Doppelbestimmung den rechten Term der Ungleichung (Formel), darf das Ergebnis dieser Untersuchung nicht frei gegeben werden. Die Untersuchung dieser Patientenprobe muss wiederholt und das Ergebnis bewertet werden.

Treten die Abweichungen wiederholt auf, ist die Ursache zu klären und, soweit möglich, zu beseitigen. Der gesamte Vorgang ist zu dokumentieren.

### **2.1.3 Errechnen und Bewertung des Mittelwertes der Differenzen aus den Ergebnissen der Doppelbestimmungen nach Beendigung einer Kontrollperiode**

- (1) Eine Kontrollperiode umfasst in der Regel den Zeitraum eines Kalendermonats. Liegen nach einem Kalendermonat mehr als 50 frei gegebene Wertepaare vor, ist

aus diesen der Mittelwert  $\overline{(x_1 - x_2)}$  nach der Formel

$$\overline{(x_1 - x_2)} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_{i1} - x_{i2})$$

sowie die Standardabweichung

$$s(x_{i1} - x_{i2}) = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n ((x_{i1} - x_{i2}) - \overline{(x_1 - x_2)})^2}$$

zu errechnen, wobei  $n$  = Anzahl der frei gegebenen Wertepaare. Für die Werte  $x_{i1}$

und  $x_{i2}$  sind entweder die Konzentrationen oder die relativen Anteile der Merkmale für die Morphologie und Motilität der jeweiligen Doppelbestimmung einzusetzen. Liegen im angegebenen Zeitraum weniger als 50 frei gegebene Wertepaare vor, verlängert sich der Zeitraum, bis 50 Wertepaare erreicht sind.

- (2) Die Bewertung erfolgt anhand der Prüfregel (Formel):

$$|x_1 - x_2| \leq 1,96 \cdot \frac{s(x_{i1} - x_{i2})}{\sqrt{n}}$$

Überschreitet der Absolutbetrag dieses Mittelwertes den rechten Term der Ungleichung (Formel), ist das Untersuchungsverfahren für Messungen von Patientenproben zu sperren. Das Messverfahren darf zur Messung erst dann wieder freigegeben werden, wenn die Funktionsfähigkeit des Verfahrens durch geeignete Maßnahmen festgestellt wurde. Der gesamte Vorgang ist zu dokumentieren.

#### 2.1.4 Dokumentation

- (1) Alle Ergebnisse der internen Qualitätssicherung sind nach Untersuchungen unter Berücksichtigung des Untersuchungsverfahrens und des Arbeitsplatzes oder Gerätes geordnet zu dokumentieren. Auf Anforderung der mit der Prüfung der Einhaltung dieser Richtlinie beauftragten zuständigen Stelle ist die Dokumentation vorzulegen.

- (2) Die Dokumentation muss enthalten:

- a) Bezeichnung des medizinischen Laboratoriums,
- b) Bezeichnung des Messplatzes,
- c) Zeitraum der Auswertung,
- d) Untersuchung, Probenmaterial, Einheit,
- e) Untersuchungsmethode (verwendete Zählkammer; Färbemethode),
- f) Untersuchungsergebnisse einschließlich der Einzelwerte der Doppelbestimmungen,
- g) die Bewertung gemäß der entsprechenden Formeln,
- h) Freigabe- oder Sperrvermerk,
- i) ergriffene Korrekturmaßnahmen und
- j) Name/Namenszeichen oder Unterschrift der Untersucher.

- (3) Die Dokumentation über die durchgeführte interne Qualitätssicherung ist zusammen mit den Bewertungen sowie den Protokollen der Maßnahmen bei Nichterfüllung der Zielvorgaben fünf Jahre aufzubewahren, sofern aufgrund anderer Vorschriften keine davon abweichenden längeren Aufbewahrungsfristen vorgeschrieben sind.

#### 2.2 Externe Qualitätssicherung (Ringversuche)

- (1) Die Teilnahme an einem Ringversuch pro Halbjahr ist für die Untersuchungen von Konzentration, Morphologie und Motilität an jedem Standort Pflicht, sofern ~~das~~ ~~medizinische Laboratorium~~ diese laboratoriumsmedizinische Untersuchung dort ~~bereithält~~ bereitgehalten wird.

- 
- (2) Der Ringversuchsteilnehmer führt die Untersuchungen an Ringversuchsmaterialien unter Routinebedingungen durch und übermittelt die Ergebnisse, und die von der Referenzinstitution benötigten Informationen. Mit der Übermittlung der Ergebnisse bestätigt der Teilnehmer, dass die Untersuchungen gemäß dieser Richtlinie in seinen Räumen und unter seiner Verantwortung durchgeführt worden sind.
  - (3) Erhält ein Teilnehmer für eine Untersuchung kein Zertifikat, weil eines oder mehrere Ergebnisse nicht mit den vom jeweiligen Referenzinstitut vorgegebenen Zielvorgaben übereinstimmt, so ist er verpflichtet, die Ursachen zu klären und - soweit in seiner Verantwortung möglich - zu beseitigen. Der gesamte Vorgang ist zu dokumentieren.
  - (4) Die Bescheinigungen über die Teilnahme an Ringversuchen sowie die erworbenen Ringversuchszertifikate sind für die Dauer von fünf Jahren aufzubewahren, sofern aufgrund anderer Vorschriften keine davon abweichenden längeren Aufbewahrungsfristen vorgeschrieben sind.

## B 5 Molekulargenetische und zytogenetische laboratoriumsmedizinische Untersuchungen

### 1 Grundsätze der Qualitätssicherung

- (1) In Teil B 5 sind Mindestanforderungen an die Sicherung der Qualität der Ergebnisse molekulargenetischer und zytogenetischer laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen festgelegt. Diese Mindestanforderungen umfassen die interne und die externe Qualitätssicherung.
- (2) Molekulargenetische laboratoriumsmedizinische Untersuchungen sind im Sinne dieses Richtlinienenteils alle laboratoriumsmedizinischen Untersuchungen am menschlichen Genom und Transkriptom, welche den Nachweis bekannter Sequenzvarianten, die Identifizierung nicht bekannter Varianten oder die Ermittlung der Struktur oder Kopienzahl genomischer Abschnitte oder den Nachweis epigenetischer Modifikationen genomischer Abschnitte zum Ziele haben. Sie schließen methodisch die molekulare Karyotypisierung mittels Array-Analyse (z. B. array-CGH, SNP-arrays) mit ein.

Zytogenetische laboratoriumsmedizinische Untersuchungen sind im Sinne dieses Richtlinienenteils alle laboratoriumsmedizinischen Untersuchungen der zytogenetischen Postnataldiagnostik, zytogenetischen Pränataldiagnostik und der tumorzytogenetischen Diagnostik.

- a) Eine zytogenetische Postnataldiagnostik im Sinne dieser Richtlinie ist die zytogenetische Untersuchung einer Blutprobe, einer Gewebeprobe, eines Zellabstrichs oder einer Zellkultur aus einem Körpergewebe nach der Geburt.
- b) Eine zytogenetische Pränataldiagnostik im Sinne dieser Richtlinie ist die zytogenetische Untersuchung von Amnionzellen, von Chorionzotten oder von fetalen Lymphozyten.
- c) Eine tumorzytogenetische Diagnostik im Sinne dieser Richtlinie ist die Analyse von neoplastischen Zellen. Dies schließt die Analyse von Zellen aus Knochenmark, Blut, Lymphknoten und anderen Geweben ein.

Die zytogenetischen laboratoriumsmedizinischen Untersuchungen in der zytogenetischen Postnataldiagnostik, der zytogenetischen Pränataldiagnostik und der tumorzytogenetischen Diagnostik schliessen die Anwendung der konventionellen molekularen Zytogenetik (ISH, zumeist als Fluoreszenz-*in situ*-Hybridisierung [FISH]) mit ein.

- (3) Alle vom medizinischen Laboratorium durchgeführten molekulargenetischen und zytogenetischen laboratoriumsmedizinischen Untersuchungen (Messgrößen und Nominalmerkmale) unterliegen der internen Qualitätssicherung. Findet eine Untersuchung an mehreren Geräten oder Arbeitsplätzen statt, so ist die interne Qualitätssicherung an jedem dieser Geräte oder Arbeitsplätze durchzuführen.
- (4) Zusätzlich unterliegen alle in der Tabelle B 5-1 in Spalte 7 dieses Teils gekennzeichneten Untersuchungen und die in Tabelle B 5-2 b aufgeführten Prüfgrößen der externen Qualitätssicherung. Für molekulargenetische Untersuchungen, die nicht in Tabelle B 5-1 Spalte 7 gelistet sind, ist die externe Qualitätssicherung durch die Teilnahme an einem Ringversuch, welcher die angewandte Methodik überprüft, zu belegen, sofern ein solcher

---

Ringversuch angeboten wird. Satz 2 gilt als erfüllt, wenn die angewandte Methodik durch einen in Tabelle B 5-1 aufgeführten Ringversuch erfasst und an diesem teilgenommen wird.

- (5) Die Untersuchungen und Prüfgrößen sind in den Tabellen B 5-1, B 5-2 a und B 5-2 b getrennt nach molekulargenetischen und zytogenetischen Untersuchungen aufgeführt. Kriterien für die Aufnahme in die Tabellen sind insbesondere die Häufigkeit der Untersuchung und deren medizinische Bedeutung nach dem Stand der Wissenschaft. Die Tabellen werden fortgeschrieben.

## 2 Durchführung der Qualitätssicherung

### 2.1 Interne Qualitätssicherung

#### 2.1.1 Durchführung

##### 1. Allgemeines

- (1) Hinsichtlich Art und Häufigkeit der Durchführung der internen Qualitätssicherung sind die Vorgaben des Herstellers zu beachten.  
Unabhängig davon ist die interne Qualitätssicherung hinsichtlich ihrer Häufigkeit
- entsprechend den Tabellen B 5-1 und B 5-2 a, für diejenigen Untersuchungen oder Prüfgrößen, welche dort einzeln aufgeführt sind,
  - ausreichend und regelmäßig entsprechend der medizinischen Notwendigkeit und der Untersuchungsfrequenz von Patientenproben, sofern die Untersuchungen nicht in den Tabellen B 5-1 und B 5-2 a aufgeführt sind, durchzuführen.

Abs. (1) Satz 1 gilt als erfüllt, wenn in dem angewandten Analysesystem entsprechende Kontrollen integriert sind, welche die Richtigkeit des Ergebnisses sicherstellen.

- (2) Außerdem ist die interne Qualitätssicherung nach Eingriffen ins Untersuchungsverfahren durchzuführen.  
Eingriffe ins Untersuchungsverfahren sind:
- Neustart nach vollständiger Abschaltung des Gerätes
  - Kalibration durch den Anwender
  - Durchführung von Reparatur oder Wartung untersuchungsergebnisrelevanter Geräte und
  - Reagenzchargenwechsel<sup>9,10</sup>

##### **2. Molekulargenetische laboratoriumsmedizinische Untersuchungen**

- (1) Die Kontrollproben müssen dem zu untersuchenden Patientenprobenmaterial so ähnlich wie möglich sein. Im selben Untersuchungsverfahren dürfen Kontroll- und Kalibriermaterial nicht identisch sein.
- (2) Es sind Kontrollproben mit bekanntem Ergebnis zu verwenden. Beim Nachweis von bekannten Sequenzvarianten oder von Varianten der Struktur oder Kopienzahl

---

<sup>9,10</sup>Hierunter sind auch Änderungen der Reagenzienzusammensetzung wie z. B. das Herstellen von Verdünnungen oder bei Eigenherstellung das erneute Ansetzen der Reagenzien zu verstehen.

genomischer Abschnitte sollen die Kontrollproben, soweit verfügbar, die bekannten Allele oder Allelbereiche repräsentieren.

- (3) Bei Untersuchungen mit Nukleinsäureamplikationsverfahren sind Kontrollen zu verwenden, mit denen Kontaminationen erkannt werden können.
- (4) Bei Arrayanalysen muss **an-Handanhand** bekannter Kontrollgrößen sichergestellt werden, dass mindestens die Vorgaben des Herstellers für die Auswertung erreicht worden sind.

### 3. Zytogenetische laboratoriumsmedizinische Untersuchungen

Alle Präparate aus Patientenproben müssen, soweit zutreffend, hinsichtlich der Bandenauflösung, der Anzahl der Überlagerungen, der Helligkeitsstufen und der Hybridisierungseffizienz geprüft werden. Die Ergebnisse sind zu dokumentieren.

#### 2.1.2 Bewertung der Ergebnisse

##### 2.1.2.1 bei molekulargenetischen laboratoriumsmedizinischen Untersuchungen **an-Handanhand** der Kontrollprobenuntersuchung

- (1) Die Bewertung der Kontrollprobenuntersuchung beziehungsweise der Kontrollgröße hat unverzüglich nach Vorliegen des Ergebnisses zu erfolgen. Die Bewertung erfolgt **an-Handanhand** der Zielvorgaben.
- (2) Werden die Vorgaben nicht erfüllt, ist das Untersuchungsverfahren zunächst für weitere Untersuchungen von Patientenprobenmaterial gesperrt. Es muss nach der Ursache der Nichterfüllung gesucht und diese, sofern möglich, beseitigt werden. Unter Beachtung der medizinischen Relevanz hat die verantwortliche Person zu entscheiden, ob das Untersuchungsverfahren wieder freigegeben werden kann und ob noch weitergehende Maßnahmen getroffen werden müssen, z. B. ob die gesamten der Kontrolle vorhergehenden Untersuchungen zu wiederholen sind oder ob die Einsender hinsichtlich bereits übermittelter Ergebnisse informiert werden müssen. Der gesamte Vorgang ist zu dokumentieren.

##### 2.1.2.2 bei zytogenetischen laboratoriumsmedizinischen Untersuchungen **an-Handanhand** der Prüfgröße

Die Qualität jeder Patientenprobe ist, soweit zutreffend, **an-Handanhand** der in Tabelle B 5-2 a aufgeführten Prüfgrößen zu prüfen. Überschreitet eine der Prüfgrößen die in Tabelle B 5-2 a Spalte 4 vorgegebenen Grenzen, entscheidet die verantwortliche Person, ob die Untersuchung der Patientenprobe zu wiederholen ist. Wird auch bei der Wiederholung der Untersuchung die Grenze verletzt, muss nach der Ursache gesucht und diese, sofern möglich, beseitigt werden. Unter Beachtung der medizinischen Relevanz hat die verantwortliche Person zu entscheiden, ob mit dieser Probe dennoch Untersuchungsergebnisse erhoben und mit entsprechender Kommentierung im Befund verwendet werden können.

##### 2.1.3 Bewertung der Ergebnisse bei zytogenetischen Untersuchungen **an-Handanhand** der Prüfgrößen nach Beendigung einer Kontrollperiode

Eine Kontrollperiode umfasst in der Regel den Zeitraum eines Kalendermonats.

Liegen nach einem- Kalendermonat mehr als 50 frei gegebene Ergebnisse von Patientenproben vor, hat das medizinische Laboratorium den relativen Anteil der Überschreitungen der in **Tab.Tabelle** B 5-2,a Spalte 4 vorgegebenen Grenzen zu errechnen und **an-Handanhand** der in Spalte 4 aufgeführten Grenzen zu prüfen.



Wenn weniger als 50 Ergebnisse von frei gegebenen Ergebnissen von Patientenproben vorliegen, verlängert sich der Zeitraum um jeweils einen Monat, bis mindestens 50 derartige Ergebnisse vorliegen. Der Gesamtzeitraum darf jedoch drei Monate nicht überschreiten. Werden die in [Tab.Tabelle B 5-2\\_a Spalte 4](#) vorgegebenen Grenzen überschritten, ist das Untersuchungsverfahren zunächst für die Untersuchung weiterer Patientenproben zu sperren. Das Untersuchungsverfahren darf erst dann wieder freigegeben werden, wenn die Funktionsfähigkeit des Verfahrens durch geeignete Maßnahmen festgestellt wurde. Wird voraussichtlich in drei Monaten die Anzahl von 50 frei gegebenen Ergebnissen von Patientenproben nicht erreicht, entfällt die Errechnung des relativen Anteils der Überschreitungen gemäß Satz 1. Wird in diesem Fall geringerer Untersuchungszahlen in drei Monaten fünfmal die in [Tab.Tabelle B 5-2\\_a Spalte 3](#) vorgegebene Grenze überschritten, ist ebenfalls nach den Sätzen 4 und 5 vorzugehen. Der gesamte Vorgang ist zu dokumentieren.

#### 2.1.4 Dokumentation

- (1) Alle Ergebnisse der internen Qualitätssicherung sind nach Untersuchungen und Art des Probenmaterials unter Berücksichtigung des Untersuchungsverfahrens und des Arbeitsplatzes geordnet zu dokumentieren. Auf Anforderung der mit der Prüfung der Einhaltung dieser Richtlinie beauftragten zuständigen Stelle ist die Dokumentation vorzulegen.
- (2) Die Dokumentation muss enthalten:
  - a) Bezeichnung des medizinischen Laboratoriums,
  - b) Bezeichnung des Arbeitsplatzes oder Analysegerätes,
  - c) Datum und, sofern entscheidend, Uhrzeit der Untersuchung,
  - d) Untersuchung, Probenmaterial, ~~gegebenenfalls~~ ggf. Einheit,
  - e) Untersuchungsmethode,
  - f) Ergebnis der Kontrolle oder Prüfgröße,
  - g) Vorgaben für die Kontrolle oder Prüfgröße,
  - h) die Bewertung,
  - i) Freigabe- oder Sperrvermerk,
  - j) Ergriffene Korrekturmaßnahmen,
  - k) Hersteller, Bezeichnung und Chargennummer der Kontrollprobe, soweit zutreffend und
  - l) Name/Namenszeichen oder Unterschrift des Untersuchers.
- (3) Die Dokumentation über die durchgeführte interne Qualitätssicherung ist zusammen mit den Bewertungen sowie den Protokollen der Maßnahmen bei Nichterfüllung der Vorgaben fünf Jahre aufzubewahren, sofern aufgrund anderer Vorschriften keine davon abweichenden längeren Aufbewahrungsfristen vorgeschrieben sind.

#### 2.2 Externe Qualitätssicherung (Ringversuche)

- (1) Die Teilnahme an einem Ringversuch ist für jede ~~der~~ in den Tabellen B 5-1 Spalte 7 und B 5-2\_b genannte Untersuchung ~~oder Prüfgröße~~ entsprechend der dort aufgeführten Häufigkeit an jedem Standort Pflicht, sofern ~~das medizinische Laboratorium~~ diese laboratoriumsmedizinische Untersuchung dort ~~bereithält~~ bereitgehalten wird.

- 
- (2) Der Ringversuchsteilnehmer führt die Untersuchungen der Ringversuchsproben unter Routinebedingungen durch und übermittelt die Ergebnisse und die von der Referenzinstitution benötigten Informationen. Mit der Übermittlung der Ergebnisse bestätigt der Teilnehmer, dass die Untersuchungen gemäß dieser Richtlinie in seinen Räumen und unter seiner Verantwortung durchgeführt worden sind.
  - (3) Erhält ein Teilnehmer für eine Untersuchung kein Zertifikat, weil eines oder mehrere seiner Ergebnisse nicht mit den vom jeweiligen Referenzinstitut vorgegebenen Zielvorgaben übereinstimmen, so ist er verpflichtet, die Ursachen zu klären und - soweit in seiner Verantwortung möglich - zu beseitigen. Der gesamte Vorgang ist zu dokumentieren.
  - (4) Die Bescheinigungen über die Teilnahme an Ringversuchen sowie die erworbenen Ringversuchszertifikate sind für die Dauer von fünf Jahren aufzubewahren, sofern aufgrund anderer Vorschriften keine davon abweichenden längeren Aufbewahrungsfristen vorgeschrieben sind.

**Tabelle B 5-1**  
**Interne und externe Qualitätssicherung molekulargenetischer Untersuchungen**

Lfd Nr.		Gen Trivial-name(n)	Gen HGNC-Name	Molekulargenetische Kategorie(n) der genetischen Veränderungen*	Häufigkeit der internen Qualitätssicherung bzw. der Bewertung der Kontrollgröße	Häufigkeit der Teilnahme an Ringversuchen/ einmal pro
1	Alpha1-Antitrypsin	<i>AAT, PI1</i>	<i>SERPINA1</i>	MUT/SNP	wöchentlich	Halbjahr
2	Apolipoprotein B 100	<i>APOB</i>	<i>APOB</i>	MUT/SNP	wöchentlich	Halbjahr
3	Apolipoprotein E	<i>APOE</i>	<i>APOE</i>	MUT/SNP	wöchentlich	Halbjahr
4	Cytochrom p450 2C9 (CYP2C9)	<i>CYP2C9</i>	<i>CYP2C9</i>	MUT/SNP	wöchentlich	Halbjahr
5	Cytochrom p450 2C19 (CYP2C19)	<i>CYP2C19</i>	<i>CYP2C19</i>	MUT/SNP	wöchentlich	Halbjahr
6	Cytochrom p450 2D6 (CYP2D6)	<i>CYP2D6</i>	<i>CYP2D6</i>	MUT/SNP, IN/DEL, CNV	wöchentlich	Halbjahr
7	Faktor V (Leiden)	<i>FV-Leiden</i>	<i>F5</i>	MUT/SNP	wöchentlich	Halbjahr
8	Hereditäre Hämochromatose	<i>HLA-H</i>	<i>HFE</i>	MUT/SNP	wöchentlich	Halbjahr
9	HLA-B27	<i>HLA-B</i>	<i>HLA-B</i>	MUT/SNP	wöchentlich	Halbjahr
10	Lactase-Phlorizin-Hydrolase	<i>LPH</i>	<i>LCT</i>	MUT/SNP	wöchentlich	Halbjahr
11	Methylen-Tetra-Hydrofolat-Reduktase	<i>MTHFR</i>	<i>MTHFR</i>	MUT/SNP	wöchentlich	Halbjahr
12	Plasminaktivator Inhibitor I	<i>PAI1</i>	<i>SERPINE1</i>	IN/DEL	wöchentlich	Halbjahr
13	Prothrombin	<i>FII</i>	<i>F2</i>	MUT/SNP	wöchentlich	Halbjahr
14	Thiopurin-S-Methyltransferase	<i>TPMT</i>	<i>TPMT</i>	MUT/SNP	wöchentlich	Halbjahr
15	Uridyl-Glucuronyltransferase-1A	<i>UGT1</i>	<i>UGT1A1</i>	IN/DEL	wöchentlich	Halbjahr
16	Vitamin K-Epoxid Reduktase	<i>VKORC1</i>	<i>VKORC1</i>	MUT/SNP	wöchentlich	Halbjahr
17	Zystische Fibrose, Mukoviszidose	<i>CFTR</i>	<i>CFTR</i>	MUT/SNP, IN/DEL, CNV	wöchentlich	Kalenderjahr
18	Familiäres Brust-/Ovarial-Karzinom (BRCA)	<i>BRCA1, BRCA2</i>	<i>BRCA1, BRCA2</i>	MUT/SNP, IN/DEL, CNV	wöchentlich	Kalenderjahr
19	21-Hydroxylase-Defizienz (Adrenogenitales Syndrom)	<i>P450-C21</i>	<i>CYP21A2</i>	MUT/SNP, IN/DEL, CNV	wöchentlich	Kalenderjahr

Lfd Nr.		Gen Trivial-name(n)	Gen HGNC-Name	Molekulargenetische Kategorie(n) der genetischen Veränderungen*	Häufigkeit der internen Qualitätssicherung bzw. der Bewertung der Kontrollgröße	Häufigkeit der Teilnahme an Ringversuchen/ einmal pro
20	Duchenne und Becker Muskeldystrophie	<i>Dystrophin</i>	<i>DMD</i>	CNV, MUT/SNP, IN/DEL,	wöchentlich	Kalenderjahr
21	Fragiles-X Syndrom	<i>FRAXA</i>	<i>FMR1</i>	EXP	wöchentlich	Kalenderjahr
22	Erbliche Hörstörungen	<i>Connexin 26</i>	<i>GJB2</i>	MUT/SNP, IN/DEL,	wöchentlich	Kalenderjahr
23	Hereditäres Kolonkarzinom ohne Polyposis	<i>HNPCC</i>	<i>MSH2, MLH1</i>	MUT/SNP, IN/DEL, CNV	wöchentlich	Kalenderjahr
24	Huntington'sche Krankheit	<i>Huntingtin</i>	<i>HTT</i>	EXP	wöchentlich	Kalenderjahr
25	Prader-Willi und Angelman Syndrome	<i>Chr. 15q11-q13</i>	<i>ANCR</i>	CNV, METH	wöchentlich	Kalenderjahr
26	Spinale Muskelatrophie	<i>SMA</i>	<i>SMN1</i>	CNV	wöchentlich	Kalenderjahr
27	Wilson-Krankheit	<i>ATPase</i>	<i>ATP7B</i>	MUT/SNP, IN/DEL	wöchentlich	Kalenderjahr
28	Y-Chromosom, Mikrodeletionen	<i>Azoospermiefaktor</i>	<i>AZF</i>	CNV	wöchentlich	Kalenderjahr

täglich = jeder Kaldendertag, an welchem Patientenproben untersucht werden

wöchentlich = jede Kalenderwoche, in welcher Patientenproben untersucht werden, usw.

\*) Aufgrund der genetischen Heterogenitäten sind - im Sinne des Platzhalterkonzepts - „molekulargenetische Kategorien“ als Klassifikatoren genetischer Veränderungen aufgeführt: Punktmutation und/oder Einzelbasenpolymorphismus (**MUT/SNP**), Insertion/Deletion (**IN/DEL**), Änderung der Kopienzahl des Gens- oder eines Gen-Teilabschnitts (**CNV**), Repeat-Expansion (**EXP**), Methylierungsstörung (**METH**)

## Tabelle B 5-2 a - Zytogenetische Untersuchungen - Interne Qualitätssicherung

	Prüfgröße	Kontinuierliche Qualitätssicherung Vorgaben	Retrospektive Qualitätssicherung Vorgaben
<b>Postnatale Analyse</b>			
Lymphozyten	Bandenauflösung	mindestens 400 bphs	höchstens 5 % der Proben mit Bandenauflösung < 400 bphs
	Anzahl der Überlagerungspunkte bei bphs < 400	höchstens 12 pro Metaphase	höchstens 5 % der Proben > 12
	Anzahl der Überlagerungspunkte bei bphs ≥ 400	höchstens 20 pro Metaphase	höchstens 5 % der Proben > 20
	Helligkeitsstufen	mindestens 3	höchstens 5 % der Proben < 3
<b>Pränatale Analyse</b>			
Amnionzellen	Bandenauflösung	mindestens 400 bphs	höchstens 5% der Proben < 400 bphs
Chorionzotten-Zellen	Bandenauflösung	mindestens 300 bphs	höchstens 5 % der Proben < 300 bphs
Amnion- und Chorionzotten-Zellen	Anzahl der Überlagerungspunkte bei bphs < 400	höchstens 12 pro Metaphase	höchstens 5 % der Proben > 12
	Anzahl der Überlagerungspunkte bei bphs ≥ 400	höchstens 20 pro Metaphase	höchstens 5 % der Proben > 20
	Helligkeitsstufen	mindestens 3	höchstens 5 % der Proben < 3
FISH (Interphase) konstitutionell und Tumorzytogenetik	Hybridisierungseffizienz	entfällt	höchstens 10% ohne Signale der Kontrollsonde

**Tabelle B 5-2 b Zytogenetische Untersuchungen - Externe Qualitätssicherung**

	Prüfgröße	Vorgabe	Teilnahme am Ringversuch einmal pro
<b>Postnatale Analyse</b>			
Lymphozyten	nominale Chromosomenzahl*	keine Abweichung	Kalenderjahr
	Bandenauflösung	keine der Proben < 400 bphs	Kalenderjahr
	Anzahl der Überlagerungspunkte bei bphs < 400	keine der Proben > 12	Kalenderjahr
	Anzahl der Überlagerungspunkte bei ≥ 400	keine der Proben > 20	Kalenderjahr
	Helligkeitsstufen	keine der Proben < 3	Kalenderjahr
<b>Pränatale Analyse</b>			
	nominale Chromosomenzahl*	keine Abweichung	Kalenderjahr
Amnionzellen	Bandenauflösung	keine der Proben < 400 bphs	Kalenderjahr
Chorionzotten-Zellen	Bandenauflösung	keine der Proben < 300 bphs	Kalenderjahr
Amnion- und Chorionzotten-Zellen	Anzahl der Überlagerungspunkte bei bphs < 400	keine der Proben > 12	Kalenderjahr
	Anzahl der Überlagerungspunkte bei bphs > 400	keine der Proben > 20	Kalenderjahr
	Helligkeitsstufen	keine der Proben < 3	Kalenderjahr
FISH (Interphase) konstitutionell und Tumorzzytogenetik	Hybridisierungseffizienz	keine der Proben > 10.% ohne Signal der Kontrollsonde	Kalenderjahr

\***nominale** Chromosomenzahl z. B. **45,X** (Turner Syndrom), **46,XX** (normal weiblich), **47,XXY** (Klinefeltersyndrom)

## C Beirat

- (1) Bei der Bundesärztekammer wird ein Beirat „Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen“ gebildet, der vorrangig folgende Aufgaben wahrnimmt:
  - a) Beratung der Bundesärztekammer in allen Fragen zu dieser Richtlinie,
  - b) Bearbeitung von Fragen in der Anwendung dieser Richtlinie und
  - c) Sammlung, Bewertung und Erarbeitung von Vorschlägen zur Fortschreibung dieser Richtlinie.
- (2) Die Mitglieder des Beirates werden durch die unter (4) genannten Institutionen vorgeschlagen und vom Vorstand der Bundesärztekammer für die Dauer von vier Jahren berufen. Nachberufungen in der laufenden Amtsperiode gelten bis zu deren Ende. Wiederberufungen sind zulässig. Der Beirat wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden. Die Mitglieder des Beirates können sich mit Zustimmung des Vorsitzenden vertreten lassen.
- (3) Der Beirat kann Sachverständige ~~zuziehen~~ hinzuziehen.
- (4) Dem Beirat gehören Vertreter folgender Institutionen an:
  - a) ~~Drei~~ Vertreter der fachlich zuständigen Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften,
  - b) die Vorsitzenden der Fachgruppen der Teile B,
  - c) ein Vertreter der Bundesärztekammer,
  - d) ein Vertreter der Kassenärztlichen Bundesvereinigung,
  - e) ein Vertreter der Deutschen Krankenhausgesellschaft,
  - f) ein Vertreter des Dachverbandes für Technologen/innen und Analytiker/-innen in der Medizin Deutschland e. V.,
  - g) ein Vertreter des zuständigen Industrieverbandes,
  - h) drei Vertreter der Länder,
  - i) ein Vertreter des Bundesministeriums für Gesundheit,
  - j) ein Vertreter des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte ~~und~~,
  - k) ein Vertreter der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
- (5) Dem Beirat gehören als ständige Gäste an:  
Jeweils ein Vertreter der durch die Bundesärztekammer benannten Referenzinstitutionen gemäß Abschnitt E.
- ~~(56)~~ Die Geschäfte für diesen Beirat werden von der Bundesärztekammer geführt. Die Bundesärztekammer trägt die Durchführungskosten für die Beiratssitzungen. Die Aufwendungen für die Teilnahme der Mitglieder tragen die entsendenden Institutionen. Es gelten grundsätzlich die Regelungen für die BÄK-Gremien.
- ~~(67)~~ Der Beirat gibt sich und den Fachgruppen gemäß Teil D dieser Richtlinie eine Geschäftsordnung.

## D Fachgruppen

- (1) Für jeden Teil B wird eine Fachgruppe eingesetzt.
- (2) Die Fachgruppen haben folgende Aufgaben:
- a) Beratung der Bundesärztekammer in allen Fragen zu den B- und E-Teilen innerhalb der jeweiligen Zuständigkeit.
  - b) Bearbeitung von Fragen in der Anwendung dieser Teile.
  - c) Sammlung, Bewertung und Erarbeitung von Vorschlägen zur Fortschreibung dieser Teile.
  - d) Festlegung der Bestehensmodalitäten für die Ringversuche.
- (3) Die Zusammensetzung der Fachgruppen ist der nachfolgenden Tabelle D zu entnehmen.
- (4) Die Mitglieder der Fachgruppe werden gemäß Tabelle D durch die dort genannten Institutionen vorgeschlagen und vom Vorstand der Bundesärztekammer für die Dauer von vier Jahren berufen. Nachberufungen in der laufenden Amtsperiode gelten bis zu deren Ende. Wiederberufungen sind zulässig. Die Fachgruppe wählt aus ihrer Mitte den Vorsitzenden. Die Mitglieder der Fachgruppe können sich mit Zustimmung des Vorsitzenden vertreten lassen. Die Fachgruppe kann Sachverständige hinzuziehen.
- (5) Die Geschäfte für die Fachgruppen werden von der Bundesärztekammer geführt. Die Bundesärztekammer trägt die Durchführungskosten für die Fachgruppensitzungen. Die Aufwendungen für die Teilnahme der Mitglieder tragen die entsendenden Institutionen. Es gelten grundsätzlich die Regelungen für BÄK-Gremien.

**Tabelle D: Zusammensetzung der Fachgruppen**

	<u>D 1 Fachgruppe</u> <u>„Quantitative laboratoriumsmedizinische Untersuchungen“</u>	<u>D 2 Fachgruppe</u> <u>„Qualitative laboratoriumsmedizinische Untersuchungen“</u>	<u>D 3 Fachgruppe</u> <u>„Direkter Nachweis und Charakterisierung von Infektionserregern“</u>	<u>D 4 Fachgruppe</u> <u>„Ejakulatuntersuchungen“</u>	<u>D 5 Fachgruppe</u> <u>„Molekulargenetische und zytogenetische laboratoriumsmedizinische Untersuchungen“</u>
<u>Fachlich zuständige Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften</u>	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>x</u>
<u>Bundesärztekammer</u>	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>x</u>
<u>Kassenärztliche Bundesvereinigung</u>	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>x</u>
<u>Deutsche Krankenhausgesellschaft</u>	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>x</u>
<u>Dachverband für Technologen/-innen und Analytiker/-innen in der Medizin Deutschland</u>	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>x</u>



	<u>D 1 Fachgruppe</u> <u>„Quantitative laboratoriumsmedizinische Untersuchungen“</u>	<u>D 2 Fachgruppe</u> <u>„Qualitative laboratoriumsmedizinische Untersuchungen“</u>	<u>D 3 Fachgruppe</u> <u>„Direkter Nachweis und Charakterisierung von Infektionserregern“</u>	<u>D 4 Fachgruppe</u> <u>„Ejakulatuntersuchungen“</u>	<u>D 5 Fachgruppe</u> <u>„Molekulargenetische und zytogenetische laboratoriumsmedizinische Untersuchungen“</u>
<u>Zuständiger Industrieverband</u>	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>x</u>
<u>Länder</u>	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>x</u>
<u>Physikalisch Technische Bundesanstalt</u>	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>x</u>
<u>Robert-Koch-Institut</u>	-	-	<u>x</u>	-	<u>x</u>

## ~~D — Fachgruppen~~

- ~~(1) — Für jeden Teil B wird eine Fachgruppe eingesetzt.~~
- ~~(2) — Die Zusammensetzung der Fachgruppen und ihre Aufgaben werden in den speziellen — Teilen D geregelt.~~
- ~~(3) — Die Geschäfte für die Fachgruppen werden von der Bundesärztekammer geführt. Die — Bundesärztekammer trägt die Durchführungskosten für die Fachgruppensitzungen. — Die Aufwendungen für die Teilnahme der Mitglieder tragen die entsendenden — Institutionen~~

## ~~D 1 — Fachgruppe „Quantitative laboratoriumsmedizinische — Untersuchungen“~~

- ~~(1) — Bei der Bundesärztekammer wird eine Fachgruppe „Quantitative laboratoriumsmedizinische Untersuchungen“ gebildet, die folgende Aufgaben wahrnimmt:
  - ~~a) — Beratung der Bundesärztekammer in allen Fragen zu Teil B 1 und E 1~~
  - ~~b) — Festlegung der Bestehensmodalitäten für die Ringversuche~~
  - ~~c) Bearbeitung von Fragen in der Anwendung des Teils B 1 und E 1~~
  - ~~d) — Sammlung, Bewertung und Erarbeitung von Vorschlägen zur Fortschreibung des Teils B 1 und E 1.~~~~
- ~~(2) — Die Mitglieder der Fachgruppe werden durch die unter Absatz 3 genannten Institutionen vorgeschlagen und vom Vorstand der Bundesärztekammer für die Dauer von vier Jahren berufen. Nachberufungen in der laufenden Amtsperiode gelten bis zu deren Ende. Wiederberufungen sind zulässig. Die Fachgruppe wählt aus ihrer Mitte den Vorsitzenden. Die Mitglieder der Fachgruppe können sich mit Zustimmung des Vorsitzenden vertreten lassen. Die Fachgruppe kann Sachverständige hinzuziehen.~~
- ~~(3) — Der Fachgruppe gehören an:
  - ~~a) — drei Vertreter der fachlich zuständigen Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften,~~
  - ~~b) — ein Vertreter der Bundesärztekammer,~~
  - ~~c) — ein Vertreter der Kassenärztlichen Bundesvereinigung,~~
  - ~~d) — ein Vertreter der Deutschen Krankenhausgesellschaft~~
  - ~~e) — ein Vertreter des Dachverbandes für Technologen/innen und Analytiker/-innen in der Medizin Deutschland,~~
  - ~~f) — ein Vertreter des zuständigen Industrieverbandes,~~
  - ~~g) — zwei Vertreter der Länder und~~
  - ~~h) — ein Vertreter der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.~~~~

## **D 2 — Fachgruppe „Qualitative laboratoriumsmedizinische Untersuchungen“**

- ~~(1) — Bei der Bundesärztekammer wird eine Fachgruppe „Qualitative laboratoriumsmedizinische Untersuchungen“ gebildet, die folgende Aufgaben wahrnimmt:~~
- ~~a) — Beratung der Bundesärztekammer in allen Fragen zu Teil B 2 und E 2~~
  - ~~b) — Festlegung der Bestehensmodalitäten für die Ringversuche~~
  - ~~c) — Bearbeitung von Fragen in der Anwendung des Teils B 2 und E 2~~
  - ~~d) — Sammlung, Bewertung und Erarbeitung von Vorschlägen zur Fortschreibung des Teils B 2 und E 2.~~
- ~~(2) — Die Mitglieder der Fachgruppe werden durch die unter Absatz 3 genannten Institutionen vorgeschlagen und vom Vorstand der Bundesärztekammer für die Dauer von vier Jahren berufen. Nachberufungen in der laufenden Amtsperiode gelten bis zu deren Ende. Wiederberufungen sind zulässig. Die Fachgruppe wählt aus ihrer Mitte den Vorsitzenden. Die Mitglieder der Fachgruppe können sich mit Zustimmung des Vorsitzenden vertreten lassen. Die Fachgruppe kann Sachverständige hinzuziehen.~~
- ~~(3) — Der Fachgruppe gehören an:~~
- ~~a) — Fünf Vertreter der fachlich zuständigen Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften,~~
  - ~~b) — ein Vertreter der Bundesärztekammer~~
  - ~~c) — ein Vertreter der Kassenärztlichen Bundesvereinigung~~
  - ~~d) — ein Vertreter der Deutschen Krankenhausgesellschaft~~
  - ~~e) — ein Vertreter des Dachverbandes für Technologen/-innen und Analytiker/-innen in der Medizin Deutschland~~
  - ~~f) — ein Vertreter des zuständigen Industrieverbandes~~
  - ~~g) — zwei Vertreter der Länder und~~
  - ~~h) — ein Vertreter der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.~~

### **~~D 3 – Fachgruppe "Direkter Nachweis und Charakterisierung von Infektionserregern"~~**

- ~~(1) – Bei der Bundesärztekammer wird eine Fachgruppe „Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen zum direkten Nachweis und zur Charakterisierung von Infektionserregern“ gebildet, die folgende Aufgaben wahrnimmt:~~
- ~~a) – Beratung der Bundesärztekammer in allen Fragen zu Teil B 3 und E 3,~~
  - ~~b) – Festlegung der Bestehensmodalitäten für die Ringversuche,~~
  - ~~c) – Bearbeitung von Fragen in der Anwendung des Teils B 3 und E 3,~~
  - ~~d) – Sammlung, Bewertung und Erarbeitung von Vorschlägen zur Fortschreibung des Teils B 3 und E 3.~~
- ~~(2) – Die Mitglieder der Fachgruppe werden durch die unter Absatz 3 genannten Institutionen vorgeschlagen und vom Vorstand der Bundesärztekammer für die Dauer von vier Jahren berufen. Nachberufungen in der laufenden Amtsperiode gelten bis zu deren Ende. Wiederberufungen sind zulässig. Die Fachgruppe wählt aus ihrer Mitte den Vorsitzenden. Die Mitglieder der Fachgruppe können sich mit Zustimmung des Vorsitzenden vertreten lassen. Die Fachgruppe kann Sachverständige hinzuziehen.~~
- ~~(3) – Der Fachgruppe gehören an:~~
- ~~a) – Fünf Vertreter der fachlich zuständigen Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften,~~
  - ~~b) – ein Vertreter der Bundesärztekammer,~~
  - ~~c) – ein Vertreter der Kassenärztlichen Bundesvereinigung,~~
  - ~~d) – ein Vertreter der Deutschen Krankenhausgesellschaft,~~
  - ~~e) – ein Vertreter des Dachverbandes für Technologen/-innen und Analytiker/-innen in der Medizin Deutschland~~
  - ~~f) – ein Vertreter des zuständigen Industrieverbandes,~~
  - ~~g) – ein Vertreter der Länder und~~
  - ~~h) – je ein Vertreter der PTB, des RKI, des PEI, des BfArM.~~

## **D 4 – Fachgruppe „Ejakulatuntersuchungen“**

~~(1) — Bei der Bundesärztekammer wird eine Fachgruppe „Ejakulatuntersuchungen“ gebildet, die folgende Aufgaben wahrnimmt:~~

- ~~a) — Beratung der Bundesärztekammer in allen Fragen zu Teil B 4 und E 4~~
- ~~b) — Festlegung der Bestehensmodalitäten für die Ringversuche~~
- ~~c) — Bearbeitung von Fragen in der Anwendung des Teils B 4 und E 4~~
- ~~d) — Sammlung, Bewertung und Erarbeitung von Vorschlägen zur Fortschreibung des Teils B 4 und E 4.~~

~~(2) — Die Mitglieder der Fachgruppe werden durch die unter Absatz 3 genannten Institutionen vorgeschlagen und vom Vorstand der Bundesärztekammer für die Dauer von vier Jahren berufen. Nachberufungen in der laufenden Amtsperiode gelten bis zu deren Ende. Wiederberufungen sind zulässig. Die Fachgruppe wählt aus ihrer Mitte den Vorsitzenden. Die Mitglieder der Fachgruppe können sich mit Zustimmung des Vorsitzenden vertreten lassen.~~

~~— Die Fachgruppe kann Sachverständige hinzuziehen.~~

~~(3) — Der Fachgruppe gehören an:~~

- ~~a) — Fünf Vertreter der fachlich zuständigen Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften~~
- ~~b) — ein Vertreter der Bundesärztekammer~~
- ~~c) — ein Vertreter der Kassenärztlichen Bundesvereinigung~~
- ~~d) — ein Vertreter der Deutschen Krankenhausgesellschaft~~
- ~~e) — ein Vertreter des Dachverbandes für Technologen/-innen und Analytiker/-innen in der Medizin Deutschland~~
- ~~f) — ein Vertreter des zuständigen Industrieverbandes~~
- ~~g) — ein Vertreter der Länder und~~
- ~~h) — ein Vertreter der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.~~

## ~~D 5 — Fachgruppe „Molekulargenetische und zytogenetische laboratoriumsmedizinische Untersuchungen“~~

- ~~(1) — Bei der Bundesärztekammer wird eine Fachgruppe „Molekulargenetische und zytogenetische laboratoriumsmedizinische Untersuchungen“ gebildet, die folgende Aufgaben wahrnimmt:~~
- ~~a) — Beratung der Bundesärztekammer in allen Fragen zu Teil B 5 und E 5~~
  - ~~b) — Festlegung der Bestehensmodalitäten für die Ringversuche~~
  - ~~c) — Bearbeitung von Fragen in der Anwendung des Teils B 5 und E 5~~
  - ~~d) — Sammlung, Bewertung und Erarbeitung von Vorschlägen zur Fortschreibung des Teils B 5 und E 5.~~
- ~~(2) — Die Mitglieder der Fachgruppe werden durch die unter Absatz 3 genannten Institutionen vorgeschlagen und vom Vorstand der Bundesärztekammer für die Dauer von vier Jahren berufen. Nachberufungen in der laufenden Amtsperiode gelten bis zu deren Ende. Wiederberufungen sind zulässig. Die Fachgruppe wählt aus ihrer Mitte den Vorsitzenden. Die Mitglieder der Fachgruppe können sich mit Zustimmung des Vorsitzenden vertreten lassen. Die Fachgruppe kann Sachverständige hinzuziehen.~~
- ~~(3) — Der Fachgruppe gehören an:~~
- ~~a) — Drei Vertreter der fachlich zuständigen Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften,~~
  - ~~b) — ein Vertreter der Bundesärztekammer~~
  - ~~c) — ein Vertreter der Kassenärztlichen Bundesvereinigung~~
  - ~~d) — ein Vertreter der Deutschen Krankenhausgesellschaft~~
  - ~~e) — ein Vertreter des Dachverband für Technologen/innen und Analytiker/-innen in der Medizin Deutschland~~
  - ~~f) — ein Vertreter des zuständigen Industrieverbandes~~
  - ~~g) — ein Vertreter der Länder~~
  - ~~h) — ein Vertreter der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt und~~
  - ~~i) — ein Vertreter des Robert Koch-Institutes.~~

## E Referenzinstitutionen

### E 1 Allgemeine Anforderungen an Referenzinstitutionen, welche die Ringversuche durchführen

- (1) Ringversuche werden von Referenzinstitutionen durchgeführt. Die Referenzinstitutionen werden von der Bundesärztekammer für die Dauer von fünf Jahren bestellt. ~~Die Bestellung erfolgt, sofern die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:~~ Die Bestellung kann nur erfolgen, soweit und solange die folgenden Voraussetzungen vorliegen:
- a) Die Referenzinstitution hat durch eine Akkreditierung nach DIN EN ISO 17043 nachgewiesen, dass sie ein Qualitätsmanagementsystem unterhält, Zuverlässigkeit und Sachkenntnis aufweist ~~und~~sowie in der Lage ist, das für den Betrieb der Referenzinstitution erforderliche sachkundige Personal bereitzustellen und die erforderlichen Mittel für die notwendigen Räume, die technischen Einrichtungen und den laufenden Betrieb aufzubringen.
  - b) Die Referenzinstitution muss über Referenzlaboratorien oder Sollwertlaboratorien in ausreichender Anzahl verfügen, die für die jeweiligen Aufgaben qualifiziert sind.
  - c) Die Referenzinstitution oder deren Träger muss nachweisen, dass sie bereit und in der Lage ist, Schäden zu ersetzen, die aufgrund der Tätigkeit gemäß dieser Richtlinie entstehen können.
  - d) Die Referenzinstitution ~~muss~~oder deren Träger müssen unabhängig von Verantwortlichen für das erstmalige Inverkehrbringen von Medizinprodukten nach § 5 Medizinproduktegesetz (MPG) sein.
  - e) Die Referenzinstitution oder deren Träger dürfen keine Erlöse aus der Vermarktung von In-Vitro-Diagnostika oder aus der Erbringung laboratoriumsmedizinischer Leistungen erzielen.
  - ~~a)f) Die Referenzinstitution stellt sicher, dass alle Ringversuchszertifikate und Ringversuchs-Teilnahmebescheinigungen von einem hierfür fachlich qualifizierten Arzt freigegeben werden.~~
- ~~Die Bestellung ist mit dem Vorbehalt des Widerrufs zu überprüfen, wenn die Voraussetzungen nicht mehr vollständig vorliegen.~~ Liegen eine oder mehrere dieser Voraussetzungen nicht mehr vor, kann die Bundesärztekammer die Bestellung zur Referenzinstitution einseitig aufheben.
- (2) Die Referenzinstitutionen sind jeweils insbesondere zuständig für
- a) die Ankündigung, die Organisation und die sachgemäße Durchführung der Ringversuche entsprechend dieser Richtlinie sowie für deren zeitgerechte Auswertung und Veröffentlichung dieser Ergebnisse,
  - b) die Benennung von Ringversuchsleitern,
  - c) die Auswahl und Prüfung der Eignung des Ringversuchsmaterials,
  - d) die Ermittlung der Zielwerte für die Kontrollproben der externen Qualitätssicherung, wobei die Referenzinstitutionen dabei mit Referenz- oder Sollwertlaboratorien zusammenarbeiten,

- e) weiterführende Maßnahmen im Falle von Problemen mit Ringversuchsproben ~~gegebenenfalls-ggf.~~ unter Einbeziehung des betroffenen Herstellers.
- (3) Die speziellen Anforderungen an Ringversuchsorganisationen und Ringversuche sind ~~in den im~~ speziellen Teilen E ~~21 und folgende~~ geregelt.

## E 2 Spezielle Anforderungen an Referenzinstitutionen

### 1 Pflichten der Referenzinstitutionen

(1) Die Referenzinstitutionen stellen sicher, dass für alle jeweils in den Tabellen zur externen Qualitätssicherung genannten Messgrößen/Untersuchungen Ringversuche in so ausreichender Zahl angeboten werden, dass jedes medizinische Laboratorium in der jeweiligen in der Tabelle genannten Häufigkeit teilnehmen kann.

Hiervon darf nur abgewichen werden, wenn nachvollziehbar keine geeigneten Ringversuchsproben/-materialien in ausreichender Menge zur Verfügung stehen.

(2) Die Referenzinstitutionen kündigen jeweils im Voraus für ein Jahr die von ihnen geplanten Ringversuche für die Untersuchungen gemäß Absatz (1) an. In diesen Ankündigungen nennen sie

a) die Anmeldetermine für die Teilnahme an den Ringversuchen,

b) den jeweiligen Termin für den Versand oder Bereitstellung von Ringversuchsproben/-materialien und den letzten Absendetag der Ergebnisse,

c) die in den Ringversuch eingeschlossenen Messgrößen/Untersuchungen erforderlichenfalls mit Angabe des Mess-/Untersuchungsverfahrens,

d) Art des Probenmaterials, das Probenvolumen der flüssigen oder rekonstituierten Ringversuchsproben oder Art der Materialien.

(3) Die Referenzinstitutionen wählen die Ringversuchsproben/-materialien aus und prüfen deren Eignung.

Die Eignung der ausgewählten Ringversuchsproben/-materialien für diejenigen Messgrößen/Untersuchungen, deren Bewertung auf der Basis von Referenzmethodenwerten erfolgt, muss vor dem Einsatz in Ringversuchen unter Routinebedingungen mit Routineverfahren geprüft werden.

(3.1) Spezifische Vorgaben für den Abschnitt B 1

Die Referenzinstitutionen betreiben eigene Kalibrierlaboratorien für die Bestimmung der Referenzmethodenwerte von Ringversuchsproben für die externe Qualitätssicherung, sofern diese in den Tabellen des Richtlinienenteils B 1 gefordert sind. In Ausnahmefällen können geeignete Kalibrierlaboratorien beauftragt werden. Die Eignung der Kalibrierlaboratorien gilt als nachgewiesen, wenn eine Akkreditierung nach DIN EN ISO/IEC 17025 und nach DIN EN ISO 15195 als Kalibrierlaboratorium sowie eine Listung bei Joint Committee for Traceability in Laboratory Medicine (JCTLM) mit mindestens 20 Einträgen aus den Tabellen des Abschnitts B 1 vorliegt. Dies gilt nur für Messgrößen, für die eine solche Akkreditierung durch eine Akkreditierungsstelle angeboten wird. Als Akkreditierungsstellen kommen solche in Frage, die in das multilaterale Abkommen über die gegenseitige Anerkennung von Kalibrierscheinen (Multilateral Agreement



- on the Mutual Acceptance of Calibration Certificates) der European co-operation for Accreditation (EA) aufgenommen sind. Zusätzlich muss der Leiter eines Kalibrierlaboratoriums auf dem Gebiet der Referenzmessverfahren über besondere fachliche Kenntnisse und Erfahrungen verfügen und in der Lage sein, neue Methoden zu entwickeln und zu prüfen.
- (4) Die Referenzinstitutionen lassen bei jedem Ringversuch von jedem Teilnehmer mindestens zwei Ringversuchsproben/-materialien untersuchen. In der Regel werden Ringversuchsproben/-materialien mit unterschiedlichen Zielvorgaben versendet.
- (5) Die Referenzinstitutionen stellen bereit oder versenden an jeden Ringversuchsteilnehmer die Ringversuchsproben/-materialien mit Hinweisen zum Umgang mit den Ringversuchsproben/-materialien, ggf. mit klinischen Angaben und zur Übermittlung der Mess-/Untersuchungsergebnisse.
- (6) Von den Referenzinstitutionen werden nur Mess-/Untersuchungsergebnisse ausgewertet, die bis zur gesetzten Frist vom Ringversuchsteilnehmer abgesandt wurden.
- (7) Jedem Ringversuchsteilnehmer ist ein Zertifikat mit Datum des Einsendeschlusses des Ringversuchs darüber auszustellen, welche seiner Mess-/Untersuchungsergebnisse mit den Zielvorgaben übereinstimmen. Darüber hinaus ist für alle Messgrößen/Untersuchungen, mit denen an einem Ringversuch teilgenommen wurde, eine Teilnahmebescheinigung auszustellen. Zertifikat und Teilnahmebescheinigung sollen spätestens acht Wochen nach dem Datum des Einsendeschlusses des Ringversuchs an die Teilnehmer versandt werden. Zusätzlich sind dem Ringversuchsteilnehmer mitzuteilen:
- a) Zielvorgaben der Ringversuchsproben/-materialien,
  - b) Für quantitative Zielvorgaben und falls erforderlich Lage, Streuungsparameter und Messergebnisse aller Teilnehmer sowie ggf. für das von ihm verwendete Mess-/Untersuchungsverfahren,
  - c) Anzahl der Teilnehmer, ggf. differenziert nach Mess-/Untersuchungsverfahren. Die Gültigkeit eines Zertifikats beträgt sechs Monate oder das Doppelte des in den Tabellen angegebenen Zeitintervalls.
- (8) Stellt die Referenzinstitution fest, dass Teilnehmer bei einer Messung/Untersuchung mit Reagenzien oder Geräten bestimmter Hersteller gehäuft kein Zertifikat erhalten und wurden Ursachen dafür in diesen Laboratorien und in der Referenzinstitution ausgeschlossen, ist die zuständige Behörde des Bundes darüber zu informieren, wenn der Begriff des Vorkommnis nach § 2 Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung erfüllt ist.
- (9) Weitere Einzelheiten zur Durchführung von Ringversuchen und zur Bewertung von Ringversuchsergebnissen werden in Ausführungsbestimmungen geregelt. Diese werden von den Referenzinstitutionen veröffentlicht.

## 2 Ermittlung von Zielwerten

- (1) Die Bundesärztekammer legt nach Beratung in den bei ihr gebildeten fachlich zuständigen Gremien und nach Anhörung der betroffenen Kreise für die Messungen/Untersuchungen fest, welche Zielvorgabe anzuwenden ist, wie Zielwerte ermittelt werden und gibt diese bekannt. Soweit möglich, sind

Referenzmessverfahren zur Ermittlung von Zielwerten in Ringversuchsproben anzuwenden.

- (2) Die Festlegung der Versuchspläne für die Ermittlung von Zielvorgaben der Ringversuchsproben/-materialien, die Beauftragung der Referenz- bzw. Sollwertlaboratorien, die Auswertung der Ergebnisse und deren Zusammenfassung zu einer Zielvorgabe erfolgen durch die Referenzinstitutionen.
- (3) Die Referenzinstitutionen müssen die Dokumentation über die Ermittlung der Zielvorgaben über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren ab dem Zeitpunkt der Verwendung bei den Ringversuchen aufbewahren.

Spezifische Vorgaben für den Abschnitt B 1

### **2.1 Ermittlung von Referenzmethodenwerten**

- (1) Der Referenzmethodenwert für eine Messgröße wird von einem von der Referenzinstitution beauftragten Kalibrierlabor mit einem Referenzmessverfahren ermittelt.
- (2) Die Referenzmethodenwerte für Ringversuchsproben müssen vor Beginn des Ringversuchs vorliegen. Ausnahmen sind aus besonderem Grund (z. B. bei stark eingeschränkter Haltbarkeit der Ringversuchsproben) zulässig.

### **2.2 Ermittlung von Sollwerten**

Die messmethodenabhängigen Sollwerte werden aus den Ringversuchen als robuster Mittelwert oder als Median ermittelt.

## **3 Bewertung der Ringversuchsergebnisse**

- (1) Die Bewertung erfolgt anhand von Zielvorgaben. Die Bewertungskriterien sind, soweit nicht in den Tabellen festgeschrieben, von den Referenzinstitutionen den Teilnehmern mitzuteilen.
- (2) Weisen das Gesamtkollektiv oder verfahrensabhängige Teilkollektive der Teilnehmerergebnisse eine wesentliche, d. h. die Bestehensquote beeinflussende Abweichung zur Zielvorgabe auf, müssen die Referenzinstitutionen nach der Ursache suchen und diese in Zusammenarbeit mit dem betroffenen Hersteller der Ringversuchsprobe, den Herstellern der jeweiligen Testsysteme oder Sachverständigen, sofern möglich, beseitigen. Sie haben zu prüfen, ob in einem solchen Fall eine Erweiterung der Bestehensgrenzen oder eine Änderung der Zielvorgaben eine sachgerechte Ergebnisbewertung erlaubt. Sie entscheiden, ob die Ergebnisbewertung nach der Zielvorgabe oder den modifizierten Bewertungsgrenzen erfolgt, oder ob der Ringversuch für diese Messgröße/Untersuchung zu wiederholen ist. Das Vorgehen ist zu begründen und zu dokumentieren. Die Ringversuchsteilnehmer und die Fachgruppe bei der Bundesärztekammer nach den Teilen B 1 bis B 5 sind zu informieren. Die Referenzinstitutionen berichten jährlich der Bundesärztekammer über ihre Tätigkeit im vorausgegangenen Kalenderjahr.

## **E 1 — Spezielle Anforderungen an Ringversuche bei quantitativen laboratoriumsmedizinischen Untersuchungen**

### **1 — Pflichten der Referenzinstitutionen**

- (1) — Die Referenzinstitutionen stellen jeweils sicher, dass für alle in der Tabelle B 1 a bis c genannten Messgrößen Ringversuche in so ausreichender Zahl angeboten werden, dass jedes medizinische Laboratorium an mindestens einem Ringversuch pro Quartal teilnehmen kann. Hiervon darf nur abgewichen werden, wenn nachvollziehbar keine geeigneten Ringversuchsproben in ausreichender Menge zur Verfügung stehen.
- (2) — Die Referenzinstitutionen kündigen jeweils im Voraus für ein Jahr die von ihnen geplanten Ringversuche für die Messgrößen gemäß Absatz (1) an. In diesen Ankündigungen nennen sie
  - a) — die Anmeldetermine für die Teilnahme an den Ringversuchen,
  - b) — den jeweiligen Termin für den Probenversand und den letzten Absendetag der Ergebnisse,
  - c) — die in den Ringversuch eingeschlossenen Messgrößen, erforderlichenfalls mit Angabe des Messverfahrens,
  - d) — Art des Probenmaterials, das Probenvolumen der flüssigen oder rekonstituierten Ringversuchsproben.
- (3) — Die Referenzinstitutionen wählen die Ringversuchsproben aus und prüfen deren Eignung. Die Eignung der ausgewählten Ringversuchsproben für diejenigen Messgrößen, deren Bewertung auf der Basis von Referenzmethodenwerten erfolgt, muss vor dem Einsatz in Ringversuchen unter Routinebedingungen mit Routinemessverfahren geprüft werden.
- (4) — Die Referenzinstitutionen beauftragen geeignete Referenzlaboratorien mit der Bestimmung der Referenzmethodenwerte von Ringversuchsproben für die externe Qualitätssicherung, sofern dieses in Tabelle B 1 a bis c des Richtlinienanteils B 1 gefordert ist. Die Eignung der Referenzlaboratorien gilt als nachgewiesen, wenn eine Akkreditierung nach DIN EN ISO/IEC 17025 und nach DIN EN ISO 15195 als Kalibrierlaboratorium vorliegt. Dies gilt nur für Messgrößen, für die eine solche Akkreditierung durch eine Akkreditierungsstelle angeboten wird. Als Akkreditierungsstellen kommen solche in Frage, die in das multilaterale Abkommen über die gegenseitige Anerkennung von Kalibrierscheinen (Multilateral Agreement on the Mutual Acceptance of Calibration Certificates) der European co-operation for Accreditation (EA) aufgenommen sind. Zusätzlich muss der Leiter eines Referenzlaboratoriums auf dem Gebiet der Referenzmessverfahren über besondere fachliche Kenntnisse und Erfahrungen verfügen und in der Lage sein, neue Methoden zu prüfen.
- (5) — Die Referenzinstitutionen lassen bei jedem Ringversuch von jedem Teilnehmer mindestens zwei Ringversuchsproben mit unterschiedlichen Konzentrationen bzw. Aktivitäten der Messgrößen untersuchen.
- (6) — Die Referenzinstitutionen versenden an jeden Ringversuchsteilnehmer die Ringversuchsproben mit Hinweisen zum Umgang mit den Proben und zur Übermittlung der Untersuchungsergebnisse.
- (7) — Von den Referenzinstitutionen werden nur Messergebnisse ausgewertet, die bis zur gesetzten Frist vom Ringversuchsteilnehmer abgesandt wurden.

- ~~(8) — Jedem Ringversuchsteilnehmer ist ein Zertifikat mit Datum des Eisendeschlusses des Ringversuchs darüber auszustellen, welche seiner Untersuchungsergebnisse innerhalb der Bewertungsgrenzen liegen. Darüber hinaus ist für alle Analyte, mit denen an einem Ringversuch teilgenommen wurde, eine Teilnahmebescheinigung auszustellen. Zertifikat und Teilnahmebescheinigung sollen spätestens vier Wochen vor dem nächsten Ringversuch an die Teilnehmer versandt werden. Zusätzlich sind dem Ringversuchsteilnehmer mitzuteilen:~~
- ~~a) Zielwerte und Bewertungsgrenzen der Ringversuchsproben,~~
  - ~~b) Lage und Streuungsparameter der Messergebnisse aller Teilnehmer sowie für das von ihm verwendete Messverfahren,~~
  - ~~c) Anzahl der Teilnehmer, gegebenenfalls differenziert nach Messverfahren.~~
- ~~Die Gültigkeit eines Zertifikates beträgt 6 Monate.~~
- ~~(9) — Stellt die Referenzinstitution fest, dass Teilnehmer bei einer Messgröße mit Reagenzien oder Geräten bestimmter Hersteller gehäuft kein Zertifikat erhalten und wurden Ursachen in dem am Ringversuch teilnehmenden medizinischen Laboratorium und in der Referenzinstitution ausgeschlossen, ist die zuständige Behörde des Bundes darüber zu informieren, wenn der Begriff des Vorkommnis nach § 2 Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung erfüllt ist.~~
- ~~(10) — Weitere Einzelheiten zur Durchführung von Ringversuchen und zur Bewertung von Ringversuchsergebnissen werden in Ausführungsbestimmungen geregelt. Diese werden von der Bundesärztekammer und den Referenzinstitutionen veröffentlicht.~~

## ~~2 — Ermittlung von Zielwerten~~

- ~~(1) — Die Bundesärztekammer legt nach Beratung in den bei ihr gebildeten fachlich zuständigen Gremien und nach Anhörung der betroffenen Kreise für die Messgrößen fest, welche Zielwertart anzuwenden ist und gibt diese bekannt. So weit möglich, sind Referenzmessverfahren zur Ermittlung von Zielwerten in Kontrollproben anzuwenden.~~
- ~~(2) — Die Festlegung der Versuchspläne für die Ermittlung der Zielwerte der Ringversuchsproben, die Beauftragung der Referenzlaboratorien und die Auswertung der Messergebnisse und deren Zusammenfassung zu einem Zielwert erfolgen durch die Referenzinstitutionen.~~
- ~~(3) — Die Referenzinstitutionen müssen die Dokumentation über die Ermittlung der Zielwerte über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren gerechnet vom Zeitpunkt der Verwendung bei den Ringversuchen aufbewahren.~~

### ~~2.1 — Ermittlung von Referenzmethodenwerten~~

- ~~(1) — Der Referenzmethodenwert für eine Messgröße wird von einem von der Referenzinstitution beauftragten Referenzlabor mit einem Referenzmessverfahren ermittelt.~~
- ~~(2) — Die Referenzmethodenwerte für Ringversuchsproben müssen vor Beginn des Ringversuchs vorliegen. Ausnahmen sind aus besonderem Grund (z. B. bei stark eingeschränkter Haltbarkeit der Kontrollproben) zulässig.~~

### ~~2.2 — Ermittlung von Sollwerten~~

~~Die messmethodenabhängigen Sollwerte werden aus den Ringversuchen als arithmetischer Mittelwert oder als Median ermittelt.~~

### **3 — Bewertung der Ringversuchsergebnisse**

- (1) — Die Bewertung erfolgt an Hand Tabelle B 1 a bis c, Spalte 5.
- (2) — Weisen das Gesamtkollektiv oder verfahrensabhängige Teilkollektive der Teilnehmerergebnisse eine wesentliche, d.h. die Bestehensquote beeinflussende Abweichung zum Zielwert auf, müssen die Referenzinstitutionen nach der Ursache suchen und diese in Zusammenarbeit mit dem betroffenen Hersteller der Ringversuchsprobe oder Sachverständigen, sofern möglich, beseitigen. Sie haben zu prüfen, ob in einem solchen Fall eine Erweiterung der Bestehensgrenzen oder eine Änderung des Zielwertes eine sachgerechte Ergebnisbewertung erlaubt. Sie entscheiden, ob die Ergebnisbewertung nach den in Spalte 5 aufgeführten oder nach den modifizierten Bewertungsgrenzen erfolgt, oder ob der Ringversuch für diese Messgröße zu wiederholen ist.  
Das Vorgehen ist zu begründen und zu dokumentieren. Die Ringversuchsteilnehmer und die Fachgruppe bei der Bundesärztekammer nach Teil B 1 sind zu informieren.

## **E 2 — Spezielle Anforderungen an Ringversuche bei qualitativen laboratoriumsmedizinischen Untersuchungen**

### **1 — Pflichten der Referenzinstitutionen**

- (1) — Die Referenzinstitutionen stellen jeweils sicher, dass für alle in der Tabelle B 2-2 genannten Untersuchungen Ringversuche in so ausreichender Zahl angeboten werden, dass jedes medizinische Laboratorium entsprechend dem in Tab. B 2-2 aufgeführten Intervall teilnehmen kann. Hiervon darf nur abgewichen werden, wenn nachvollziehbar keine geeigneten Ringversuchsproben in ausreichender Menge zur Verfügung stehen.
- (2) — Die Referenzinstitutionen kündigen jeweils im Voraus für ein Jahr die von ihnen geplanten Ringversuche für die Untersuchungen gemäß Absatz (1) an. In diesen Ankündigungen nennen sie
  - a) — die Anmeldetermine für die Teilnahme an den Ringversuchen,
  - b) — den jeweiligen Termin für den Probenversand und den letzten Absendetag der Ergebnisse,
  - c) — die in den Ringversuch eingeschlossenen Untersuchungen, erforderlichenfalls mit Angabe des Untersuchungsverfahrens,
  - d) — Art des Probenmaterials, Probenvolumen der flüssigen oder rekonstituierten Ringversuchsproben.
- (3) — Die Referenzinstitutionen wählen die Ringversuchsproben aus und prüfen deren Eignung. Die Eignung der ausgewählten Ringversuchsproben für diejenigen Untersuchungen, deren Bewertung auf der Basis von Referenzmethodenergebnissen erfolgt, muss vor dem Einsatz in Ringversuchen unter Routinebedingungen mit Routineuntersuchungsverfahren geprüft werden.
- (4) — Die Referenzinstitutionen lassen bei jedem Ringversuch von jedem Teilnehmer mindestens zwei Ringversuchsproben untersuchen.

- ~~(5) — Die Referenzinstitutionen versenden an jeden Ringversuchsteilnehmer die Ringversuchsproben mit Hinweisen zum Umgang mit den Proben und zur Übermittlung der Untersuchungsergebnisse.~~
- ~~(6) — Von den Referenzinstitutionen werden nur Untersuchungsergebnisse ausgewertet, die bis zur gesetzten Frist vom Ringversuchsteilnehmer abgesandt wurden.~~
- ~~(7) — Jedem Ringversuchsteilnehmer ist ein Zertifikat mit Datum des Einsendeschlusses des Ringversuchs darüber auszustellen, welche seiner Untersuchungsergebnisse mit den Zielergebnissen übereinstimmen bzw. innerhalb der zulässigen Bewertungsgrenzen liegen. Darüber hinaus ist für alle Untersuchungen, mit denen an einem Ringversuch teilgenommen wurde, eine Teilnahmebescheinigung auszustellen. Zertifikat und Teilnahmebescheinigung sollen spätestens vier Wochen vor dem nächsten Ringversuchstermin an die Teilnehmer versandt werden. Zusätzlich sind dem Ringversuchsteilnehmer mitzuteilen:~~
- ~~a) — Zielergebnisse und gegebenenfalls Bewertungsgrenzen der Ringversuchsproben,~~
  - ~~b) — Lage der Untersuchungsergebnisse aller Teilnehmer sowie für das von ihm verwendete Untersuchungsverfahren,~~
  - ~~c) — Anzahl der Teilnehmer, gegebenenfalls differenziert nach Untersuchungsverfahren.~~
- ~~Die Gültigkeit eines Zertifikats beträgt das Doppelte des in Tabelle B-2-2 vorgegebenen Intervalls.~~
- ~~(8) — Stellt die Referenzinstitution fest, dass Teilnehmer bei einer Untersuchung mit Reagenzien oder Geräten bestimmter Hersteller gehäuft kein Zertifikat erhalten und wurden Ursachen in den am Ringversuch teilnehmenden medizinischen Laboratorien und in der Referenzinstitution ausgeschlossen, ist die zuständige Behörde des Bundes darüber zu informieren, wenn der Begriff des Vorkommnis nach § 2 Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung erfüllt ist.~~
- ~~(9) — Weitere Einzelheiten zur Durchführung von Ringversuchen und zur Bewertung von Ringversuchsergebnissen werden in Ausführungsbestimmungen geregelt. Diese werden von der Bundesärztekammer und den Referenzinstitutionen veröffentlicht.~~

## **2 — Ermittlung von Zielergebnissen**

- ~~(1) — Die Bundesärztekammer legt nach Beratung in den bei ihr gebildeten fachlich zuständigen Gremien und nach Anhörung der betroffenen Kreise für die Untersuchungen fest, welche Zielergebnisart anzuwenden ist und gibt diese bekannt. So weit möglich, sind Referenzuntersuchungsverfahren zur Ermittlung von Zielergebnissen in Kontrollproben anzuwenden~~
- ~~(2) — Die Festlegung der Versuchspläne für die Ermittlung der Zielergebnisse der Ringversuchsproben, die Beauftragung der Referenzlaboratorien, die Auswertung der Ergebnisse und deren Zusammenfassung zu einem Zielergebnis erfolgen durch die Referenzinstitutionen.~~
- ~~(3) — Die Referenzinstitutionen müssen die Dokumentation über die Ermittlung der Zielergebnisse über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren gerechnet vom Zeitpunkt der Verwendung bei den Ringversuchen aufbewahren.~~

## **3 — Bewertung der Ringversuchsergebnisse**

- ~~(1) — Die Bewertung erfolgt an Hand der Zielergebnisse. Die Bewertungskriterien müssen bei allen Proben erfüllt sein. Die Bewertungskriterien sind von den Ringversuchsorganisationen den Teilnehmern mitzuteilen.~~
- ~~(2) — Weisen das Gesamtkollektiv oder verfahrensabhängige Teilkollektive der Teilnehmerergebnisse eine wesentliche, d.h. die Bestehensquote beeinflussende Abweichung zum Zielergebnis auf, müssen die Referenzinstitutionen nach der Ursache suchen und diese in Zusammenarbeit mit dem betroffenen Hersteller der Ringversuchsprobe, den Herstellern der jeweiligen Testsysteme oder Sachverständigen sofern möglich beseitigen. Sie haben zu prüfen, ob in einem solchen Fall eine Änderung des Zielergebnisses eine sachgerechte Ergebnisbewertung erlaubt oder ob der Ringversuch für diese Messgröße zu wiederholen ist.  
Das Vorgehen ist zu begründen und zu dokumentieren. Die Ringversuchsteilnehmer und die Fachgruppe bei der Bundesärztekammer nach Teil D 2 sind zu informieren.~~

### **E 3 — Spezielle Anforderungen an Ringversuche zum laboratoriumsmedizinischen Nachweis und zur Charakterisierung von Infektionserregern**

#### **1. — Pflichten der Referenzinstitutionen**

- ~~(1) — Die Referenzinstitutionen stellen jeweils sicher, dass für alle in den Tabellen B 3-2 und B 3-2a genannten Untersuchungen Ringversuche in so ausreichender Zahl angeboten werden, dass jedes medizinische Laboratorium entsprechend dem in den Tabellen B 3-2 und B 3-2a aufgeführten Intervall teilnehmen kann. Hiervon darf nur abgewichen werden, wenn nachvollziehbar keine geeigneten Ringversuchsproben in ausreichender Menge zur Verfügung stehen.~~
- ~~(2) — Die Referenzinstitutionen kündigen jeweils im Voraus für ein Jahr die von ihnen geplanten Ringversuche für die Untersuchungen gemäß Absatz (1) an. In diesen Ankündigungen nennen sie~~
- ~~a) — die Anmeldetermine für die Teilnahme an den Ringversuchen,~~
  - ~~b) — den jeweiligen Termin für den Probenversand und den letzten Absendetag der Ergebnisse,~~
  - ~~c) — die in den Ringversuch eingeschlossenen Untersuchungen, erforderlichenfalls mit Angabe des Untersuchungsverfahrens,~~
  - ~~d) — die Art des Probenmaterials, das Probenvolumen von flüssigen oder rekonstituierten Ringversuchsproben,~~
  - ~~e) — Bestehensmodalitäten.~~
- ~~(3) — Die Referenzinstitutionen wählen die Ringversuchsproben aus und prüfen deren Eignung. Die Eignung der ausgewählten Ringversuchsproben muss vor dem Einsatz in Ringversuchen unter Routinebedingungen mit Routineuntersuchungsverfahren geprüft werden.~~
- ~~(4) — Die Referenzinstitutionen lassen bei jedem Ringversuch von jedem Teilnehmer mindestens zwei Ringversuchsproben untersuchen.~~
- ~~(5) — Die Referenzinstitutionen versenden an jeden Ringversuchsteilnehmer die Ringversuchsproben mit Hinweisen zum Umgang mit den Proben und zur Übermittlung der Untersuchungsergebnisse.~~



- ~~(6) — Von den Referenzinstitutionen werden nur Untersuchungsergebnisse ausgewertet, die bis zur gesetzten Frist vom Ringversuchsteilnehmer abgesandt wurden.~~
- ~~(7) — Jedem Ringversuchsteilnehmer ist ein Zertifikat mit Datum des Einsendeschlusses des Ringversuchs darüber auszustellen, welche seiner Untersuchungsergebnisse mit den Zielergebnissen übereinstimmen bzw. innerhalb der zulässigen Bewertungsgrenzen liegen. Darüber hinaus ist für alle Untersuchungen, mit denen an einem Ringversuch teilgenommen wurde, eine Teilnahmebescheinigung auszustellen. Zertifikat und Teilnahmebescheinigung sollen spätestens vier Wochen vor dem nächsten Ringversuchstermin an die Teilnehmer versandt werden. Zusätzlich sind dem Ringversuchsteilnehmer mitzuteilen:~~
- ~~a) — Zielergebnisse und gegebenenfalls Bewertungsgrenzen der Ringversuchsproben,~~
  - ~~b) — Lage der Untersuchungsergebnisse aller Teilnehmer sowie gegebenenfalls für das von ihm verwendete Untersuchungsverfahren,~~
  - ~~c) — Anzahl der Teilnehmer, gegebenenfalls differenziert nach Untersuchungsverfahren.~~

~~Die Gültigkeit eines Zertifikats beträgt das Doppelte des in den Tabellen B 3-2 und B 3-2a vorgegebenen Intervalls.~~

- ~~(8) — Stellt die Referenzinstitution fest, dass Teilnehmer bei einer Untersuchung mit Reagenzien oder Geräten bestimmter Hersteller gehäuft kein Zertifikat erhalten und wurden Ursachen dafür in diesen Laboratorien und in der Referenzinstitution ausgeschlossen, ist die Bundesoberbehörde darüber zu informieren, wenn der Begriff des Vorkommnis nach § 2 Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung erfüllt ist.~~
- ~~(9) — Weitere Einzelheiten zur Durchführung von Ringversuchen und zur Bewertung von Ringversuchsergebnissen werden in Ausführungsbestimmungen geregelt. Diese werden von der Bundesärztekammer und den Referenzinstitutionen veröffentlicht.~~

## ~~2. — Ermittlung von Zielergebnissen~~

- ~~(1) — Die Bundesärztekammer legt nach Beratung in den bei ihr gebildeten fachlich zuständigen Gremien und nach Anhörung der betroffenen Kreise für die Untersuchungen fest, welche Zielergebnisart anzuwenden ist und wie die Zielwerte ermittelt werden, und gibt dies bekannt. Soweit möglich sind Referenzuntersuchungsverfahren zur Ermittlung von Zielergebnissen in Kontrollproben anzuwenden.~~
- ~~(2) — Die Festlegung der Versuchspläne für die Ermittlung der Zielergebnisse der Ringversuchsproben, die Beauftragung der Referenz- und Sollwertlaboratorien, die Auswertung der Ergebnisse und deren Zusammenfassung zu einem Zielergebnis erfolgen durch die Referenzinstitutionen.~~
- ~~(3) — Die Referenzinstitutionen müssen die Dokumentation über die Ermittlung der Zielergebnisse über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren, gerechnet vom Zeitpunkt der Verwendung an, bei den Ringversuchen aufbewahren.~~

## ~~3. — Bewertung der Ringversuchsergebnisse~~



- (1) ~~Die Bewertung erfolgt anhand der Zielergebnisse. Die Bewertungskriterien müssen bei allen Proben erfüllt sein. Die Bewertungskriterien sind von den Ringversuchsorganisationen den Teilnehmern mitzuteilen.~~
- (2) ~~Weisen das Gesamtkollektiv oder verfahrensabhängige Teilkollektive der Teilnehmerergebnisse eine wesentliche, d. h. die Bestehensquote beeinflussende Abweichung zum Zielergebnis auf, müssen die Referenzinstitutionen nach der Ursache suchen und diese in Zusammenarbeit mit dem betroffenen Hersteller der Ringversuchsprobe, den Herstellern der jeweiligen Testsysteme oder Sachverständigen, sofern möglich, beseitigen. Sie haben zu prüfen, ob in einem solchen Fall eine Änderung des Zielergebnisses eine sachgerechte Ergebnisbewertung erlaubt. Sie entscheiden, ob der Ringversuch für diese Untersuchung zu wiederholen ist. Das Vorgehen ist zu begründen und zu dokumentieren. Die Ringversuchsteilnehmer und die Fachgruppe bei der Bundesärztekammer nach Teil D 3 sind zu informieren.~~

## **E 4— Spezielle Anforderungen an Ringversuche bei Ejakulatuntersuchungen**

### **1— Pflichten der Referenzinstitutionen**

- (1) ~~Die Referenzinstitutionen stellen jeweils sicher, dass für alle genannten Untersuchungen Ringversuche in so ausreichender Zahl angeboten werden, dass jedes medizinische Laboratorium an mindestens einem Ringversuch pro Halbjahr teilnehmen kann. Hiervon darf nur abgewichen werden, wenn nachweislich keine geeigneten Ringversuchsmaterialien in ausreichender Menge zur Verfügung stehen.~~
- (2) ~~Der Ringversuch umfasst die Untersuchung der Spermienkonzentration, der Spermienmotilität und der Spermienmorphologie.~~
- (3) ~~Die Referenzinstitutionen kündigen jeweils im Voraus für ein Jahr die von ihnen geplanten Ringversuche gemäß Absatz (1) an. In diesen Ankündigungen nennen sie a) die Anmeldetermine für die Teilnahme an den Ringversuchen, b) den jeweiligen Termin für den Versand der Kontrollmaterialien und den letzten Absendetag der Ergebnisse, c) die in den Ringversuch eingeschlossenen Messgrößen, erforderlichenfalls mit Angabe des Messverfahrens, d) Art des Ringversuchsmaterials, das Probenvolumen der flüssigen oder rekonstituierten Ringversuchsmaterialien.~~
- (4) ~~Die Referenzinstitutionen wählen die Ringversuchsmaterialien aus und prüfen deren Eignung. Die Eignung der ausgewählten Ringversuchsproben muss vor ihrem Einsatz im Ringversuch unter Routinebedingungen mit Routineuntersuchungsverfahren geprüft werden.~~
- (5) ~~Die Referenzinstitutionen lassen bei jedem Ringversuch von jedem Teilnehmer mindestens zwei Ringversuchsmaterialien untersuchen.~~
- (6) ~~Die Referenzinstitutionen versenden an jeden Ringversuchsteilnehmer die Ringversuchsmaterialien mit Hinweisen zum Umgang mit den Proben und zur Übermittlung der Untersuchungsergebnisse.~~
- (7) ~~Von den Referenzinstitutionen werden nur Messergebnisse ausgewertet, die bis zur gesetzten Frist vom Ringversuchsteilnehmer abgesandt wurden.~~
- (8) ~~Jedem Ringversuchsteilnehmer ist ein Zertifikat mit Datum des Eisendeschlusses des Ringversuchs darüber auszustellen, welche seiner Untersuchungsergebnisse mit den Zielergebnissen übereinstimmen bzw. innerhalb der Bewertungsgrenzen liegen. Darüber hinaus ist für alle Untersuchungen, mit denen am Ringversuch teilgenommen wurde, eine Teilnahmebescheinigung auszustellen. Zertifikat und~~

~~Teilnahmebescheinigung sollen spätestens vier Wochen vor dem nächsten Ringversuch an die Teilnehmer versandt werden.~~

~~Zusätzlich sind dem Ringversuchsteilnehmer mitzuteilen:~~

~~a) Zielwerte und Bewertungsgrenzen der Ringversuchsmaterialien,~~

~~b) Lage und Streuungsparameter der Messergebnisse aller Teilnehmer sowie für das von ihm verwendete Verfahren,~~

~~c) Anzahl der Teilnehmer, gegebenenfalls differenziert nach Messverfahren.~~

~~Die Gültigkeit eines Zertifikates beträgt 12 Monate.~~

~~(9) Stellt die Referenzinstitution fest, dass Teilnehmer mit einem bestimmten Messverfahren gehäuft kein Zertifikat erhalten und wurden Ursachen in dem am Ringversuch teilnehmenden medizinischen Laboratorium und in der Referenzinstitution ausgeschlossen, ist die zuständige Behörde des Bundes darüber zu informieren, wenn der Begriff des Vorkommnis nach § 2 Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung erfüllt ist.~~

~~(10) — Weitere Einzelheiten zur Durchführung von Ringversuchen und zur Bewertung von Ringversuchsergebnissen werden in Ausführungsbestimmungen geregelt. Diese werden von der Bundesärztekammer und den Referenzinstitutionen veröffentlicht.~~

## ~~2 — Ermittlung von Zielergebnissen~~

~~(1) Die Bundesärztekammer legt nach Beratung in den bei ihr gebildeten fachlich zuständigen Gremien und nach Anhörung der betroffenen Kreise für die Untersuchungen fest, welche Zielergebnisart anzuwenden ist und gibt diese bekannt. So weit möglich, sind Referenzuntersuchungsverfahren zur Ermittlung von Zielergebnissen in Kontrollproben anzuwenden. Sollwerte werden aus den jeweiligen Ringversuchen als arithmetischer Mittelwert oder als Median ermittelt.~~

~~(2) Die Festlegung der Versuchspläne für die Ermittlung der Zielergebnisse der Ringversuchsproben, die Beauftragung der Referenzlaboratorien, die Auswertung der Ergebnisse und deren Zusammenfassung zu einem Zielergebnis erfolgen durch die Referenzinstitutionen.~~

~~(3) Die Referenzinstitutionen müssen die Dokumentation über die Ermittlung der Zielwerte über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren gerechnet vom Zeitpunkt der Verwendung bei den Ringversuchen aufbewahren.~~

~~7~~

## ~~3 — Bewertung der Ringversuchsergebnisse~~

~~(1) — Die Bewertung erfolgt an Hand von Zielergebnissen. Die Bewertungskriterien müssen bei allen Proben erfüllt sein. Die Bewertungskriterien sind von den Referenzinstitutionen den Teilnehmern mitzuteilen.~~

~~(2) — Weisen das Gesamtkollektiv oder verfahrensabhängige Teilkollektive der Teilnehmerergebnisse eine wesentliche, d. h. die Bestehensquote beeinflussende Abweichung zum Zielwert auf, müssen die Referenzinstitutionen nach der Ursache suchen und diese in Zusammenarbeit mit Sachverständigen, sofern möglich, beseitigen. Sie haben zu prüfen, ob in einem solchen Fall eine Erweiterung der~~

~~Bestehensgrenzen oder eine Änderung des Zielwertes eine sachgerechte Ergebnisbewertung erlaubt. Sie entscheiden, ob die Ergebnisbewertung an Hand der zuvor ermittelten Sollwerte oder nach modifizierten Bewertungsgrenzen erfolgt, oder ob der Ringversuch zu wiederholen ist. Das Vorgehen ist zu begründen und zu dokumentieren. Die Ringversuchsteilnehmer und die Fachgruppe bei der Bundesärztekammer nach Teil D 4 sind zu informieren.~~

## ~~E 5 — Spezielle Anforderungen an Ringversuche bei — molekulargenetischen und zytogenetischen — laboratoriumsmedizinischen Untersuchungen~~

### ~~1 — Pflichten der Referenzinstitutionen~~

- ~~(1) — Die Referenzinstitutionen stellen jeweils sicher, dass Ringversuche für alle in den Tabellen B 5-1 Spalte 7 oder B 5-2b genannten Untersuchungen oder Prüfgrößen und methodische Ringversuche in so ausreichender Zahl angeboten werden, dass jedes medizinische Laboratorium entsprechend dem in den Tabellen B 5-1 Spalte 7 oder B 5-2b aufgeführten Intervall teilnehmen kann. Hiervon darf nur abgewichen werden, wenn nachvollziehbar keine geeigneten Ringversuchsproben in ausreichender Menge zur Verfügung stehen.~~
- ~~(2) — Die Referenzinstitutionen kündigen jeweils im Voraus für ein Jahr die von ihnen geplanten Ringversuche gemäß Absatz (1) an. In diesen Ankündigungen nennen sie
  - a) — die Anmeldetermine für die Teilnahme an den Ringversuchen,
  - b) — den jeweiligen Termin für den Probenversand und den letzten Absendetag der Ergebnisse,
  - c) — die in den Ringversuch eingeschlossenen Untersuchungen, erforderlichenfalls mit Angabe des Untersuchungsverfahrens,
  - d) — Art des Probenmaterials, Probenvolumen der flüssigen oder rekonstituierten Ringversuchsproben.~~
- ~~(3) — Die Referenzinstitutionen wählen die Ringversuchsproben aus und prüfen deren Eignung. Die Eignung der ausgewählten Ringversuchsproben für diejenigen Untersuchungen, deren Bewertung auf der Basis von Referenzmethodenergebnissen erfolgt, muss vor dem Einsatz in Ringversuchen unter Routinebedingungen mit Routineuntersuchungsverfahren geprüft werden.~~
- ~~(4) — Die Referenzinstitutionen lassen bei jedem Ringversuch von jedem Teilnehmer mindestens zwei Ringversuchsproben untersuchen.~~
- ~~(5) — Die Referenzinstitutionen versenden an jeden Ringversuchsteilnehmer die Ringversuchsproben mit Hinweisen zum Umgang mit den Proben und zur Übermittlung der Untersuchungsergebnisse.~~
- ~~(6) — Von den Referenzinstitutionen werden nur Untersuchungsergebnisse ausgewertet, die bis zur gesetzten Frist vom Ringversuchsteilnehmer abgesandt wurden.~~
- ~~(7) — Jedem Ringversuchsteilnehmer ist ein Zertifikat mit Datum des Einsendeschlusses des Ringversuchs darüber auszustellen, welche seiner Untersuchungsergebnisse mit den Zielergebnissen übereinstimmen beziehungsweise innerhalb der zulässigen Bewertungsgrenzen liegen. Darüber hinaus ist für alle Untersuchungen, mit denen am Ringversuch teilgenommen wurde, eine Teilnahmebescheinigung auszustellen. Zertifikat und Teilnahmebescheinigung sollen spätestens vier Wochen vor dem~~

~~nächsten Ringversuchstermin an die Teilnehmer versandt werden.  
Zusätzlich sind dem Ringversuchsteilnehmer mitzuteilen:~~

- ~~a) Zielergebnisse und gegebenenfalls Bewertungsgrenzen der Ringversuchsproben,~~
- ~~b) Lage der Untersuchungsergebnisse aller Teilnehmer sowie für das von ihm verwendete Verfahren,~~
- ~~c) Anzahl der Teilnehmer, gegebenenfalls differenziert nach Untersuchungsverfahren.~~

~~Die Gültigkeit eines Zertifikats beträgt das Doppelte des in den Tabellen B 5-1 Spalte 7 und B 5-2b vorgegebenen Intervalls.~~

- ~~(8) Stellt die Referenzinstitution fest, dass Teilnehmer bei einer Messgröße mit Reagenzien oder Geräten bestimmter Hersteller gehäuft kein Zertifikat erhalten und wurden Ursachen in dem am Ringversuch teilnehmenden medizinischen Laboratorium und in der Referenzinstitution ausgeschlossen, ist dies der zuständigen Bundesoberbehörde zu melden, wenn der Begriff des Vorkommnis nach § 2 Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung erfüllt ist.~~
- ~~(9) Weitere Einzelheiten zur Durchführung von Ringversuchen und zur Bewertung von Ringversuchsergebnissen werden in Ausführungsbestimmungen geregelt. Diese werden von der Bundesärztekammer und den Referenzinstitutionen veröffentlicht.~~

## **2 — Ermittlung von Zielergebnissen**

- ~~(1) Die Bundesärztekammer legt nach Beratung in den bei ihr gebildeten fachlich zuständigen Gremien und nach Anhörung der betroffenen Kreise für die Untersuchungen fest, welche Zielergebnisart anzuwenden ist und gibt diese bekannt. So weit möglich, sind Referenzuntersuchungsverfahren zur Ermittlung von Zielergebnissen in Kontrollproben anzuwenden~~
- ~~(2) Die Festlegung der Versuchspläne für die Ermittlung der Zielergebnisse der Ringversuchsproben, die Beauftragung der Referenzlaboratorien, die Auswertung der Ergebnisse und deren Zusammenfassung zu einem Zielergebnis erfolgen durch die Referenzinstitutionen.~~
- ~~(3) Die Referenzinstitutionen müssen die Dokumentation über die Ermittlung der Zielergebnisse über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren gerechnet vom Zeitpunkt der Verwendung bei den Ringversuchen aufbewahren.~~

## **3 — Bewertung der Ringversuchsergebnisse**

- ~~(1) Die Bewertung erfolgt an Hand der Zielergebnisse. Die Bewertungskriterien müssen bei allen Proben erfüllt sein. Die Bewertungskriterien sind von den Ringversuchsorganisationen den Teilnehmern mitzuteilen.~~
- ~~(2) Weisen das Gesamtkollektiv oder verfahrensabhängige Teilkollektive der Teilnehmerergebnisse eine wesentliche, d. h. die Bestehensquote beeinflussende Abweichung zum Zielergebnis auf, müssen die Referenzinstitutionen nach der Ursache suchen und diese in Zusammenarbeit mit dem betroffenen Hersteller der Ringversuchsprobe oder Sachverständigen sofern möglich beseitigen. Sie haben zu prüfen, ob in einem solchen Fall eine Änderung des Zielergebnisses eine sachgerechte Ergebnisbewertung erlaubt oder ob der Ringversuch für diese Messgröße zu wiederholen ist.  
Das Vorgehen ist zu begründen und zu dokumentieren. Die Ringversuchsteilnehmer und die Fachgruppe bei der Bundesärztekammer nach Teil D 5 sind zu informieren.~~

## F Übergangsregelungen

Die ~~im Richtlinienenteil B 3~~ in der Richtlinie niedergelegten Anforderungen sind spätestens bis ~~zum 31.05.2015~~ zwei Jahre nach Bekanntgabe gemäß Abschnitt G zu erfüllen.

## G Inkrafttreten

Die am ~~11.04.2014~~ 18.10.2019 beschlossene Neufassung dieser Richtlinie tritt mit ~~Veröffentlichung~~ Bekanntgabe im Deutschen Ärzteblatt in Kraft.

~~Die Änderungen in der Tabelle B 1 a bis c treten zum 1. Januar 2015 in Kraft.~~

~~Die Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung in der Mikrobiologie vom 10.01.1992 (Deutsches Ärzteblatt 89 (1992) Heft 7 wird mit Wirkung vom 01.04.2015 außer Kraft gesetzt.~~